

Prot. 55352 30 MAG. 2010

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Giorgio Miotto

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per la fornitura di "n. 1 Ecotomografo carrellato digitale in fabbisogno all'UOS Medicina dello Sport" - ID SINTEL: 110645690 – CIG: ZAD2867CBB –

CHIARIMENTI

Domanda: In riferimento ART.N.1 OGGETTO DELL'APPALTO CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE punto 2: "Modalità operative principali: B-Mode ... predisposto per modalità 3D." Si richiede di specificare se al punto 2 la definizione " ...predisposto per modalità 3D" sia da considerarsi un refuso, si chiede inoltre se l'assenza di predisposizione all'ecocardiografia 3D è a pena di esclusione ed eventualmente per quale Sonda si richiede la possibilità del 3D

Risposta: La predisposizione per il 3D non è da ritenersi dedicata alla ecocardiografia transtoracica, e comunque non è da ritenersi a pena di esclusione

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio Miotto

