

Prot.

**Servizio: UOS Gare**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

**Direttore: Dott. Stefano Affolati**

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI ECOGRAFI PER LE UNITA' OPERATIVE DI CHIRURGIA GENERALE DI VICENZA E ARZIGNANO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"**

**GARA N. 7420480**

**CIG 7890889798**

**ID SINTEL 110955185**

**CHIARIMENTO N. 1**

**Domanda n. 1**

In riferimento alla presente procedura, la scrivente società, in ossequio al principio di massimo allargamento del parco delle società partecipanti alla procedura, chiede se le seguenti caratteristiche di cui al Capitolato Tecnico:

17. Dotato di tecnologia per color imaging vascolare aggiuntiva (preferibilmente basata su tecnologia non doppler, non angolo dipendente) ad elevata risoluzione e sensibilità (descrivere la tecnologia utilizzata)

19. Modulo per elastosonografia

21. Sistema semplice ed intuitivo con tastiera ergonomica multifunzionale regolabile in altezza, dotata di monitor touch-screen di ampie dimensioni, liberamente programmabile per agevolare le funzioni di utilizzo più frequenti

23. Software per la gestione dei mezzi di contrasto di 2° generazione a basso indice meccanico in tempo reale, completo di software dedicato per una analisi quantitativa della perfusione del contrasto

sono da considerarsi minime o se invece possono considerarsi "migliorative".

**Risposta n. 1**

Si conferma che le caratteristiche tecniche di cui ai punti n. 17, n. 19 e n. 23 dell'art. 2 del Capitolato Tecnico "*costituiscono requisiti minimi, pena esclusione, di ogni singola unità ecografica*".

Per quanto riguarda la caratteristica tecnica di cui al punto n. 21 dell'art. 2 del Capitolato Tecnico si da atto che la dicitura "*dotata di monitor touch-screen di ampie dimensioni*" è stata inserita per mero errore di battitura.

Pertanto la caratteristica tecnica di cui al punto n. 21 dell'art. 2 del Capitolato Tecnico che costituisce requisito minimo, pena esclusione, di ogni singola unità ecografica viene rettificata nel modo seguente: *“Sistema semplice ed intuitivo con tastiera ergonomica multifunzionale regolabile in altezza, liberamente programmabile per agevolare le funzioni di utilizzo più frequenti”*.

Si coglie, inoltre, l'occasione per evidenziare che l'eventuale presenza di monitor touch-screen verrà tenuta in considerazione nella valutazione del criterio b) di valutazione dell'offerta tecnica “Ergonomia, semplicità e intuitività per l'utilizzo nelle varie modalità disponibili, ingombri e movimentazione”.

IL RUP  
**Dott. Stefano Affolati**