

Prot. 58280 10 GIU. 2019

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di n. 1 Amplificatore di Brillanza (Arco a C) con modulo di visione 3D da destinare al Presidio Ospedaliero San Bortolo dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 111237956 - CIG: 792762531B – **Richiesta Chiarimenti**

Domanda: Roadmapping e DSA (sottrazione immagine): trattasi di refuso?

Risposta: Non si tratta di refuso: Roadmapping e DSA sono da ritenersi applicativi da includere nella fornitura.

Domanda: Modulo 3D: sistema di acquisizione e ricostruzione 3D per procedure neurochirurgiche. Intendete un sistema a tecnologia CBCT, in grado di ottenere immagini volumetriche e multiplanari di sezioni della colonna vertebrale?

Risposta: Si conferma

Il Direttore del Servizio
(Dott. Giorgio Miotto)

