



DELIBERAZIONE

n. 951

del 19-6-2019

O G G E T T O

Fornitura di sterilizzatrici chimiche. Nomina Commissione Giudicatrice.

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1024

Il Direttore dell'UOS gare riferisce che:

Premesso che con deliberazione n. 701 del 07/05/2019 è stato disposto di indire gara mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 mediante piattaforma telematica "Sintel" per l'affidamento della fornitura di sterilizzatrici chimiche per l'Azienda ULSS n.8 "Berica;

a tutti i chiarimenti pervenuti è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare di gara (allegati 1 e 2);

entro la scadenza dei termini previsti, fissato per il giorno 07/06/2019 alle ore 15:00, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori economici:

n.	DITTA	Sede legale	Codice Fiscale
1	Multi Medical Services Srl	Milano	10491670963
2	Cantel Medical (Italy)	Segrate (MI)	11636250158
3	Steris Srl	Pomezia (RM)	07869740584
4	Advanced Sterilization Products Italia Srl	Gavirate (VA)	02812740120

il giorno 12/06/2019 si è tenuta la seduta telematica per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa, caricate dalle ditte nella piattaforma telematica "Sintel";

constatata la regolare presentazione della documentazione richiesta dal disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura, come da verbale che si allega, per l'approvazione (allegato 3);

considerato che l'aggiudicazione della gara sarà disposta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che non si applica al presente appalto quanto previsto dall'art. 78 del D.lgs n. 50/2016 (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici), è indispensabile procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice, ex art. 77 del D.lgs n. 50/2016 e Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 1744 del 28.12.2017 (avente per oggetto la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici);

preso atto che per la composizione della Commissione Giudicatrice, la UOC Direzione Medica di Vicenza, con mail del 13/06/2019 agli atti della scrivente UOS, ha proposto i seguenti nominativi:

- Presidente: Ing. Francesco Bellato – Collaboratore Tecnico Professionale - UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale;
- Commissario: dott. ssa Loretta Castagna – Collaboratore Sanitario Professionale – Coordinatore Centrale di sterilizzazione di Valdagno ed Arzignano;
- Commissario: dott. ssa Violeta Urukalo – Collaboratore Sanitario Professionale – Coordinatore Centrale di sterilizzazione di Vicenza;

preso atto altresì che tutti i sopracitati componenti hanno prodotto la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, si propone la nomina della Commissione Giudicatrice come sopra;

il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica;

i Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i chiarimenti forniti dal RUP in corso della gara in premessa citati (allegati 1 e 2);
2. di approvare il verbale relativo alla seduta di apertura delle buste amministrative inerenti alla gara in narrativa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
3. di ammettere alla prosecuzione della procedura gli operatori economici citati in premessa, e di seguito elencati;

n.	DITTA	Sede legale	Codice Fiscale
1	Multi Medical Services Srl	Milano	10491670963
2	Cantel Medical (Italy)	Segrate (MI)	11636250158
3	Steris Srl	Pomezia (RM)	07869740584
4	Advanced Sterilization Products Italia Srl	Gavirate (VA)	02812740120

4. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e del Regolamento interno adottato con Deliberazione n. 1744 del 28/12/2017, la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-qualitativa ed economica delle offerte come segue:
 - Presidente: Ing. Francesco Bellato – Collaboratore Tecnico Professionale - UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale;
 - Commissario: dott. ssa Loretta Castagna – Collaboratore Sanitario Professionale – Coordinatore Centrale di sterilizzazione di Valdagno ed Arzignano;

- Commissario: dott. ssa Violeta Urukalo – Collaboratore Sanitario Professionale – Coordinatore Centrale di sterilizzazione di Vicenza;

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to per il Dr. Salvatore Barra – Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-6-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-6-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI



**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DI STERILIZZATRICI CHIMICHE A BASSA
TEMPERATURA**

Numero gara SIMOG 7421542 - CIG n. 7892059D1A - ID SINTEL 110593288

CHIARIMENTO N.1

Domanda

Con la presente si richiede chiarimento per il formato da 150 L della camera di sterilizzazione, in quanto è un requisito che identifica un unico concorrente sul mercato. Tali dimensioni sono vincolanti pena esclusione?

Risposta

Trattasi di mero errore materiale.

All'art. 2 dell'Avviso di indizione di gara "CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI DEL SISTEMA", il requisito minimo a pena di esclusione "*Capacità totale della camera di sterilizzazione non inferiore a 150 litri: specificare la dimensione utile*" deve intendersi sostituito dal seguente "*Capacità totale della camera di sterilizzazione non inferiore a 130 litri: specificare la dimensione utile*".

Vicenza, lì 21/05/2019

IL DIRETTORE

U.O.S. Gare

Dott. Stefano Affolati

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA DI STERILIZZATRICI CHIMICHE A BASSA
TEMPERATURA**

Numero gara SIMOG 7421542 - CIG n. 7892059D1A - ID SINTEL 110593288

CHIARIMENTI 2

Domanda 1. ***Si chiede di voler confermare se le apparecchiature richieste dovranno essere in grado di sterilizzare anche dispositivi flessibili di marca Olympus;***

Risposta 1: Si conferma sia per Vicenza che per Arzignano/Montebelluna.

Domanda 2. ***Relativamente alla voce del questionario “Caratteristiche migliorative”, si chiede di voler confermare che sono richieste esclusivamente le caratteristiche delle apparecchiature e non degli accessori forniti a corredo e opzionali;***

Risposta 2: Si conferma.

Domanda 3. ***Relativamente alla dicitura “Possibilità di memorizzazione di procedure personalizzate”, si chiede di voler precisare cosa si intenda per “procedura personalizzata”;***

Risposta 3: Per procedura personalizzata si intende processi dedicati per diverse tipologie di strumentazione da processare.

Domanda 4. ***Relativamente ai criteri di valutazione qualità punti: A, B, C e D si chiede di voler precisare quale sia il collegamento con la tabella di attribuzione dei punteggi;***

Risposta 4: Trattasi di mero errore materiale. Nel disciplinare di gara a pag. 27 la frase: “La valutazione dei criteri di qualità A, B e C verrà effettuata tenendo conto di quanto rilevabile dalla documentazione tecnica fornita. La valutazione del criterio di qualità D verrà effettuata mediante verifica, presso una o più strutture tra quelle indicate dal concorrente quali attuali utilizzatrici della medesima apparecchiatura, della qualità complessiva del sistema proposto in relazione alle necessità poste alla base dell’acquisto (Art. 2 Capitolato tecnico: svolgimento di terapie personalizzate per il recupero funzionale del cammino in pazienti acuti, subacuti e cronici affetti da mielomielite incompleta, gravi lesioni cerebrali acquisite e da stroke) ed al contesto operativo esistente all’interno di questa Azienda Ulss 8 (praticità di utilizzo, sicurezza nell’impiego, adattabilità, registrazione dati utilizzo). A tal fine verrà richiesto a ciascun concorrente di organizzare tale visione presso una o più strutture tra quelle indicate e a presenziarvi, ogni eventuale spesa inerente la visione è a totale carico della ditta offerente. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, al fine di rispettare gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 56 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia”, è da considerarsi eliminata.

Viene pubblicata, pertanto, la versione “Rev. 1” del Disciplinare di gara debitamente corretta in tal senso.

Domanda 5. ***Si chiede di specificare se nei “controlli qualità” nell’Avviso di Indizione di gara, Art. 6 Garanzia e servizio di assistenza tecnica – Tipo Full Risk, debba essere ricompresa anche la validazione completa dell’apparecchiatura.***

Risposta 5: Si conferma.

Domanda 6 ***Ai fini della valutazione delle operazioni di manutenzione è importante sapere quanti cicli all’anno prevedete di fare per ogni apparecchiatura richiesta in gara.***

Risposta 6:

Vicenza: Cicli/Anno circa **1400** (incremento con Robot Da Vinci)

Arzignano: Cicli/anno circa **750**

Vicenza, lì 30/05/2019

IL DIRETTORE

U.O.S. Gare

Dott. Stefano Affolati

**VERBALE DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI STERILIZZATRICI CHIMICHE**

N. gara SIMOG 7421542 - CIG n. 7892059D1A - ID SINTEL 110593288

L'anno 2019, addì 12 del mese di Giugno alle ore 09:30 ca. in Vicenza, presso un ufficio dell'UOS Gare, si svolge la seduta riservata per la verifica della regolare presentazione della documentazione amministrativa relativa alla gara in epigrafe, indetta con Deliberazione n. 701 del 07/05/2019, espletata tramite piattaforma "SINTEL".

Sono presenti per l'ULSS n. 8 Berica, quali componenti del seggio di gara:

- **PRESIDENTE:** dott. Giorgio Miotto - Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, delegato dal RUP – dott. Stefano Affolati – Direttore UOS Gare;
- **TESTIMONE:** Sara Guzzo - Assistente Amministrativo dell'UOS GARE;
- **TESTIMONE:** dott.ssa Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo dell'UOS GARE e segretario verbalizzante.

Il Presidente accerta che entro il termine di presentazione delle offerte indicato nel Disciplinare di gara e fissato per le ore 15:00 del giorno 07/06/2019, la piattaforma telematica di Sintel ha certificato la presenza delle offerte delle seguenti ditte:

n.	DITTA	Sede legale	Codice Fiscale
1	Multi Medical Services Srl	Milano	10491670963
2	Cantel Medical (Italy)	Segrate (MI)	11636250158
3	Steris Srl	Pomezia (RM)	07869740584
4	Advanced Sterilization Products Italia Srl	Gavirate (VA)	02812740120

Si dà atto che il medesimo Sistema, con modalità telematica, ha positivamente verificato la regolarità della firma digitale dei concorrenti, non rilevando alcuna anomalia.

Si procede, quindi, all'apertura e conseguente down-load delle "buste telematiche" contenente la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti che risultano regolarmente presentate e pertanto le stesse vengono ammesse alla successiva fase di gara.

Il presente verbale verrà pubblicato nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel e sul sito aziendale www.ulss8.veneto.it.

La seduta ha termine alle ore 12.30 ca..

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

(Dott. Giorgio Miotto)

I TESTIMONI:

Dott.ssa Laura Baggio

Sig.ra Sara Guzzo