

Prot.n. 665/2019

Mirandola 04/07/2019

Ns rif. FP/aa

Spett.le
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
VIALE RODOLFI, 37,
36100 VICENZA VI

c.se att.ne
Servizio U.O.S. Gare

PEC: garesag.aulss8@pecveneto.it

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di sistemi per circolazione extracorporea (CEC) in fabbisogno all'U.O. di Cardiocirurgia del Presidio Ospedaliero San Bartolo di Vicenza - Vs. Prot. 0064753 del 25/06/2019

Con riferimento all'oggetto qui di seguito formuliamo le nostre osservazioni alla bozza di capitolato pubblicata da codesta rispettabile Azienda:

- Unitamente alla fornitura del materiale di consumo (sistemi di allarme di livello): si precisa che dalle caratteristiche riportate nel capitolato tecnico oltre ai sistemi di allarme possono esserci altri accessori richiesti che necessitano di dispositivi monouso come il "monitoraggio in continuo di parametri ematici", al fine di poter permettere la più ampia partecipazione da parte delle aziende produttrici di sistemi per la circolazione extracorporea e di monitoraggio in continuo richiediamo l'ampliamento della lista del materiale monouso descritta.
- Al fine di permettere a tutte le aziende produttrici di sistemi per la circolazione extracorporea di poter presentare al meglio il proprio prodotto e le specifiche tecnologiche e di novità vi richiediamo la possibilità di valutare la richiesta di un periodo di prova dei sistemi offerti nella configurazione di gara e nel periodo di valutazione della stessa, richiesta peraltro già presente in numerose gare pubbliche per la stessa categoria di sistema.
- Ci permettiamo infine di sottolineare come a nostro avviso mancano valutazioni sulla sicurezza di una apparecchiatura in termini di prestazioni in situazioni di emergenza, come ad esempio tempo di accensione dell'apparecchiatura, rapidità e maneggevolezza nella sostituzione di accessori in caso di mal funzionamento, flessibilità nella modifica della configurazione di base.

Si allega alla presente la seguente documentazione tecnica:

- 1) Relazione riassuntiva caratteristiche tecniche della macchina Cuore Polmone Mod. S5
- 2) Brochure S5

Con l'occasione inviamo i nostri più distinti saluti.

SORIN GROUP ITALIA S.R.L.
Procuratore
Franco Poletti

Referente pratica: A.A..

Servizio Clienti Italia: tel. 02/37014960 – opzione 3

E-mail gare: sales.italy@livanova.com **E-mail ordini:** customerservice.italy@livanova.com - **PEC** salesitaly.sorin@legalmail.it

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc

Sede Legale:

Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano – Italy

Sede Amministrativa:

Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy

Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Stabilimenti:

Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy

Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Via Crescentino sn – 13040 Saluggia (VC) Italy

Tel. +39 0161 487.1 Fax +39 0161 487.681

Sedi Commerciali:

Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy

Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Via Benigno Crespi, 17 – 20159 Milano – Italy

Tel. +39 02 69465.211 – Fax +39 02 69465.300

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960

International Customer Service: +39 02 37027030

Capitale Sociale: € 8.550.034,00

Registro Imprese di Milano N. 10556980158

R.E.A. MILANO 1767776 – N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423

Cod. Fisc. 10556980158 – Part. IVA 02109510368

ISO CODE IT02109510368

Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc