

Prot. 86072 27 AGO. 2019

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di software e hardware per controlli di qualità sugli acceleratori lineari e sui trattamenti di Radioterapia tramite l'utilizzo di log files da destinare all'UOC di Fisica Sanitaria del Presidio Ospedaliero San Bortolo dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 111703574 - CIG: 7940676521

DOMANDA: Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche indicative – Parte Software, punto 2, si chiede di confermare che il calcolo secondario delle Unità Monitor sia equivalente al calcolo secondario della dose in Gy.

RISPOSTA: Si conferma che il calcolo secondario delle Unità Monitor è equivalente al calcolo secondario della dose in Gy.

DOMANDA: si chiede di confermare che i sistemi installati nel Vs. reparto e a cui si vuole interfacciare il sistema, oggetto della presente fornitura, possiedano le seguenti caratteristiche:

XVI (X-Ray Volume Imaging System) -> = V5.0

iViewGT (Electronic Portal Imaging Device and supporting database) -> = V3.4, ed in caso di V.3.4.1.

che sia presente la iViewGT, linac-specific license activation, Sun Nuclear Corp MRT (P/N 27571)

iCOM vx Messaging Interface -> = V13.0.

RISPOSTA: si conferma:

XVI (X-Ray Volume Imaging System) -> = V5.0

iViewGT (Electronic Portal Imaging Device and supporting database) -> = V3.4,

iCOM vx Messaging Interface -> = V13.0

UOC Provveditorato, Economato
Gestione della Logistica
Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio Miotto

