

Prot. 108592 - 28.10.19

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 1 SISTEMA PER IL MONITORAGGIO MULTI PARAMETRICO IN FABBISOGNO ALL'UOC DI GASTROENTEROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN BORTOLO DI VICENZA" ID SINTEL 116855039 – CIG: Z652A40168 – CHIARIMENTI

Domanda: Si richiede se il parametro CO2 deve essere incluso in tutti i monitor offerti o devono essere offerti un numero di moduli di quantità inferiore, utilizzabili su tutti i monitor offerti.

Risposta: solo in due monitor su sei

Domanda: Si richiede se può essere accolta favorevolmente offerta per monitor multiparametrico con trend grafici della durata di 24 ore

Risposta: la richiesta è per durata di 48 ore.

Domanda: Si prega specificare la tipologia di aggancio richiesto, dato che il carrello non è richiesto

Risposta: nun monitor dovrà essere agganciato al carrello delle urgenze e qui c'è già una mensola: si dovrà solo trovare il modo di rendere stabile il monitor.

Gli altri 5 sono su carrello

Domanda: Si prega specificare marca, modello e tipo dei sensori monouso SpO2 utilizzati, per i quali è richiesta la compatibilità del monitor da offrire

Risposta: Covidien Nellcor™ MAXAL (Adult XL SpO₂ Sensor >30Kg)

UOC Provveditorato, Economato
 Gestione della Logistica
 Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio Miotto

