

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE NEL SIERO DEGLI AUTOANTICORPI PER LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI PER L'UOC LABORATORIO ANALISI DI VICENZA DELL'AULSS N. 8 BERICA**

**Numero gara SIMOG 7551006 - CIG n.80475128FB - ID SINTEL 116780426**

**RETTIFICA CAPITOLATO TECNICO**

Si comunica che, a seguito di idoneo approfondimento, risulta opportuno eliminare dai test oggetto della presente gara, indicati nell'art. 1 del Capitolato Tecnico, i test denominati "anticorpi anti recettore Fosfolipasi A2" in immunofluorescenza e "Recettore Fosfolipasi A2 IgG (in aggiunta alla IFI)" in micropietra.

Tali test devono, pertanto, intendersi **eliminati** e non facenti parte dei prodotti oggetto di offerta.

In data odierna viene di conseguenza pubblicata la versione aggiornata ("Rev. 1") del Capitolato Tecnico.

**Rimangono ferme ed invariate tutte le restanti condizioni di appalto, importo a base d'asta compreso.**

**CHIARIMENTI 1**

Domanda 1: ***si chiede di confermare se potranno essere offerti, per il principio di equivalenza, sistemi di rilevazione differenti da quelli elencati al punto B) dell'art. 2.1 ("Metodi di analisi ammessi"), come ad esempio il FEIA "FluoroEnzymelimmunoAssay".***

Risposta 1: Si conferma.

Domanda 2: ***si chiede se sia possibile offrire, come "inoltre disponibili", tutti i singoli antigeni specifici "Ena" che la Ditta ha a disposizione con la stessa tecnologia del dosaggio "Ena Screening".***

Risposta 2: Si conferma.

Vicenza, lì 08/11/2019

**IL DIRETTORE UOS GARE**

Dott. Stefano Affolati

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)