REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER LA DETERMINAZIONE NEL SIERO DEGLI AUTOANTICORPI PER LA DIAGNOSTICA DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI PER L'UOC LABORATORIO ANALISI DI VICENZA DELL'AULSS N. 8 BERICA

Numero gara SIMOG 7551006 - CIG n.80475128FB - ID SINTEL 116780426

CHIARIMENTI 4

Domanda 1: Vs. rif.: Capitolato Tecnico, art. 2 "Caratteristiche e specifiche tecniche essenziali", pag. 5, punto 2.3 "Ricerca autoanticorpi su micropiastra ELISA", lett. c) "Ottimizzazione del numero di test offerti per una esecuzione ogni 20 giorni, comprensiva di test, calibrazioni e controlli, tutti in doppio". Quesito: si prega di confermare se, in base al punto 2.3 lett. c), le quantità annue indicate in tabella per tutti i test ammessi su ELISA in micropiastra debbano essere raddoppiate per ottenere il numero corretto delle determinazioni che il laboratorio ritiene indispensabili.

Risposta 1: Prevedendo una seduta ogni 20 gg, si possono stimare 18 sedute analitiche/anno. Si richiede agli offerenti di garantire un numero idoneo di micropiastre, reagenti, calibratori e controlli, idoneo a eseguire il numero di esami richiesti distribuiti in 18 sedute analitiche, tenendo conto delle calibrazioni, dei controlli, dei pozzetti non utilizzabili nella seduta, ecc. Il termine "tutti in doppio" significa che su micropiastra le determinazioni saranno eseguite in doppio su campioni, calibratori e controlli. Ne consegue che per esami a basso numero servono molti più test del numero teorico fornito.
Per esempio:
Esami richiesti 150/anno.
Esami/seduta = 8-9.
Calibrazione = 8 punti di calibrazione.
Controlli = 2 (controllo negativo e controllo positivo).
Viene effettuato tutto in doppio; quindi serviranno 18 test (pozzetti) per campioni +16 test per punti curva + 4 test per i controlli = 38 pozzetti/seduta.
Ne consegue che per l'esecuzione dei 150 test/anno servono in realtà almeno 8 piastre da 96 pozzetti/anno.

Vicenza, lì 25/11/2019

IL DIRETTORE UOS GARE
Dott. Stefano Affolati
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

REGIONE DEL VENETO ULSS8 BERICA
Documento Firmato digitalmente da AFFOLATI Stefano in data 25/11/2019 alle ore 09:37