

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2037

del 30-12-2019

O G G E T T O

Annullamento in autotutela, ex artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, dell'aggiudicazione del lotto n. 16 CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici", approvata con la delibera del Direttore Generale n. 1812 del 20/11/2019 e nuova aggiudicazione.

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 2188

Il Direttore dell'UOS "Gare" riferisce che:

con l'atto deliberativo n. 1812 del 20/11/2019 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica, periferica e interventistica strutturale in fabbisogno all'Emodinamica del Presidio Ospedaliero "San Bortolo" di Vicenza, per la durata di tre anni;

con nota pervenuta il 25.11.2019 la ditta Cardinal Health Italy 509 s.r.l. di Roma, ha formulato alcune osservazioni in merito alla sua esclusione, per mancanza di requisiti minimi, dal lotto n. 16 CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici", aggiudicato alla ditta "Medtronic Italia s.p.a." chiedendo di essere riammessa in quanto la caratteristica per la quale è stata esclusa non era indicata nel capitolato tecnico;

dal riesame della documentazione si evince che la presenza del requisito minimo, che nella fattispecie, è la curva "Shepherd crook" non era contenuta nei requisiti minimi del capitolato ma "solamente" indicata nel questionario tecnico;

con la nota prot. 122135 del 3/12/2019 è stato avviato, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., l'avvio di un procedimento amministrativo volto all'annullamento in autotutela, ex artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, delle risultanze del lotto n. 16 (CIG 7677684145) – "Cateteri guida coronarici" della procedura in oggetto, giusta delibera n. 1812 del 20/11/2019 e di tutti gli atti conseguenti, collegati o comunque connessi allo stesso;

le ditte interessate non hanno formulato osservazioni entro il termine del 13.12.2019;

il RUP della gara ha convocato la Commissione Giudicatrice, che nella seduta del 19/12/2019, viste le contestazioni mosse dalla ditta Cardinal Health Italy 509, ha condiviso quanto valutato dal RUP ed ha ammesso e, successivamente, valutato la proposta tecnica della ditta, come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1);

nella medesima seduta riservata, la Commissione Giudicatrice ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente l'offerta economica della Ditta ammessa, attribuendo i punti prezzo, a termini del Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma, e formulando la graduatoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 1):

	ditta	punteggio tecnico	€ offerto triennale	punteggio economico	punteggio totale
1	Medtronic Italia s.p.a. di Milano	70	148.500,00	30,0	100,00
2	Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano	55	171.000,00	26,05	81,05

Secondo quanto previsto dalla documentazione di gara l'aggiudicazione del lotto deve avvenire mediante accordo quadro tra le prime due ditte in graduatoria, rispettivamente nella misura massima del 70% e del 30% del lotto e pertanto, si propone, di aggiudicare la fornitura del lotto n. 16 CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici";

- alla ditta Medtronic Italia s.p.a. di Milano, fino ad un massimo del 70% del fabbisogno indicato in gara, pari a € 103.950,00 + I.V.A. 22%;
- alla ditta Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano, fino ad un massimo del 30% del fabbisogno indicato in gara, pari a € 51.300,00 + I.V.A. 22% ;

il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di annullare in autotutela, *ex artt. 21-octies e 21-nonies* della legge 241/1990, l'aggiudicazione del lotto n. 16 CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici", approvata con la delibera del Direttore Generale n. 1812 del 20/11/2019, per le motivazioni riportate in premessa;
2. di approvare il verbale di gara della seduta della Commissione Giudicatrice (all. 1) allegato alla presente delibera per farne parte integrante;
3. di aggiudicare ai seguenti operatori economici e nei termini sotto indicati la fornitura del lotto n. 16 lotto CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici", di cui alla gara per la fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica, periferica e interventistica strutturale in fabbisogno all'Emodinamica del Presidio Ospedaliero "San Bortolo" di Vicenza, mediante accordo quadro secondo quanto previsto dalla documentazione di gara:

lotto	CIG	n.	ditta	Importo triennale+ I.V.A.
16	7677684145	1 (70%)	Medtronic Italia s.p.a.	€ 103.950,00
		2 (30%)	Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano	€ 51.300,00

4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 189.405,00 IVA 22% inclusa, sarà imputato come segue:
 - nel Bilancio Sanitario anno 2020 per € 63.135,00 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici"
 - nel Bilancio Sanitario anno 2021 per € 63.135,00 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici"
 - nel Bilancio Sanitario anno 2022 per € 63.135,00 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici"

5. di dare atto che i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scritture private e di autorizzare il Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato Economato e Logistica" dott Giorgio Miotto alla sottoscrizione degli stessi con le Ditte aggiudicatarie;
6. di nominare quale Direttore di esecuzione dei contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Francesco Caprioglio, direttore dell'U.O.C. di Cardiologia, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O. proponente;
7. di autorizzare la spesa presunta di € 400,00, compresa IVA, per le pubblicazioni di cui al punto precedente, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2020, con obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante da parte degli aggiudicatari;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 31-12-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 31-12-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

GARA A PROCEDURA APERTA**PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA CORONARICA, PERIFERICA E INTERVENTISTICA STRUTTURALE IN FABBISOGNO ALL'EMODINAMICA DEL P.O. DI VICENZA****VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DELLA DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L. DI ROMA E DI APERTURA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL' OFFERTA ECONOMICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 16 CIG 7677684145 "CATETERI GUIDA CORONARICI"****GARA N. 7240335 ID SINTEL 103602832**

Alle ore 14.00 del 19.12.2019, in Vicenza, presso il Servizio Farmaceutico dell'Azienda ULSS 8 – Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 24/01/2019. Sono presenti:

- Presidente: dott.ssa Milena Lauri, Dirigente Farmacista dell'U.O.C. Farmacia Ospedaliera del P.O. di Vicenza
- Commissario: dott.ssa Ester Cabianca, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Vicenza
- Commissario: dott. Flavio Mistrorigo, Dirigente Medico dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Vicenza

La Commissione giudicatrice prende atto che:


con nota pervenuta il 25.11.2019 la ditta Cardinal Health Italy 509 s.r.l. di Roma, ha formulato alcune osservazioni in merito alla sua esclusione, per mancanza di requisiti minimi, dal lotto n. 16 CIG 7677684145 "Cateteri guida coronarici", aggiudicato alla ditta "Medtronic Italia s.p.a.", chiedendo di essere riammessa in quanto la caratteristica per la quale è stata esclusa non era indicata nel capitolato tecnico;

con la nota prot. 122135 del 3/12/2019 il RUP della gara giudicando plausibili le contestazioni della ditta Cardinal Health Italy 509 s.r.l. ha avviato, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i., l'avvio di un procedimento amministrativo volto all'annullamento in autotutela, ex artt. 21-octies e 21-nonies della legge 241/1990, delle risultanze del lotto in questione, in quanto dal riesame della documentazione è emerso che la presenza del requisito minimo, che nella fattispecie, è la curva "Shepherd crook" non era contenuta nei requisiti minimi del capitolato ma solamente indicata nel questionario tecnico;

entro il termine del 13 dicembre 2019 le ditte interessate non hanno formulato osservazioni in merito.

Il RUP di gara ha riconvocato la Commissione Giudicatrice in data odierna.

Preliminarmente la Commissione Giudicatrice viste le contestazioni mosse dalla ditta Cardinal Health Italy 509 s.r.l. condivide quanto valutato dal RUP e riammette, pertanto, il concorrente al lotto in questione.



La Commissione procede, pertanto, alla valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta Cardinal Health Italy 509 S.R.L. relativa a "CORDIS VISTA BRITE TIP® Catetere guida per PTCA, attribuendo alla stessa il punteggio di 55/70, sulla base delle motivazioni riportate nella scheda allegata.

Rimane ferma l'esclusione dell'offerta presentata dalla ditta "Boston Scientific S.P.A.", come da verbale del 2/4/2019 e la valutazione dell'offerta presentata dalla ditta "Medtronic Italia s.p.a", pari a 70/70, come da verbale del 24/10/2019.

Le valutazioni tecniche delle 3 offerte sono riportate nella tabella allegata che sostituisce quindi, integralmente quella allegata al verbale del 24/10/2019.

La Commissione, successivamente, utilizzando l'apposita funzione della piattaforma SINTEL, procede all'ammissione e all'attribuzione del punteggio assegnato all'offerta tecnica presentata dalla ditta Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano per il lotto n. 16.

La Commissione procede, quindi, a riscontrare la presenza della busta 3 "Offerta Economica" della medesima ditta, nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Successivamente viene aperta l'offerta economica, che risulta pari a € 171.000,00.

Per il lotto n. 16 risultano, ora, le seguenti due offerte economiche a confronto, come di seguito riepilogate:

1. Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano: **totale complessivo offerta: € 171.000,00;**
2. Medtronic Italia s.p.a. di Milano: **totale complessivo offerta: € 148.500,00**

Alle suddette offerte economiche, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

1. Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano: punti di 26,05/30
2. Medtronic Italia s.p.a. di Milano: punti di 30/30

Tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si procede, quindi, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente, e alla redazione della conseguente graduatoria di gara che risulta essere la seguente:

	ditta	punteggio tecnico	punteggio economico	punteggio totale
1	Medtronic Italia s.p.a. di Milano	70	30,0	100,00
2	Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano	55	26,05	81,05

Il Presidente rileva che il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre e pertanto, ai sensi dell'art. 97 comma 3, non si effettua il calcolo dell'anomalia.

La Commissione infine, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come sopra riportata, e propone al Responsabile di servizio l'aggiudicazione della fornitura del lotto

n. 16 CIG 7677684145 “Cateteri guida coronarici”, nei seguenti termini:


- alla ditta Medtronic Italia s.p.a. di Milano, fino ad un massimo del 70% del fabbisogno indicato in gara;
- alla ditta Cardinal Health Italy 509 S.R.L di Milano, fino ad un massimo del 30% del fabbisogno indicato in gara, trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

Il presente verbale va a modificare il verbale del 30.10.2019 relativo all’apertura delle offerte economiche, con particolare riferimento alle risultanze del lotto n. 16.


La seduta ha termine alle ore 14.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


I componenti la Commissione giudicatrice:



dott.ssa Milena Lauri



dott.ssa Ester Cabianca



dott. Flavio Mistrorigo

LOTTO 16 - Cateteri guida coronarici		BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	CARDINAL HEALTH ITALY 509 s.r.l.	MEDTRONIC		
	ACCORDO QUADRO 70+30	Convey codici vari	CARDIS VISTA BRITTE TIP® Cateteri guida per PTCA - codici vari	Cateteri guida per angioplastica transluminale percutanea coronarica LAUNCHER e SHERPA NX codici vari		
		ESCLUSO				
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	motivazione	valutazione	motivazione
16a	Spingibilità e scorrevolezza. Si intende la possibilità di far progredire il catetere all'interno del lume vascolare. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior spingibilità e scorrevolezza.	10			1	1
16b	Memoria della curva. Si intende la capacità del catetere di mantenere immutata la conformazione distale durante la procedura. Si attribuisce punteggio più elevato alla maggior memoria della curva	10			1	1
	punteggio		10		10	
16c	Resistenza all'inghochiamento. Si intende la resistenza del catetere al kinking, cioè strozzamento del lume in conseguenza del piegamento del catetere stesso.	10			1	1
	punteggio		10		10	
16d	Controllo di torsione. Si attribuisce punteggio più elevato al maggior controllo di torsione.	10			1	1
	punteggio		10		10	
16e	Gamma delle misure e tipi (Valore massimo =max punteggio, Valore minimo=0, valori intermedi proporzionali)	15			224 misure	404 misure launcher; 521 sherpa
	punteggio		0		15	
16f	Atraumaticità della punta	15			1	1
	punteggio		15		15	
	TOTALI	70			55	70

non ammesso in quanto non
presente short tip come
richiesto nei requisiti minimi