

Prot.

U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER IL GRUPPO OPERATORIO DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

GARA N. 7609308

CIG 8115431983

ID SINTEL 119007474

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 2

In riferimento alla presente procedura, la Società chiede: "Si conferma che le lampade da offrire in sede di gara sono 9?Capitolato tecnico?"

Risposta n. 2

Si conferma che la fornitura ha ad oggetto 9 (nove) lampade scialitiche.

Domanda n. 3

La Società chiede: "Pag. 3 punto 3.6 si chiede se il range temperatura del colore impostabile tra 3000°k e 6700°k sia un valore corretto, in quanto oltre i 5600°K la resa del colore viene alterata, nel rispetto dell'indice di riproduzione del colore".

Risposta n. 3

Si confermano i valori indicati nel Capitolato, così come previsto dalla norma CEI EN 60601-2-41.

Domanda n. 4

La Società chiede: "Pag. 2 punto 1.4 si chiede se entrambe le lampade devono poter alloggiare la predisposizione della telecamera".

Risposta n. 4

Si conferma che tutte le nove lampade devono essere configurate in maniera tale da consentire l'inserimento di una telecamera HD di tipo medicale da alloggiare nel manipolo centrale

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto