

Prot. 0004673 del 16/01/2020

Servizio: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCITOMETRIA PER I LABORATORI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

GARA N. 7621665

CIG 8129066D77

ID SINTEL 119508014

CHIARIMENTO N. 2

Domanda n. 3

Noventa Vicentina e Valdagno lavorano h24 e viene richiesta la "continuità delle attività anche in caso di fermo strumentale" a pag. 4 del capitolato tecnico, ma a pag. 7 si richiede "backup analitico e strumentale" SOLO per Valdagno.

Si chiede di chiarire quale delle due richieste sia prevalente.

Risposta n. 3

A Noventa Vicentina è presente una stazione POCT presso il Pronto Soccorso, che è in grado di eseguire Emocromi CBC per esami urgenti, in caso di avaria del sistema di Laboratorio. Così non è per la sede di Valdagno, ove è quindi necessario avere un backup.

Si conferma la necessità di Backup analitico e strumentale solo per la sede di Valdagno, come previsto all'art. 2 del Capitolato Tecnico.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto