

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfini n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

**PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI N. 19 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA
NEONATALE IN FABBISOGNO AI PP.OO. DELL'AULSS N.8 "BERICA"**

**N. GARA 7564383
CIG 806284455A
ID SINTEL 118614661**

CHIARIMENTO N.1

Domanda n.1

Facciamo presente che considerare alcune caratteristiche particolari come, ad esempio, all'art.2 punto 2 "...radiante sempre attivo all'apertura..." oppure al punto 17 "...controllo istante per istante tramite apposito cursore...", come caratteristiche a pena di esclusione anziché preferenziali non ci permetterebbe di poter partecipare alla gara. Si richiede pertanto, alla luce di tali considerazioni, di valutare l'opportunità di togliere l'obbligatorietà di tali peculiarità, nel caso non siano ritenute indispensabili per la funzionalità delle apparecchiature, per consentire quindi il più ampio numero di partecipanti.

Risposta n.1

In relazione all'art.2 punto 2, *"le incubatrici dovranno essere dotate di sistemi di riscaldamento che garantiscano la massima efficacia nel raggiungimento e nel mantenimento della temperatura target del neonato, con modalità di gestione manuale o con servocontrollo, sia in modalità incubatrice che open care, con radiante sempre attivo all'apertura della campana e controllo della potenza irradiata in watt o percentuale"*, si conferma quanto indicato nel Capitolato Tecnico in quanto tale requisito è fondamentale per il mantenimento della temperatura del neonato e quindi per garantire la qualità dell'assistenza.

In relazione all'art.2 punto 17, *"le incubatrici dovranno essere dotate di un software per la gestione dei trends di tutti i parametri, con possibilità di visualizzazione e controllo istante per istante tramite apposito cursore e possibilità di esportare i dati"* si precisa che il controllo deve essere continuativo e che lo stesso può essere eseguito tramite modalità dedicata che consenta la verifica dei parametri del neonato istante per istante.

IL DIRETTORE

U.O.C. Provveditorato, Economato e
Gestione della logistica
Dott. Giorgi Miotto