

Prot. 7566 del 23.01.2020

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Fornitura di n. 1 centrale di monitoraggio comprensiva di n. 8 monitor multiparametrici da destinare all'UOC di Pneumologia del Distretto Est dell'Azienda Ulss n. 8 Berica – ID SINTEL: 120306433 – CIG: 81576387D5 – **RICHIESTA CHIARIMENTI**

Domanda: Riferimento Disciplinare di gara, Caratteristiche tecniche indicative della Centrale di monitoraggio, punti 16 e 17 Con la presente si richiede se l'Azienda ULSS n.8 Berica può mettere a disposizione un server virtuale dove installare le applicazioni software per permettere la visualizzazione dei dati via web utilizzando i PC aziendali, per la consultazione remota all'interno della rete ospedaliera e per la esportazione automatica dei dati in formato standard HL7 per collegamento alla cartella clinica o alla memorizzazione dei dati a lungo termine

Risposta: Sono a disposizione dei server virtuali (Piattaforma Nutanix) dove è possibile fare le installazioni di Macchine Virtuali per i pacchetti di Integrazione con il SIO.

Domanda: Si chiede conferma, ai sensi dell'Art.68 del codice degli Appalti, se possano essere ritenute clinicamente equivalenti offerte di monitor dotati di display anche inferiore a 12", fermo restando la facoltà della Commissione Giudicatrice di valutare la qualità della visualizzazione delle tracce e dei valori numerici dei parametri monitorati. In considerazione della necessità di trasporto del paziente monitorato e quindi di un facile e rapido aggancio-sgancio del monitor dal supporto a pensile/posto letto con ergonomia funzionale al trasporto, si ritiene che un monitor dotato di display di dimensioni da 10,4", seppur inferiori ai 12" richiesti, possa essere una soluzione ergonomicamente migliorativa e ugualmente funzionale alla visualizzazione di tutti i parametri richiesti

Risposta: Si conferma la necessità di fornire 8 (otto) monitor con display non inferiore a 12" (pollici). È concessa la possibilità di presentare un'offerta di 8 (otto) monitor composta da 7 (sette) monitor con display di almeno 12" ed 1 (uno) solo monitor con dimensioni comunque $\geq 10"$ per il trasporto in urgenza del paziente.

Domanda: In considerazione della destinazione d'uso del sistema di monitoraggio oggetto di fornitura, si chiede conferma che la richiesta di n.4 moduli di Gittata Cardiaca sia un refuso. Contrariamente si chiede se possibile indicare se vi siano preferenze per la metodica richiesta per la rilevazione della gittata cardiaca e in ogni caso si chiede di indicare se è ritenuta idonea la termodiluizione con swan-ganz

Risposta: Si conferma la necessità di acquisire almeno 4 (quattro) moduli per la misurazione della Gittata Cardiaca. Si accettano proposte di moduli per la Gittata Cardiaca, da determinare con metodiche non invasive oppure con metodiche invasive.

Nel caso la Ditta proponesse la soluzione invasiva, la metodica ritenuta idonea è quella della termodiluizione con Swan-Ganz.

Nel caso in cui la Ditta partecipante alla gara proponesse la metodica non invasiva, la Ditta è tenuta obbligatoriamente a: 1. fornire documentazione scientifica comprovante la sensibilità e specificità della metodica non invasiva proposta, documentazione da cui emerga che i valori misurati con tale metodica non si discostano di una percentuale oscillante intorno al 2-3% dai valori misurati con la metodica invasiva; 2. garantire che almeno 1 (uno) dei 4 (quattro) moduli per la Gittata Cardiaca sia di tipo invasivo, secondo la metodica della termodiluizione con Swan-Ganz (vedi sopra).