



Prot. 22838 del 03.03.2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dott. Giorgio Miotto**

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 35 POMPE PER INFUSIONE TCI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" ID SINTEL: 121709037 – CIG: 82142369FA – **RICHIESTA CHIARIMENTI**

**Domanda:** Si chiede di confermare che la richiesta di manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno) trattasi di refuso e che dovrà invece essere applicato quanto prescritto dal fabbricante nel manuale d'uso della pompa

**Risposta:** Si conferma che sarà applicato quanto previsto da parte del fabbricante nel manuale d'uso dell'apparecchiatura.

**Domanda:** Si chiede di confermare che l'indicazione di danno accidentale o errato utilizzo dovrà essere evidenziato dall'Azienda Aggiudicataria tramite apposita comunicazione al momento della ricezione della pompa per riparazione. Infatti il ritiro per riparazione di questa tipologia di apparecchiatura avviene tramite corrieri e non direttamente tramite personale di assistenza tecnica.

**Risposta:** Si conferma

UOC Provveditorato, Economato  
Gestione della Logistica  
Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio Miotto