



Prot. 37318 del 15.04.2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dott. Giorgio Miotto**

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 1 SISTEMA PER EVAPORAZIONE CENTRIFUGO IN FABBISOGNO ALL'UOC DI MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" - ID SINTEL 123467295 – CIG: ZEC2CAD778 – **RICHIESTA CHIARIMENTI**

**Domanda:** La certificazione 93/42 è obbligatoria?

**Risposta:** Non trattandosi di Dispositivo Medico la certificazione non è obbligatoria

**Domanda:** Per manutenzione ed assistenza tecnica full-risk si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno)" si fa presente che, data la semplicità dell'apparecchio, il produttore consiglia una visita/anno.

**Risposta:** Viste le indicazioni del costruttore si acconsente all'effettuazione di una unica manutenzione annuale.