

RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER ESTRAZIONE AUTOMATICA DEL DNA (STRUMENTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO) PER IL DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA.

L'Azienda U.L.SS. n.8 Berica, intende acquisire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. un sistema (strumentazione e reagenti) per l'estrazione automatica del DNA.

Caratteristiche tecniche:

la fornitura, in service, include:

- Estrattore automatico di acidi nucleici di nuova fabbricazione o "ricondizionato", in ogni caso il meglio in termini di tecnologia, di ultima generazione, caratterizzata da prestazioni di alto livello
- Spettrofotometro, nuovo o "ricondizionato", per la valutazione qualitativa-quantitativa del DNA in piastra e in provetta
- Preparatore, nuovo o "ricondizionato", delle reazioni di PCR completamente automatico e per dispensazione di DNA in piastra (precisione a 1 ul) da banco
- Software di analisi
- Interfacciamento dell'estrattore con il piastratore e con il software di analisi dati e il sistema gestionale di cui è dotato il laboratorio
- I reattivi e tutto il materiale di consumo necessario per l'estrazione di DNA in provetta e in piastra da 96
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Formazione del personale, anche di nuovo inserimento nel corso del contratto, per il tempo necessario all'apprendimento della metodica.

Requisiti indispensabili dell'estrattore:

deve essere CE-IVD, senza intervento dell'operatore e in grado di:

- estrarre direttamente da provetta primaria (vacutainer) con lettura automatica dei codici a barre
- garantire l'assenza di contaminazioni da carry over
- estrarre da volumi variabili (anche elevati pari a 1 ml e/o buffy coat)
- tracciabilità dei campioni di partenza
- interfacciamento con il gestionale del laboratorio e strumentazione accessoria (Fusion-Luminex e Piastratore)
- estrarre il DNA su piastra da 96 pozzetti con barcode e in provetta

Requisiti indispensabili del piastratore:

- dispensazione di volumi minimi (1 ul) in piastra .
- possibilità di inserimento di diversi schemi di piastratura
- interfacciamento con l'estrattore e tracciabilità dei dati

Spettrofotometro

lettura anche di 96 campioni su piastra

Requisiti indispensabili dei reattivi

- Tutti i reagenti forniti devono essere CE-IVD.
- I reattivi devono garantire una elevata resa e qualità del DNA (A260/280 rapporto 1.7-1.9)

Le ditte le quali disponessero del sistema indicato od analogo ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro le ore 12.00 del 30.04.2020, recante la dicitura **“RICERCA DI MERCATO DI UN SISTEMA DI ESTRAZIONE DNA/GM”**.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo dei reagenti;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.34.09, fax 0444.75.34.07, email: giorgio.miotto@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Giorgio Miotto

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
F.to Dott. Miotto Giorgio