

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 672

del 20-5-2020

O G G E T T O

Gara europea a procedura aperta per l'appalto della fornitura di materiali per attività interventistica neuroradiologica per il P.O. di Vicenza, n. gara SIMOG 7436337: aggiudicazione procedura.

Proponente: UOS Gare
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 664

Il Direttore dell'U.O.C "Provveditorato, Economato e Gestione della logistica" riferisce che:

con l'atto deliberativo n. 792 del 22/5/2019 è stato disposto di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in piattaforma "Sintel", (25 lotti), con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura di materiali per attività interventistica neuroradiologica del P.O. di Vicenza, per un periodo di due anni, con opzione di prosecuzione di 12 mesi, per un importo complessivo posto a base d'asta pari a 1.368.770,00 IVA esclusa e costi per la sicurezza pari a 0;

il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. 2019/S 101-243972 del 27/5/2019 e nella G.U.R.I. n.64 Serie Speciale del 3/6/2019 e, per estratto, nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi degli artt. 73 e 216 comma 11 D.Lgs.50/2016, mentre la documentazione di gara è stata resa disponibile nel sito internet dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 12.7.2019 ad ore 15.00, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1. AB MEDICA S.P.A. per i lotti n.: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 24;
2. ARTHYA S.R.L. per il lotto n. 18;
3. BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per i lotti n.: 12 e 18;
4. COLMA S.R.L. per il lotto n. 18;
5. CROSSMED S.P.A. per i lotti n 4 e 8;
6. INNOVA HTS per il lotto n. 18;
7. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. per i lotti n.:1, 4, 8, 10 e 24;
8. KARDIA SRL per i lotti n.1, 2, 7, e 9;
9. MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per i lotti n.: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 25;
10. PEGASUS MEDICAL S.r.l. per i lotti n.: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20 e 22;
11. PROMED per i lotti n.: 1, 2, 3, 9, 13, 17 e 24;
12. SIAD HEALTHCARE S.P.A. per il lotto n.25;
13. STRYKER ITALIA SRL S.U. per i lotti n. 2, 4, 5, 7, 8, 17;
14. TECNOSTIM per i lotti n. 9 e 21;

i lotti 11 e 23 sono risultati deserti per mancanza di offerte;

come da verbali relativi alle sedute del 17/7/2019 e del 22/7/2019, di verifica della documentazione amministrativa, tutti i predetti operatori economici sono stati ammessi a partecipare ai lotti a fianco indicati;

con l'atto deliberativo n. 1360 del 4/9/2019 è stato disposto di ammettere tutti gli operatori economici al proseguo della gara, ed è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica;

nella seduta riservata del 5/9/2019, la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e la regolarità della documentazione tecnica contenuta nelle buste telematiche e richiesta dal disciplinare di gara, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 1), ammettendo le ditte alla fase successiva della gara;

successivamente, con la delibera n. 1811 del 20/11/2019 è stata sostituita una componente della suddetta Commissione Giudicatrice, per impossibilità di proseguire le attività nel suo ruolo di componente della Commissione giudicatrice;

la Commissione Giudicatrice, riunitasi in varie sedute ha effettuato la valutazione delle proposte tecniche, come risulta dai verbali datati 26 settembre 2019, 3 e 8 ottobre 2019, 10, 18, 25 e 27 febbraio 2020, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 1);

in data 17/4/2020 è stata data comunicazione di esclusione alle ditte le cui offerte non avevano superato i requisiti minimi, in particolare: alla ditta Promed s.r.l. per i lotto n.2, alla ditta AB Medica s.p.a. per il lotto n. 24, alla ditta Boston Scientific s.p.a. per il lotto n. 12, alla ditta “Kardia s.r.l.” per il lotto n. 1, alla ditta “Medtronic Italia s.p.a. “ per il lotti n. 14, n. 16 e n. 22, alla ditta “Tecnostim” per il lotto n. 21. Alla ditta “Stryker Italia s.r.l. S.U.”, invece, è stata comunicata l’esclusione per non aver superato il punteggio minimo di 42/70 per il lotto n.17.

nella seduta riservata del 16/4/2020, il seggio di gara ha proceduto ad aprire le buste telematiche contenenti l’offerta economica delle Ditte ammesse, attribuendo i punti prezzo, a termini del Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma, e formulando la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 2):

lotto	CIG	graduatoria	% AQ	ditta partecipante	punteggio tecnico	punteggio economico	totale punteggio
1	7909004C8F	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	62	29,33	91,33
		2	30%	Promed	56	29,93	85,93
		3	10%	Ab Medica Spa	42,5	30	72,5
2	7909039972	1	60%	Kardia Srl	70	30	100
		2	30%	Promed	70	24,96	94,96
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	55	24,43	79,43
3	7909053501	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	69,58	24,63	94,21
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	62,08	26,22	88,3
		3	10%	Promed	50,35	30	80,35
4	7909061B99	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	70	22,86	92,86
		2	30%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	55	30	85
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	58,75	23,04	81,79
		4		Crossmed Spa	50	26,42	76,42
		5		Medtronic Italia S.P.A.	51,25	24	75,25
		6		Ab Medica Spa	51,25	23,23	74,48
5	79090789A1	1	60%	Ab Medica Spa	68,13	28,5	96,63
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	57,5	30	87,5
		3	10%	Pegasus Medical S.R.L.	47,5	28,64	76,14
		4		Medtronic Italia S.P.A.	42,5	28,79	71,29
6	7909098A22	1		Pegasus Medical S.R.L.	58	30	88
7	79091060BF	1	60%	Kardia Srl	70	24,32	94,32
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	55	30	85
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	45	25,71	70,71
8	79091125B1	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	66,47	29,25	95,72
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	65,82	25,81	91,63
		3	10%	Medtronic Italia S.P.A.	60	28,77	88,77
		4		Ab Medica Spa	49,66	29,25	78,91
		5		Pegasus Medical S.R.L.	51,39	27	78,39
		6		Crossmed Spa	43,25	30	73,25
9	7909127213	1	60%	Ab Medica Spa	70	27,16	97,16
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	60	24,19	84,19

		3	10%	Promed	52,5	26,24	78,74
		4		Pegasus Medical S.R.L.	50	25,8	75,8
		5		Tecnostim	42,5	30	72,5
		6		Kardia Srl	42,5	24,59	67,09
10	79091347D8	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70	30	100
11	790914401B	deserto					
12	790914943A	non Aggudicato					
13	7909153786	1		Promed	70	30	100
14	7909409AC7	1		Ab Medica Spa	70	30	100
15	7909429B48	1		Ab Medica Spa	70	30	100
16	79094382B8	1		Ab Medica Spa	70	30	100
17	7909447A23	1		Ab Medica Spa	70	30	100
		2		Promed	47,94	21,43	69,37
18	7909453F15	1		Colma Srl	45	30	75
		2		Boston Scientific S.P.A.	55	12,38	67,38
		3		Innova Hts	45	20,2	65,2
19	790945940C	1		Ab Medica Spa	70	20,93	90,93
		2		Medtronic Italia S.P.A.	55	30	85
20	7909468B77	1		Pegasus Medical S.R.L.	70	30	100
21	790947406E	1		Ab Medica Spa	70	29,05	99,05
		2		Medtronic Italia S.P.A.	50	30	80
22	7909489CCB	1		Pegasus Medical S.R.L.	70	30	100
23	79094940EF			Deserto			
24	790949950E	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70	30	100
25	790950492D	1		Medtronic Italia S.P.A.	58,33	30	88,33
		2		Siad Healthcare Spa	65	18,97	83,97

il Seggio di gara ha proceduto ad escludere le offerte che hanno superato la base d'asta e precisamente: l'offerta della ditta "AB Medica s.p.a." per il lotto n. 6 "Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling venoso a singolo e a doppio lume", pari a € 17.000,00 rispetto alla base d'asta fissata in € 10.500,00, l'offerta della ditta "Pegasus Medical S.R.L." per il lotto n. 10 "Catetere portante", pari a € 36.000,00 rispetto alla base d'asta fissata in € 23.600,00 e l'offerta della ditta "Artya srl." per il lotto n. 18 "Guida idrofila retta e angolata", pari a € 35.579,00 rispetto alla base d'asta fissata in € 34.100,00;

in esito a tali operazioni, il RUP, dopo che il Seggio di gara aveva rilevato che alcune delle suddette offerte presentavano i caratteri dell'anomalia di cui all'art 97 del D.lgs 50/2016 e precisamente quelle della ditta KARDIA s.r.l. di Milano (Mi) per i lotti n. 2 e n. 7, della ditta "Ab Medica s.p.a." di Cerro Maggiore (Mi) per i lotti n. 5 e 9, della ditta "Pegasus Medical s.r.l." di Padova per il lotto n. 3, della ditta "Promed s.r.l. di Dosson di Casier per i lotti n. 1 e 2, della ditta "Stryker Italia s.r.l." di Roma per i lotti n. 5, e 8, della ditta Johnson & Johnson Medical s.p.a. di Pomezia (RM) per i lotti n. 1 e 8 e della ditta Medtronic Italia s.p.a. di Milano per i lotti n. 3, 8, e 9, ha richiesto agli stessi idonee giustificazioni;

tenuto conto delle giustificazioni inviate dalle suddette ditte il RUP, con il verbale del 4 maggio 2020, che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante (all. 3), ha ritenuto congrue le offerte di cui sopra;

si propone, quindi, di aggiudicare ai seguenti operatori economici e nei termini sotto indicati la fornitura di dispositivi per diagnostica ed interventistica coronarica, periferica e interventistica strutturale in fabbisogno all'Emodinamica, la cui spesa totale triennale è pari a € 1.199.115,50 (Iva al 22% e al 4% esclusa) suddivisa nei seguenti lotti (i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 9 vengono aggiudicati mediante accordo quadro secondo quanto previsto dalla documentazione di gara):

lotto	CIG	gradu atoria	% AQ	Nome Partecipante	articolo offerto	€ unitario offerto	quanti tà bienna le	TOTALE
1	7909004C8F	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	ENVOY DA varie misure	450,00	60	27.000,00
		2	30%	Promed	NEURON -	441,00	30	13.230,00
		3	10%	Ab Medica Spa	FARGO	440,00	10	4.400,00
2	7909039972	1	60%	Kardia Srl	Asahi Fubuki	228,00	60	13.680,00
		2	30%	Promed	Neuron max "Long Sheat"	274,00	30	8.220,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	AXS INFINITY Long sheath	280,00	10	2.800,00
3	7909053501	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	SOFIA 5 Fr	800,00	18	14.400,00
					SOFIA 6 Fr	1.650,00	54	89.100,00
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	REACT 68	1.350,00	9	12.150,00
					REACT 71	1.350,00	27	36.450,00
		3	10%	Promed	AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .060", lungh. 132cm AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .058", lungh. 115cm AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .058", lungh. 132cm	1.180,00	12	14.160,00
4	7909061B99	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	HEADWAY/HEADWAY DUO	630,00	180	113.400,00
		2	30%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	"Prowler Select LP-ES" e "Prowler Select LP-ES Pre-Shaped"	480,00	90	43.200,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	EXCELSIOR 1018/SL-10EXCELSIOR XT-27XT-17	625,00	30	18.750,00
5	79090789A1	1	60%	Ab Medica Spa	2/SECLIPSE COPERNIC2L 2/SCOPERNIC	1.000,00	12	12.000,00
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	TRANSFORM OCCLUSION BALLOON CATHETER	950,00	6	5.700,00
		3	10%	Pegasus Medical S.R.L.	SCEPTER	995,00	2	1.990,00
6	7909098A22	1	100 %	Pegasus Medical S.R.L.	SCEPTER C e SCEPTER XC	995,00	10	9.950,00
7	79091060BF	1	60%	Kardia Srl	Chikai Chikai black Chikai black soft tip	370,00	144	53.280,00

		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	AVIGO MIRAGE	300,00	72	21.600,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	TRANSEND	350,00	24	8.400,00
8	79091125B1	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	MICRUSFRAME S MICRUSFRAME C GALAXY g3 GALAXY G3 XSFT GALAXY G3 MINI DELTA FILL/DELTA XSFT	600,00	144	86.400,00
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	TARGET	680,00	72	48.960,00
		3	10%	Medtronic Italia S.P.A.	AXIUM	610,00	24	14.640,00
9	7909127213	1	60%	Ab Medica Spa	CATCHVIEW	2.850,00	18	51.300,00
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	SOLITAIRE PLATINUM	3.200,00	9	28.800,00
		3	10%	Promed	Kit Trevo™ XP ProVue™ Stroke Fast Pack Trevo™	2.950,00	3	8.850,00
10	79091347D8	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	ENVOY	118,00	200	23.600,00
11	790914401B	deserto						
12	790914943A	non Aggudicato						
13	7909153786	1		Promed	PENUMBRASYSTEM	1.499,00	40	59.960,00
14	7909409AC7	1		Ab Medica Spa	MAGIC	744,50	40	29.780,00
15	7909429B48	1		Ab Medica Spa	2/MABDTE	744,50	10	9.745,00
					GOLDBAL	230,00	10	
16	79094382B8	1		Ab Medica Spa	2/SONIC	1.300,00	40	52.000,00
17	7909447A23	1		Ab Medica Spa	PITA	700,00	20	14.000,00
18	7909453F15	1		Colma Srl	POSEIDON	16,50	757	12.490,50
19	790945940C	1		Ab Medica Spa	HYBRID	430,00	20	8.600,00
20	7909468B77	1		Pegasus Medical S.R.L.	SPIRALE A DISTACCO CONTROLLATO HYDROGEL COILS - MICROVENTION EUROPE - HYDROCOILS	880,00	100	88.000,00
21	790947406E	1		Ab Medica Spa	SQUID12 SQUID12 LD SQUID 18 SQUID18LD SQUID 34 SQUID34LD	950,00	30	28.500,00
22	7909489CCB	1		Pegasus Medical S.R.L.	PHIL™	939,00	10	9.390,00
23	79094940EF			Deserto				
24	790949950E	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	Embotrap II"	3.400,00	20	68.000,00
25	790950492D	1		Medtronic Italia S.P.A.	OSTEOCOOL INTRODUTTORE	214,50	20	32.240,00
					OSTEOCOOL SONDA	1.397,50	20	
					ATTREZZATURA in comodato d'uso	0		

si propone, inoltre, di disporre che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (nella formulazione applicabile al presente appalto in quanto pubblicato prima dell'entrata in vigore del DL 32/2019), il quadro economico dell'appalto preveda una quota calcolata sulla base d'asta di € 1.368.770,00, pari ad € 18.687,70, calcolata applicando il 2% dell'importo a base d'asta fino a 500.000,00 e l'1% sulla differenza pari a 868.770,00, per gli incentivi per funzioni tecniche, da assegnare al personale sulla base dell'adottando regolamento;

è necessario, infine, nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016.

I costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, sono stimati in € 1.000,00 compresa IVA e saranno rimborsati dall'impresa aggiudicataria."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara delle sedute della Commissione Giudicatrice (all. 1), del seggio di gara (all.2) e del RUP (all. 3), tutti allegati alla presente delibera per farne parte integrante;
2. di aggiudicare ai seguenti operatori economici e nei termini sotto indicati la fornitura di materiali per attività interventistica neuroradiologica del P.O. di Vicenza (i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 9 vengono aggiudicati mediante accordo quadro secondo quanto previsto dalla documentazione di gara):

lotto	CIG	graduatoria	% AQ	Nome Partecipante	articolo offerto	€ unitario offerto	quantità biennale	TOTALE
1	7909004C8F	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	ENVOY DA varie misure	450,00	60	27.000,00
		2	30%	Promed	NEURON -	441,00	30	13.230,00
		3	10%	Ab Medica Spa	FARGO	440,00	10	4.400,00
2	7909039972	1	60%	Kardia Srl	Asahi Fubuki	228,00	60	13.680,00
		2	30%	Promed	Neuron max "Long Sheat"	274,00	30	8.220,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	AXS INFINITY Long sheath	280,00	10	2.800,00
3	7909053501	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	SOFIA 5 Fr	800,00	18	14.400,00
					SOFIA 6 Fr	1.650,00	54	89.100,00
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	REACT 68	1.350,00	9	12.150,00
					REACT 71	1.350,00	27	36.450,00

		3	10%	Promed	AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .060", lungh. 132cm AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .058", lungh. 115cm AXS CATALYST - Catetere per accesso distale e aspirazione ID .058", lungh. 132cm	1.180,00	12	14.160,00
4	7909061B99	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	HEADWAY/HEADWA Y DUO	630,00	180	113.400,00
		2	30%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	"Prowler Select LP-ES" e "Prowler Select LP- ES Pre-Shaped"	480,00	90	43.200,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	EXCELSIOR 1018/SL- 10EXCELSIOR XT- 27XT-17	625,00	30	18.750,00
5	79090789A1	1	60%	Ab Medica Spa	2/SECLIPSE COPERNIC2L 2/SCOPERNIC	1.000,00	12	12.000,00
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	TRANSFORM OCCLUSION BALLOON CATHETER	950,00	6	5.700,00
		3	10%	Pegasus Medical S.R.L.	SCEPTER	995,00	2	1.990,00
6	7909098A22	1	100 %	Pegasus Medical S.R.L.	SCEPTER C e SCEPTER XC	995,00	10	9.950,00
7	79091060BF	1	60%	Kardia Srl	Chikai Chikai black Chikai black soft tip	370,00	144	53.280,00
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	AVIGO MIRAGE	300,00	72	21.600,00
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	TRANSEND	350,00	24	8.400,00
8	79091125B1	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	MICRUSFRAME S MICRUSFRAME C GALAXY g3 GALAXY G3 XSFT GALAXY G3 MINI DELTA FILL/DELTA SFT	600,00	144	86.400,00
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	TARGET	680,00	72	48.960,00
		3	10%	Medtronic Italia S.P.A.	AXIUM	610,00	24	14.640,00
9	7909127213	1	60%	Ab Medica Spa	CATCHVIEW	2.850,00	18	51.300,00
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	SOLITAIRE PLATINUM	3.200,00	9	28.800,00
		3	10%	Promed	Kit Trevo™ XP ProVue™ Stroke Fast Pack Trevo™	2.950,00	3	8.850,00
10	79091347D8	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	ENVOY	118,00	200	23.600,00
11	790914401B	deserto						
12	790914943A	non Aggudicato						

13	7909153786	1		Promed	PENUMBRASYSTEM	1.499,00	40	59.960,00
14	7909409AC7	1		Ab Medica Spa	MAGIC	744,50	40	29.780,00
15	7909429B48	1		Ab Medica Spa	2/MABDTE	744,50	10	9.745,00
					GOLDBAL	230,00	10	
16	79094382B8	1		Ab Medica Spa	2/SONIC	1.300,00	40	52.000,00
17	7909447A23	1		Ab Medica Spa	PITA	700,00	20	14.000,00
18	7909453F15	1		Colma Srl	POSEIDON	16,50	757	12.490,50
19	790945940C	1		Ab Medica Spa	HYBRID	430,00	20	8.600,00
20	7909468B77	1		Pegasus Medical S.R.L.	SPIRALE A DISTACCO CONTROLLATO HYDROGEL COILS - MICROVENTION EUROPE - HYDROCOILS	880,00	100	88.000,00
21	790947406E	1		Ab Medica Spa	SQUID12 SQUID12 LD SQUID 18 SQUID18LD SQUID 34 SQUID34LD	950,00	30	28.500,00
22	7909489CCB	1		Pegasus Medical S.R.L.	PHIL™	939,00	10	9.390,00
23	79094940EF			Deserto				
24	790949950E	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	Embotrap II"	3.400,00	20	68.000,00
25	790950492D	1		Medtronic Italia S.P.A.	OSTEOCOOL INTRODUTTORE	214,50	20	32.240,00
					OSTEOCOOL SONDA	1.397,50	20	
					ATTREZZATURA in comodato d'uso	0		

3. di dare atto dell'esclusione delle offerte che hanno superato la base d'asta e precisamente: l'offerta della ditta "AB Medica s.p.a." per il lotto n. 6 "Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling venoso a singolo e a doppio lume", l'offerta della ditta "Pegasus Medical S.R.L." per il lotto n. 10 "Catetere portante" e l'offerta della ditta "Artya srl." per il lotto n. 18 "Guida idrofila retta e angolata", come in premessa specificato;
4. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 1.393.779,31 (IVA al 22% e al 4% inclusa), sarà imputato come segue:
 - ☐ nel Bilancio Sanitario anno 2020 per € 99.871,20 al conto n. 54 02 000140 "Dispositivi protesi impiantabili" e per € 248.573,63 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici"
 - ☐ nel Bilancio Sanitario anno 2021 per € 199.742,40 al conto n. 54 02 000140 "Dispositivi protesi impiantabili" e per € 497.147,26 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici"
 - ☐ nel Bilancio Sanitario anno 2022 per € 99.871,20 al conto n. 54 02 000140 "Dispositivi protesi impiantabili" e per € 248.573,63 al conto 54 02 000126 "Dispositivi medici";
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 la quota dell'importo a base d'asta, pari ad € 18.687,70, calcolata come specificato i premessa, deve essere accantonata per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;

6. di dare atto che i contratti saranno stipulati, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., in modalità elettronica mediante scritture private e di autorizzare il Direttore dell'U.O.C. "Provveditorato Economato e Logistica" dott Giorgio Miotto alla sottoscrizione degli stessi con le Ditte aggiudicatarie;
7. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, il dott. Giovanni Barchetti, neuroradiologo dell'U.O.C. di Neuroradiologia dell'Ospedale di Vicenza, il quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O. proponente;
8. di autorizzare la spesa presunta di € 1.000,00, compresa IVA, per le pubblicazioni di cui al punto precedente, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2020, con obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante da parte degli aggiudicatari;
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-5-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)**

**GARA n. 7436337
ID SINTEL 111091557**

Alle ore 9.30 del 5.9.2019, in Vicenza, presso gli uffici dell'U.O.S. dell'Azienda ULSS 8 – Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1360 del 4/9/2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott.ssa Mara Di Pietro, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

E' altresì presente la dott.ssa Marina Favara, dell'U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che con delibera n. 1360 del 4/9/2019 sono stati ammessi alla presente gara i seguenti operatori economici:

1. AB MEDICA S.P.A. per i lotti n.: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 24;
2. ARTHYA S.R.L. per il lotto n. 18;
3. BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per i lotti n.: 12 e 18;
4. COLMA S.R.L. per il lotto n. 18;
5. CROSSMED S.P.A. per i lotti n. 4 e 8;
6. INNOVA HTS per il lotto n. 18;
7. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. per i lotti n.: 1, 4, 8, 10 e 24;
8. KARDIA SRL per i lotti n. 1, 2, 7, e 9;
9. MEDTRONIC ITALIA S.P.A. per i lotti n.: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 25;
10. PEGASUS MEDICAL S.r.l. per i lotti n.: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20 e 22;
11. PROMED per i lotti n.: 1, 2, 3, 9, 13, 17 e 24;
12. SIAD HEALTHCARE S.P.A. per il lotto n.25;
13. STRYKER ITALIA SRL S.U. per i lotti n. 2, 4, 5, 7, 8, 17;
14. TECNOSTIM per i lotti n. 9 e 21;

La Commissione procede a riscontrare la presenza delle buste telematiche "documentazione tecnica" presentate dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalle ditte, le ammette alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di gara, con particolare riferimento all'articolo "Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa", il quale dispone che l'aggiudicazione



sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- Qualità: punteggio massimo punti 70/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 30/100.

Alla luce di quanto sopra, la documentazione di gara prevede inoltre che i 70 punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti secondo i giudizi e i criteri di valutazione di cui all'art. 18 del Disciplinare di gara che viene letto collegialmente.

La Commissione, a questo punto, non potendo proseguire i lavori con la valutazione, a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, rinvia il prosieguo dei lavori.

La documentazione tecnica verrà messa a disposizione dei membri della Commissione attraverso un CD, i plichi telematici originali contenenti la documentazione tecnica sono invece custoditi dalla piattaforma Sintel.

La seduta ha termine alle ore 15.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione giudicatrice:



dott. Loris Di Clemente



dott. Alessandro Di Como



dott.ssa Mara Di Pietro

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 del 26.9.2019, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1360 del 4/9/2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott.ssa Mara Di Pietro, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono e precisamente:

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
1	Catetere portante con estremità floppy atraumatica	Ab Medica spa	Fargo, Fargo Mini, Fargo Max
		Johnson & Johnson Medical spa	Envoy DA, Envoy DA XB
		Kardia Srl	Fubuki
		Promed	Neuron

Per il lotto n.1 la Commissione dà mandato al RUP di chiedere alla ditta Kardia un ulteriore campione relativo al catetere Fubuki, 6 Fr, lunghezza cm 100. Le altre offerte pervenute per il lotto 1 e precisamente quella della ditta Ab Medica s.p.a., della ditta Johnson & Johnson Medical spa e della ditta Promed presentano i requisiti minimi e quindi sono ammesse. La Commissione rimanda la valutazione della qualità del lotto n. 1 a dopo l'arrivo del campione suddetto.

2	Introduttore-catere portante ad alto supporto per accesso distale	Kardia Srl	Asahi Fubuki
		Promed	Neuron max "Long Sheat"
		Stryker Italia Srl S.U.	Axs Infinity Long Sheat

Per il lotto n. 2 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:





- Kardia S.r.l.: punti 70/70
- Promed: punti 70/70
- Stryker Italia Srl S.U.: punti 55/70.


La seduta ha termine alle ore 15.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione giudicatrice:


dott. Loris Di Clemente


dott. Alessandro Dacomo


dott.ssa Mara Di Pietro

LOTTO 2 – INTRODOTTORE-CATERE PORTANTE AD ALTO SUPPORTO PER ACCESSO DISTALE Catetere portante armato e ampio lume per interventistica dei vasi intracranici e catetere selettivo per l'accesso ai vasi epiaortici, con ampia gamma di curve distali. Con calibro maggiore possibile e lunghezze varie per procedure intracraniche.				Kardia Srl			Promed			Stryker Italia Srl S.U.		
ACCORDO QUADRO 60+30+10		Asahi Fubuki			Neuron max "Long Sheath"			AXS INFINITY Long sheath				
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	validazione	punteggio	motivazione	validazione	punteggio	motivazione	
2a	Resistenza al kinking	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: il catetere costruito con tre punti di transizione e con rigidità variabile su quattro zone che non danno abbastanza supporto ai 9,5 cm distali più flessibili	
2b	Capacità di progressione	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
2c	Gamma delle curve disponibili (Valore massimo =max punteggio Altri valori= in manica proporzionale)	10	2 curve	10		2 curve	10		1 curva	5		
2d	Stabilità/ Abramaticità	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
				70,00			70,00			55,00		

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 del 3.10.2019, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1360 del 4/9/2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott.ssa Mara Di Pietro, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per il lotto n.3 e precisamente:

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
3	Catetere distale per tromboaspirazione intracranica con siringa	Medtronic Italia spa	React
		Pegasus Medical srl	Sofia e Sofia plus
		Promed	AXS catalyst

La Commissione rileva che tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse.

La Commissione da mandato al RUP di chiedere ulteriori campioni a Medtronic e precisamente il catetere React 68 e React 71, per effettuare la valutazione della qualità.


La Commissione decide di rimandare il giudizio di qualità per tutte le offerte pervenute per il lotto n.3, a dopo l'arrivo la campionatura relativa all'offerta della ditta Medtronic Italia s.p.a.

La seduta ha termine alle ore 15.30.


Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione giudicatrice:






dott. Loris Di Clemente



dott. Alessandro Dacomo



dott.ssa Mara Di Pietro

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 4)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 dell'8.10.2019, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 -- Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1360 del 4/9/2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott.ssa Mara Di Pietro, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.


La Commissione prende atto che con le note prot. 99985 e 99987 del 4/10/2019 è stato richiesto l'invio di campioni rispettivamente a Kardias per il lotto n. 1 e a Medtronic Italia s.p.a. per il lotto n. 3.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono:

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
4	Microcatetere idrofilico per procedure super selettive e delivery per stenting ad altri devices	Ab Medica S.P.A.	Vasco
		Crossmed S.p.a.	Neuroslider
		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	"Prowler Select LP-ES" e "Prowler Select LP-ES Pre-Shaped"
		Medtronic Italia S.P.A.	Apollo- Echelon-Phenom- Rebar-Marathon
		Pegasus Medical S.R.L.	Headway/Headway Duo
		Stryker Italia Srl S.U.	Excelsior 1018/SI-10excelsior Xt-27xt-17

Per il lotto n. 4 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 51,25
- Crossmed S.p.a. punti 50,00
- Johnson & Johnson Medical S.P.A. punti 55,00
- Medtronic Italia S.P.A. punti 51,25
- Pegasus Medical S.R.L. punti 70,00
- Stryker Italia Srl S.U. punti 58,75



lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
5	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling arterioso a singolo e a doppio lume	Ab Medica S.P.A.	2/S Eclipse Copernic21 2/S Copernic
		Medtronic Italia S.P.A.	Hyperglide con microguida X-Pedion
		Pegasus Medical S.R.L.	Microvention Europe - Scepter
		Stryker Italia Srl S.U.	Transform Occlusion Balloon Catheter

Per il lotto n. 5 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 68,13
- Medtronic Italia S.P.A. punti 42,5
- Pegasus Medical S.R.L. punti 47,5
- Stryker Italia Srl S.U. punti 57,5

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
6	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling venoso a singolo e a doppio lume	Ab Medica S.P.A.	Copernic RC
		Pegasus Medical S.R.L.	Microvention Europe - Scepter


Per il lotto n. 6 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 70
- Pegasus Medical S.R.L. punti 58


La seduta ha termine alle ore 17.00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


I componenti la Commissione giudicatrice:



dott. Loris Di Clemente



dott. Alessandro Dacomo



dott.ssa Mara Di Pietro

LOTTO 4 - MICROCATETERE IDROFILICO PER PROCEDURE SUPER SELETTIVE E DELIVERY PER STENTING AD ALTRI DEVICES Microcatetere idrofilico armato ad alta flessibilità retto e con gamma ampia di precurvature. Possibilità di ulteriore curvatura a vapore. Calibro da 3F a 1,7F, compatibile con guide da 0,018" a 0,010". Presenza di marker distali. Adatto a rilascio di spirali o stent intracranici a celle chiuse.				Ab Medica S.P.A.		Crossmed S.p.a.	
ACCORDO QUADRO 60+30+10				VASCO		Neuroslider	
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio
4a	Capacità di progressione	15	0,75	11,25	Il giudizio è complessivamente buono: la progressione appare ridotta nel seguire la microguida nelle curve con progressione a salto e non progressiva	1	15
4b	Capacità di modellamento	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	5
4c	Mantenimento della curva	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	7,5
4d	Flessibilità/stabilità	30	0,5	15	Il giudizio è complessivamente discreto: il catetere tende a trasmettere direttamente la forza imposta dalla microguida o spirale pertanto riduce la sua stabilità	0,75	22,5
			70,00		51,25		50,00

Handwritten signature and initials

Johnson & Johnson Medical S.P.A.				Medtronic Italia S.P.A.				Pegasus Medical S.R.L.				Stryker Italia S.r.l.			
"Prowler Select LP-ES" e "Prowler Select LP-ES Pre-Shaped"				Apollo- Ecdelon-Phenom- Rebar-Marathon				HEADWAY/HEADWAY DUO				EXCELSIOR 1018/SU-10EXCELSIOR XT-27XT-17			
valutazione	punteggio	motivazione		valutazione	punteggio	motivazione		valutazione	punteggio	motivazione		valutazione	punteggio	motivazione	
1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		0,75	11,25	il giudizio è complessivamente buono: la progressione appare ridotta nel seguire la microguida nelle curve con progressione a salto e non progressiva		1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		0,75	11,25	il giudizio è complessivamente buono: la progressione appare ridotta nel seguire la microguida nelle curve con progressione a salto e non progressiva	
1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		1	40	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
0,5	7,5	il giudizio è complessivamente discreto: non persiste a lungo la curva modellata a caldo		1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
0,75	22,5	il giudizio è complessivamente buono il catetere presenta difficoltà nel mantenere la posizione con una ridotta progressione regolare nell'utilizzo contemporaneo della microguida o della spirale		0,5	15	il giudizio è complessivamente discreto: il catetere tende a trasmettere direttamente la forza imposta dalla microguida o spirale pertanto riduce la sua stabilità		1	30	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		0,75	22,5	il giudizio è complessivamente buono: il catetere presenta rigidità maggiore che non permette una flessibilità adeguata nelle curve distali	
	55,00				51,25				70,00				58,75		

LOTTO 5 - MICROCATETERE A PALLONCINO PER TECNICA REMODELLING ARTERIOSO A SINGOLO E A DOPPIO LUME				Ab Medica S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.			Pegasus Medical S.R.L.			Stryker Italia Srl S.U.		
				2/SECURIS COOPERNICI 2/SCOPERNIC			HYPERGLIDE con microguida X-Padion			MICROCATERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONE - MICROVENTION EUROPE - SCEPTER			TRANSFORM OCCLUSION BALLOON CATHETER		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	
5a	Tenuta della valvola	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.25	3,75	Il giudizio nel complesso è scarso, la tenuta della valvola non è ottimale	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
5b	Facilità di utilizzo	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.5	5	Il giudizio nel complesso è discreto: la preparazione e la navigabilità sono ridotte in relazione al microcatetere che porta il palloncino	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.5	5	Il giudizio nel complesso è discreto: ridotta navigabilità anche in relazione alla microguida del palloncino	
5c	Qualità elastiche del palloncino	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.25	3,75	Il giudizio nel complesso è scarso: il rapporto di gonfiaggio non è 1:1	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.5	7,5	Il giudizio nel complesso è discreto: gonfiaggio lento	
5d	Gamma delle dimensioni (Valore massimo = max punteggio Altri valori = in maniera proporzionale)	30		28,13	13 misure		30	16 misure		7,50	4 misure		30,00	15 misure	
		70		68,13			42,50			47,50			57,50		

LOTTO 6 – MICROCATETERE A PALLONCINO PER TECNICA REMODELLING VENOSO A SINGOLO E A DOPPIO LUME			Ab Medica S.P.A.			Pegasus Medical S.R.L.		
Microcatetere a palloncino con reperti alle estremità fortemente radiopachi. Ad alta conformabilità vasale e con alta capacità occlusiva. Disponibile nelle varianti: conformabile alle biforcazioni; conformabile ai tratti rettilinei. Dimensioni e lunghezze varie. DMSO (dimetilsolfossido) compatibili.			ACCORDO QUADRO 60+30+10			MICROCATETERE A PALLONCINO PER OCCLUSIONE - MICROVENTION EUROPE - SCEPTER C e SCEPTER XC		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
6a	Tenuta della valvola	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
6b	Facilità di utilizzo	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
6c	Qualità elastiche del palloncino	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
6d	Gamma delle dimensioni (Valore massimo = max punteggio Altri valori= in manica proporzionale)	20		20	2 misure: una da 10 mm e una da 8 mm: per l'attribuzione del punteggio viene preso in considerazione il calibro massimo disponibile cioè 10.		8,00	tutte le misure della gamma sono uguali a quelle arteriose, pari a 4 mm e quindi di piccolo calibro inadatte all'occlusione dei seni venosi. Per l'attribuzione del punteggio viene preso in considerazione il calibro massimo disponibile cioè 4.
		70,00		70,00			58,00	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 5)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.00 del 10/2/2020, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1360 del 4/9/2019. A seguito della rinuncia di un Commissario e precisamente la dott.ssa Mara Di Pietro, con la delibera n. 1811 del 20.11.2019 è stato nominato in sostituzione il dott. Marco Santi, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza. La Commissione risulta ora così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott. Marco Santi, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza.


Il Presidente dichiara aperta la seduta e, in considerazione del subentro del nuovo Commissario, dà lettura dei verbali delle sedute precedenti e delle schede tecniche relative ai lotti sin qui presi in esame. Il dott. Marco Santi, dopo aver analizzato la documentazione e i verbali prende atto e condivide le valutazioni sin qui espresse dai Commissari nei medesimi verbali.

La Commissione procede, quindi alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
7	Microguida idrofilica per procedura superselettiva	Kardia Srl	Chikai, Chikai black, Chikai black soft tip
		Medtronic Italia S.P.A.	Avigo, Mirage
		Stryker Italia Srl S.U.	Transend

La CG dà mandato al RUP di chiedere alla ditta Medtronic di specificare le caratteristiche tecniche del "rivestimento idrofilo *"Slip coat"* a triplo strato", relativo alla microguida "MIRAGE", nonché motivarne l'eventuale equivalenza al rivestimento in PTFE, richiesto dal capitolato.

La CG dichiara inoltre che le misure 0,0014 e 0,010 offerte dalle ditte Medtronic Italia s.p.a. e Stryker Italia Srl S.U. svolgono una funzione analoga alle misure richieste (0,008 e 0,0018) e decide, pertanto, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, in applicazione dell'art. 68, comma 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).



Vengono, pertanto, ammesse le offerte pervenute per il lotto 7 di Kardia Srl e Stryker Italia Srl S.U., mentre viene sospesa la verifica dei requisiti minimi dell'offerta della ditta Medtronic, in attesa di ricevere riscontro al suddetto quesito.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
8	Microspirale in platino a distacco controllato per embolizzazione intracranica	Ab Medica S.P.A.	optima coils - complex 10 optima coils - complex 18 optima coils - helical 10
		Crossmed S.p.a.	Penumbra Smart coil
		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	Micrusframe S Micrusframe C Galaxy G3 Galaxy G3 Xsft Galaxy G3 Mini Deltafill/Deltaxsft
		Medtronic Italia S.P.A.	Axium
		Pegasus Medical S.R.L.	Microplex
		Stryker Italia Srl S.U.	Target


Per il lotto n. 8 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 49,66
- Crossmed S.p.a. punti 43,25
- Johnson & Johnson Medical S.P.A. punti 66,47
- Medtronic Italia S.P.A. punti 60
- Pegasus Medical S.R.L. punti 51,39
- Stryker Italia Srl S.U. punti 65,82

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
9	Sistema meccanico retrieve con marker distale e prossimale	Ab Medica S.P.A.	Catchview
		Kardia Srl	Tigertriever, Tigertriever 17, Tigertriever 13
		Promed	Kit Trevo™ XP Provue™ Stroke Fast Pack Trevo™
		Medtronic Italia S.P.A.	Solitaire Platinum
		Pegasus Medical S.R.L.	Eric
		Tecnostim	Stream e Stream XI

Per il lotto n. 9 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 70
- Kardiasrl punti 42,5
- Promed punti 52,5
- Medtronic Italia S.P.A. punti 60



- Pegasus Medical S.R.L. punti 50
- Tecnostim punti 42,5

La Commissione riscontra l'arrivo del campione richiesto alla ditta Kardia s.r.l. e relativo al catetere Fubuki (lotto 1). Dall'esame della documentazione tecnica e dalla verifica del campione la Commissione esclude l'offerta della ditta Kardia s.r.l. per il lotto 1 in quanto non è presente la parte distale morbida di almeno 5 cm (punta floppy). Procede a valutare la qualità delle altre ditte già ammesse come da verbale del 26/9/2019, come da tabella allegata. I punteggi finali attribuiti sono i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 42,5
- Johnson & Johnson Medical S.P.A. punti 62
- Promed punti 56

La Commissione procede, infine, alla valutazione della qualità **per il lotto n. 3**, essendo arrivato l'ulteriore campione richiesto alla ditta Medtronic Italia s.p.a. per il catetere "REACT".

La verifica dei requisiti minimi per le offerte delle altre ditte concorrenti, Pegasus Medical S.R.L e Promed, era già stata effettuata nel verbale del 3.10.2019, mentre la valutazione era stata rimandata all'arrivo del suddetto campione. I giudizi sulla qualità sono riportati nella tabella allegata, i cui punteggi finali sono i seguenti:

- Medtronic Italia S.P.A. punti 62,08
- Pegasus Medical S.R.L. punti 69,58
- Promed punti 50,35

La seduta ha termine alle ore 17.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione giudicatrice:

[Handwritten signature]

dott. Loris Di Clemente

Handwritten signature

dott. Alessandro Dacomo

W. S. Smith

dott. Marco Santi

LOTTO 8 - MICROSPIRALE IN PLATINO A DISTACCO CONTROLLATO PER EMBOLIZZAZIONE INTRACRANICA			Ab Medica S.P.A.			Crossmed S.p.A.		
a) Microspirale in platino per embolizzazione intracranica agganciata ad uno spingitore in acciaio e con distacco controllato. Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni: indicativamente tridimensionali a 360°, 3D, elicoidale 2D, soft e ultra soft. Spirali con filamento stretch resistant. Calibri da 0,010" a 0,018".								
b) Sistemi di distacco.								
ACCORDO QUADRO 60*30*10			optima coils - complex 10 optima coils - complex 18 optima coils - helical 10			Penumbra Smart coil		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
8a	Ampiezza della gamma (Valore massimo = max punteggio Altri valori = in maniera proporzionale)	10	1/6 misure	4,66		8/1 misure	3,25	
8b	Efficacia nel distacco	10	0,5	5	il giudizio nel complesso è discreto: il distacco non è sempre efficace al primo tentativo	1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
8c	Sicurezza di distacco	20	1	20	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	10	il giudizio nel complesso è discreto: persistenza del punto di distacco della spirale all'interno del catetere
8d	Compatibilità con microcatetere	20	0,5	10	il giudizio nel complesso è discreto: aumenta l'angolo di deflessione della punta del microcatetere durante il rilascio della spirale	0,5	10	il giudizio nel complesso è discreto: aumenta l'angolo di deflessione della punta del microcatetere durante il rilascio della spirale
8e	Resistenza sul microcatetere	10	1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
		70,00		49,66			43,25	

Johnson & Johnson Medical S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.			Pegasus Medical S.R.L.			Stryker Italia Srl S.U.		
						MICROPLEX			TARGET		
valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
161 misure	6,47		249 misure	10		159 misure	6,39		145 misure	5,82	
1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: no stretch resistant	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: aumenta l'angolo di deflessione della punta del microcatetere durante il rilascio della spirale	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
	66,47			60,00			51,39			65,82	

LOTTO 9 - SISTEMA MECCANICO RETRIVE CON MARKER DISTALE E PROSSIMALE Sistema per il retrace meccanico dei trombi nelle arterie cerebrali con markers distali e prossimali. Compatibili con microcatetere.				Ab Medica S.P.A.				Kardla Srl				Promed			
ACCORDO QUADRO 160+30+10				CATCHVIEW				Tigertriever, Tigertriever 17, Tigertriever 13				Kit Trevo™ XP ProVue™ Stroke Fast Pack Trevo™			
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	
9a	Capacità di progressione	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
9b	Capacità di ricanalizzazione	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: spinta elevata sulle pareti del vaso	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
9c	Facilità di posizionamento	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: difficoltà della navigazione all'interno del microcatetere	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: difficoltà posizionamento in rami distali tortuosi	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: difficoltà posizionamento in rami distali tortuosi	
9d	Radiopacità	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
9e	Capacità di intrappolare trombi	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.25	7,5	Il giudizio nel complesso è scarso: la struttura a maglie chiuse e tubulari non permette l'intrappolamento dei vari tipi di trombi	0.25	7,5	Il giudizio nel complesso è scarso: la struttura a maglie chiuse e tubulari non permette l'intrappolamento dei vari tipi di trombi	0.5	15	Il giudizio nel complesso è discreto: struttura aperta in testa allo stent retriever	
				70,00			70,00			42,50			52,50		




Medtronic Italia S.P.A.			Pegasus Medical S.R.L.			Tecnostim		
SOLITAIRE PLATINUM			ERIC			STREAM E STREAM XL		
valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: nelle curve distali difficoltà di procedere all'interno del microcatetere	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: nelle curve distali difficoltà di procedere all'interno del microcatetere
1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: difficoltà posizionamento in rami distali tortuosi
0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: visibili solo i marker	0.75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: visibili solo i marker	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
0.75	22,5	Il giudizio nel complesso è buono: fa sua conformazione a foglio non si adatta alle curve con cambio di calibro	0.5	15	Il giudizio nel complesso è discreto: difficoltà di adattamento dello stent alle pareti del vaso	0.25	7,5	Il giudizio nel complesso è scarso: la struttura a maglie chiuse e tubulari non permette l'intrappolamento dei vari tipi di trombi
	60,00			50,00			42,50	



LOTTO 1 - CATERE PORTANTE CON ESTREMITA FLOPPY				Ab Medica S.p.A.		Johnson & Johnson Medical S.P.A.		Kardia Srl		Piomed	
ATRAUMATICA				FARGO		ENVVOY DA		ASASHI Fubuki Dilator KIT		Neuron	
Caterere portante con large lumen per interventistica neuroradiologica con punta floppy, specifico per cateterismo cerebrospinale distale con ampia gamma di misure e curve. Lunghezza complessiva di almeno 100 cm con parte distale di almeno 5 cm. Calibri differenti.				FARGO MINI FARGO MAX		ENVVOY DA XB		NON AMMESSO: non presente la parte distale morbida off-alimento 5 cm (punta floppy)			
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
1a	Supporto-stabilità	20	0,75	15	Il giudizio nel complesso è buono: moderata stabilità e limitato supporto in relazione alla struttura formata da otto cavi ad intreccio progressivo	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampliamento superiore ai requisiti	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: il catetere tende a perdere di stabilità nelle diverse zone di supporto al passaggio tra la zona di supporto prossimale e la zona flessibile distale
1b	Adattabilità alla navigazione	20	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: la progressione degli 8 filamenti (maglia distale larga) riducono la spinta e aumentano le forze prossimalmente al catetere	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampliamento superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampliamento superiore ai requisiti
1c	Capacità di progressione	10	0,25	2,5	Il giudizio nel complesso è scarso: la progressione degli 8 filamenti (maglia distale larga) riducono la spinta e aumentano le forze prossimalmente al catetere	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampliamento superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampliamento superiore ai requisiti
1d	Gamma delle dimensioni (Valore massimo = max punteggio Altri valori in proporzione)	20	20 misure	20,00	sono state contate tutte le misure escluse le lunghezze inferiori a 100 cm, come da descrizione del lotto	12 misure	12,00	sono state contate tutte le misure escluse le lunghezze inferiori a 100 cm, come da descrizione del lotto	16 misure	16,00	sono state contate tutte le misure escluse le lunghezze inferiori a 100 cm, come da descrizione del lotto
			70	42,50			62,00			55,00	




LOTTO 3 - CATETERE DISTALE PER TROMBOSPIRAZIONE INTRACRANICA CON SIRINGA				Medtronic Italia S.p.A.			Pegasus Medical S.R.L.			Promed		
Cateri per trombospirazione con estrema precursabile a vapore e corpo con armatura a doppio strato. Calibro da 5F a 9F con luna interno più ampio possibile e lunghezze varie.				REACT			SOFIA			catalyst		
Ref.	Caratteristica	Punteggi o massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione
3a	Calibro interno maggiore (Valore massimo =max punteggio Altri valori= in manica proporzionale)	30	0,068" e 0,071"	30		0,068" e 0,070"	29,58		0,068" e 0,067"	25,35		
3b	Navigabilità	25	0,75	14,75	Il giudizio nel complesso è buono. l' armatura in Nitinol non rende eccezionale la sua navigabilità in particolare in corrispondenza dell'ostio di collaterali	1	25	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	12,5	Il giudizio nel complesso è discreto: la struttura a colling del catetere rende più rigido il catetere riducendone la navigabilità	
3c	Controllo di torsione	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: la rigidità del catetere migliora il controllo di torsione nelle curve ampie ma riduce la torsione nelle curve strette e nel kinking	
3d	Ampiezza della gamba (Valore massimo =max punteggio Altri valori= in manica proporzionale)	5	2 misura	3,3		7 misure: ma solo 3 realmente utilizzabili per trombospirazione distale. Sono state prese in considerazione solo le misure maggiori di 115 cm, in quanto le misure inferiori non sono funzionali alla trombospirazione	5		3 misure	5,0		
				62,08			69,58			50,35		

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
 (VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 6)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 del 18/2/2020, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1811 del 20.11.2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
 Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
 dott. Marco Santi, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla verifica dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
10	Catetere portante	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	Envoy
		Pegasus Medical S.R.L.	Chaperon

Per il lotto n. 10 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Johnson & Johnson Medical S.P.A. punti 70
- Pegasus Medical S.R.L. punti 45

La Commissione prende atto che per il lotto n. 11 non sono pervenute offerte.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
12	Catetere diagnostico per angiografia cerebrale	Boston Scientific S.P.A.	Imager II

La Commissione esclude l'offerta della ditta "Boston Scientific S.P.A." in quanto manca la misura oltre i 100 cm come richiesto invece, nella descrizione del lotto.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
13	Catetere distale per tromboaspirazione intracranica con pompa di aspirazione	Promed	Penumbrasystem

Per il lotto n. 13 l'offerta della ditta Promed presenta i requisiti minimi e pertanto è ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta è il seguente:

- Promed punti 70

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
14	Microcatetere flusso dipendente idrofilico	Ab Medica S.P.A.	Magic
		Medtronic Italia S.P.A.	Marathon

La Commissione rileva che nell'offerta della ditta "Medtronic Italia S.P.A." relativa al "Marathon", in quanto non c'è la misura di 155 cm e non è stata indicata l'idrofilia, pertanto non viene ammessa.

L'offerta della ditta Ab Medica S.P.A. presenta tutti i requisiti minimi e pertanto è ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta è il seguente:

- Ab Medica S.P.A punti 70

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
15	Microcatetere Flusso Dipendente Idrofilico Con Palloncino Staccabile	Ab Medica S.P.A.	2/MABDTE


L'offerta della ditta Ab Medica S.P.A. presenta tutti i requisiti minimi e pertanto è ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta è il seguente:


- Ab Medica S.P.A punti 70

La seduta ha termine alle ore 17.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


I componenti la Commissione giudicatrice:


dott. Loris Di Clemente


dott. Alessandro Dacomo


dott. Marco Santi

LOTTO 10 – CATETERE PORTANTE			Johnson & Johnson Medical S.P.A.			Pegasus Medical S.R.L.		
Catetere portante per interventistica neuroradiologica di lunghezza compresa tra almeno 90-100 cm; armato con rivestimento interno in Teflon e precurvato con varie gamme di punta comprendente almeno una curva di tipo Simmons.			ENVOY			CHAPERON		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
10a	Resistenza al kinking	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
10b	Capacità di progressione	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
10c	Gamma delle curve disponibili (Valore massimo = max punteggio Altri valori= in maniera proporzionale)	20	6 tipologie di curve	20		3 tipologie di curve	10,00	Le curve del catetere guida sono solo 3; la gamma è più ampia solo con l'utilizzo del mandrino interno che rende il sistema più rigido, pertanto non sono state prese in considerazione
10d	Stabilità/Atraumaticità	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: la presenza di un mandrino per poter superare le complessità anatomiche dell'arco aumenta la traumaticità e riduce la stabilità
				70,00			45,00	



LOTTO 12 – CATETERE DIAGNOSTICO PER ANGIOGRAFIA CEREBRALE Cateteri precurvati per angiografia selettiva del sistema vascolare, con punta morbida e atraumatica, con armatura in fili d'acciaio intrecciati, buon controllo di torsione, disponibilità di ampia gamma di conformazioni, calibri disponibili 4F e 5F, compatibili con guide da 0.035 (4F) e 0.038 (5F), Pressione massima di iniezione non inferiore a 1000PSI, disponibilità di varie lunghezze: a) comprese tra 60 cm e 100 cm circa. b) Oltre 100 cm.		Boston Scientific S.P.A.			
			IMAGER II		
			ESCLUSO, non c'è la misura oltre i 100 cm		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione
12a	Atraumaticità	20			
12b	Navigabilità	20			
12c	Controllo di torsione	10			
12d	Ampiezza della gamma (Valore massimo = max punteggio Altri valori = in maniera proporzionale)	20			
		70			

Handwritten signature and initials, possibly reading 'CR' and 'A'.

LOTTO 13 – CATETERE DISTALE PER TROMBOASPIRAZIONE INTRACRANICA CON POMPA DI ASPIRAZIONE			Promed		
Catetere per la rimozione di emboli di grosse dimensioni, progettato con armatura in acciaio e nitinol e con multiple e progressive rigidità per migliorare la navigabilità. Lume distale il più ampio possibile. La pompa di aspirazione dovrà essere fornita in comodato d'uso.			PENUMBRASYS™		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione
13a	Atraumaticità	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
13b	Navigabilità	25	1	25	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
13c	Controllo di torsione	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
13d	Ampiezza della gamma (Valore massimo = max punteggio Altri valori = in maniera proporzionale)	5	1	5	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
		70,00		70,00	

LOTTO 14 – MICROCATETERE FLUSSO DIPENDENTE IDROFILICO				Ab Medica S.P.A.		Medtronic Italia S.P.A.	
				MAGIC		MARATHON	
						ESCLUSO, in quanto non c'è la misura di 155 cm e non è stata indicata l'idrofilia	
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio motivazione
14a	Capacità di progressione	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		
14b	Atraumaticità della punta	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		
14c	Risposta ai materiali embolizzanti	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		
14d	Radiopacità	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti		
		70,00		70,00			

LOTTO 15 – MICROCATETERE FLUSSO DIPENDENTE IDROFILICO CON PALLONCINO STACCABILE			Ab Medica S.P.A.		
a) Microcatetere per navigazione flusso dipendente, idrofilico, monovolume con lunghezza non inferiore ai 155 cm, con punta distale in teflon perfettamente compatibile alla valvola dei palloncini staccabili. Sezione distale super-morbida da 1,8 F. b) palloncino in lattice dotato di una valvola a perfetta tenuta antireflusso con repere interno fortemente radiopaco. Dimensioni e lunghezze varie.			2/MABDTE		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione
15a	Capacità di progressione	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
15b	Facilità di utilizzo	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
15c	Tenuta della valvola	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
15d	Tenuta/distacco del palloncino	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
		70,00		70,00	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 7)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 del 25/2/2020, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1811 del 20.11.2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
dott. Marco Santi, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla valutazione dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
16	Microcatetere a flusso idrofilico con punta distaccabile	Ab Medica S.P.A.	2 Sonic
		Medtronic Italia S.P.A.	Apollo

La Commissione rileva che nell'offerta presentata dalla ditta Medtronic e relativa al dispositivo "Apollo": manca la microguida/mandrino e quindi non viene ammessa.

L'offerta della ditta Ab Medica S.P.A. presenta tutti i requisiti minimi e pertanto è ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta è il seguente:


- Ab Medica S.P.A punti 70

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
17	Microcatetere a palloncino per pta intracranica	Ab Medica S.P.A.	Pita
		Promed	Neurospeed
		Stryker Italia Srl S.U.	Gateway PTA balloon

Per il lotto n. 17 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 70
- Promed punti 47,94
- Stryker Italia Srl S.U. punti 35,88

L'offerta della ditta Stryker Italia Srl S.U. relativa al "Gateway PTA balloon" non raggiunge la soglia minima di 42 punti e pertanto è esclusa.



lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
18	Guida idrofila retta e angolata	Arthya srl	radifocus guidewire M - STD
		Boston Scientific spa	Zipwire
		Colma srl	Poseidon
		Innova HTS	Poseidon

Per il lotto n. 18 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Arthya srl. punti 70
- Boston Scientific spa punti 55
- Colma s.r.l. punti 45
- Innova HTS punti 45

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
19	Microguida per microcateteri a flusso	Ab Medica S.P.A.	Hybrid
		Medtronic Italia S.P.A.	Apollo

Per il lotto n. 19 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 70
- Medtronic Italia S.P.A. punti 55

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
20	Microspirale in platino con rivestimento in polimero espandibile in gel	Pegasus Medical S.R.L.	Spirale a distacco controllato hydrogel coils - microvention europe - hydrocoils

Per il lotto n. 20 l'offerta della ditta Pegasus Medical S.R.L. presenta i requisiti minimi e pertanto è ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta è il seguente:

- Pegasus Medical S.R.L. punti 70

La seduta ha termine alle ore 17.30. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti la Commissione giudicatrice:


dott. Loris Di Clemente


dott. Alessandro Dacomo


dott. Marco Santi

LOTTO 16 – MICROCATETERE A FLUSSO IDROFILICO CON PUNTA DISTACCABILE			Ab Medica S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.					
Microcatetere a flusso idrofilico, armato, semiflusso dipendente con estremità distale staccabile, sezione distale della lunghezza di 1,5 o 2,5 cm. Il microcatetere dovrà essere fornito di microguida o mandrino specifici di calibro 0,007" e 0,008". Calibri distali di 1,2F e 1,5F. Lunghezze totali del catetere fino a 190 cm.			2/SONIC			APOLLO					
			ESCLUSO			in quanto manca la microguida/mandrino					
			Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
			16a	Capacità di progressione	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
16b	Atraumaticità della punta	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti						
16c	Risposta ai materiali embolizzanti	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti						
16d	Radiopacità	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti						
		70		70							



LOTTO 17 - MICROCATETERE A PALLONCINO PER PTA INTRACRANICA				Ab Medica S.P.A.				Promed				Stryker Italia Srl S.U.			
Microcatetere a palloncino "over-the-wire" con reperi alle estremità fortemente radiopachi per il trattamento delle stenosi intracraniche. Ad alta conformabilità vasale e con alta capacità occlusiva. Dimensioni e lunghezze varie.				PITA				NEUROSPEED				GATEWAY PTA BALLOON			
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	
17a	Curva della valvola	5	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
17b	Facilità di utilizzo	5	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	5	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
17c	Possibilità di portare stent	20	1	20	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,25	5	il giudizio nel complesso è scarso: non porta lo stent	
17d	Qualità elastiche del palloncino	15	1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
17e	Gamma delle dimensioni (Valore massimo = max punteggio Altri valori = in maniera proporzionale)	25	51 misure	25		6 misure	2,94					12 misure	5,88		
		70		70			47,94						35,88		



LEGITTO 18 – GUIDA IDROFILA RETTA E ANGOLATA Guida idrofila retta ed angolata, di facile inserzione e controllo di tensione con anima in lega metallica superelastica, possibilmente in Nitinol o priva di stabilizzatori. Struttura monopezzo. Lunghezza 120-180, diametro da 0,020" a 0,035".			Artiva S.p.A.			Boston Scientific S.P.A.			Colma S.r.l.			Innova Hts		
Ref.	Caratteristiche	Punteggi o massimo	RADIFOCUS GUIDEWIRE M - STD			ZIPwire			POSEIDON			POSEIDON		
			valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
18a	Scorrevolezza	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,75	15	Il giudizio nel complesso è buono; il polimero idrofilo Hydrocass non permette una scorrevolezza ottimale	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: non efficacia del rivestimento idrofilico nella scorrevolezza; non menzionato il copolimero	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: non efficacia del rivestimento idrofilico nella scorrevolezza; non menzionato il copolimero
18b	Resistenza al kinking	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,75	7,5	Il giudizio nel complesso è buono: ridotta elasticità del nitinol finezza	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
18c	Portanza (supporto al catetere)	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
18d	Atraumaticità della punta	30	1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,75	22,5	Il giudizio nel complesso è buono: ridotta efficacia della rasatura distale	0,5	15	Il giudizio nel complesso è discreto: resistenza agli angoli anatomici con aumento della traumaticità	0,5	16	Il giudizio nel complesso è discreto: resistenza agli angoli anatomici con aumento della traumaticità
				70,00			55,00			45,00			45,00	

LOTTO 19 – MICROGUIDA PER MICROCATETERI A FLUSSO			Ab Medica S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.		
Microguida da utilizzarsi con microcateteri flusso dipendenti, con estremità distale in nifinol e trattamento idrofilico Lunghezza non inferiore a 200 cm, Dimensioni comprese tra 0,007" e 0,008".			HYBRID			APOLLO		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
19a	Attramaticità punta	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: la punta in SLIP COAT è traumatica
19b	Resistenza al kinking	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
19c	Capacità di progressione	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
19d	Mantenimento della curva	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
70				70,00			55,00	



LOTTO 20 – MICROSPIRALE IN PLATINO CON RIVESTIMENTO IN POLIMERO ESPANDIBILE IN GEL		Pegasus Medical S.R.L.			
a) Microspiralì in platino altamente radiopache con filamento stretch resistant. Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni: Indicativamente elicoidale, sterica, complessa, a profilo cilindrico, a delta, e di calibro e lunghezza extra. Gamma completata da spirali con polimero idrofilo espandibile sia all'esterno dell'avvolgimento primario. Distaccatore delle spirali. b) Sistemi di distacco.		SPIRALE A DISTACCO CONTROLLATO HYDROGEL COILS - MICROVENTION EUROPE - HYDROCOILS			
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione
20a	Ampiezza della gamma (Valore massimo = max punteggio Altri valori= in maniera proporzionale)	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
20b	Efficacia nel distacco	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
20c	Sicurezza di distacco (=sicurezza dell'allarme)	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
20d	Compatibilità con microcatetere	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
20e	Resistenza sul microcatetere	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
		70		70,00	

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTE TECNICHE
 (VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 8)**

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 14.30 del 27/2/2020, in Vicenza, presso la biblioteca della Fisica Sanitaria dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1811 del 20.11.2019 così composta:

Presidente: dott. Loris Di Clemente, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza
 Commissari: dott. Alessandro Dacomo, Direttore della Farmacia dell'Ospedale di Vicenza
 dott. Marco Santi, Neuroradiologo dell'Ospedale di Vicenza

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione procede alla valutazione dei requisiti tecnici minimi richiesti dal Capitolato Tecnico di gara cominciando ad esaminare la documentazione pervenuta per i lotti che seguono.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
21	Copolimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Ab Medica S.P.A.	SQUID12 SQUID12 LD SQUID 18 SQUID18LD SQUID 34 SQUID34LD
		Medtronic Italia S.P.A.	Onyx™ LD
		Tecnostim	liquid embolic system


Per il lotto n. 21 l'offerta della ditta Tecnostim non è ammessa in quanto il prodotto offerto non è disponibile in concentrazioni diverse ma solo in 18 centistokes.

Le offerte della ditta Ab Medica S.P.A. e Medtronic Italia S.P.A. presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

- Ab Medica S.P.A. punti 70
- Medtronic Italia S.P.A. punti 50

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
22	Polimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Pegasus Medical S.R.L.	PHIL™
		Medtronic Italia S.P.A.	Onyx LD

L'offerta della ditta Medtronic Italia S.P.A. è esclusa, in quanto il prodotto offerto non contiene iodio.



L'offerta della ditta Pegasus Medical S.R.L. presenta i requisiti minimi ed è pertanto ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta risulta il seguente:

Pegasus Medical S.R.L. punti 70

La Commissione prende atto che per il lotto n. 23 è non sono prèvenute offerte.

lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
24	sistema meccanico a doppio stent	Ab Medica S.P.A.	pREset TM
		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	Embotrap II"
		Promed	3 D revascularization device

Le offerte della ditta AB Medica e Promed sono escluse in quanto si tratta in entrambi i casi di stent a singola componente e non a struttura a doppio stent come richiesto.

L'offerta della ditta Johnson & Johnson Medical S.P.A. presenta i requisiti minimi ed è pertanto ammessa. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Il punteggio totale attribuito alla ditta risulta il seguente:

Johnson & Johnson Medical S.P.A. punti 70


lotto	Descrizione	Ditta offerente	Articolo offerto
25	Sistema a radiofrequenze per termocoagulazione vertebrale	Siad Healthcare S.P.A.	STAR consolle – Generatore a Radiofrequenza
		Medtronic Italia S.P.A.	OSTEOCOOL

Per il lotto n. 25 tutte le offerte presentano i requisiti minimi e pertanto sono ammesse. La Commissione procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:

Siad Healthcare S.P.A. punti 65,00

Medtronic Italia S.P.A. punti 58,33

La Commissione prende atto della risposta pervenuta il 26/2/2020 dalla ditta Medtronic in riscontro al nostro quesito inviato con nota prot. 15753 del 13/2/2020 con il quale veniva chiesto di specificare le caratteristiche tecniche del "rivestimento idrofilo "Slip coat" a triplo strato", relativo alla microguida "MIRAGE", di cui al lotto 7, nonché di motivarne l'eventuale equivalenza al rivestimento in PTFE. Tenuto di quanto specificato dalla ditta la Commissione ritiene di ammettere l'offerta e procede a dare la valutazione della qualità come da tabella allegata. Le altre due ditte concorrenti (Kardia s.r.l. e Stryker Italia Srl S.U.) erano già state ammesse come da verbale del 10/2/2020. I punteggi totali attribuiti alle ditte risultano i seguenti:




Kardia srl.	punti 70
Medtronic Italia S.P.A.	punti 55
Stryker Italia Srl S.U.	punti 45


La seduta ha termine alle ore 17.30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


I componenti la Commissione giudicatrice:



dott. Loris Di Clemente



dott. Alessandro Dacomo



dott. Marco Santi

LOTTO 21 – COPOLIMERO PER EMBOLIZZAZIONE DI MALFORMAZIONI VASCOLARI INTRACRANICHE				Ab Medica S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.			Tecnostim		
Polimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche composto da: copolimero di etilene-vinil-alcol con polvere di tantalio, solvente con dimetil solfossido e kit per somministrazione, disponibile in varie concentrazioni, per utilizzo endovascolare di occlusioni "feeders".				SQUID12 SQUID12 LD			Onyx™ LD			liquid embolic system		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	
21a	Capacità di progressione	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: non ha polimero inferiore a 18 pertanto nei vasi distali la sua progressione è inferiore				ESCLUSO in quanto non disponibile in concentrazioni diverse ma solo 18 centistokes
21b	Capacità di occlusione	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0.75	15	Il giudizio nel complesso è buono: i vasi con calibri ridotti risentono della mancata occlusione per grandezza del polimero				
21c	Facilità di preparazione	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti				
21d	Radiopacità	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti				
		70		70,00			50,00					

LOTTO 24 – SISTEMA MECCANICO A DOPPIO STENT Sistema di rimozione meccanica dei trombi intracranici arteriosi e venosi nell'ictus ischemico acuto costituito da doppio stent.			Ab Medica S.P.A.			Johnson & Johnson Medical S.P.A.			Primed		
			pREset TM			Embotrap II®			3 D revascularization device		
			ESCLUSO, in quanto in quanto si tratta di stent a singola componente e non a struttura a doppio stent come richiesto			in quanto in quanto si tratta di stent a singola componente e non a struttura a doppio stent come richiesto			ESCLUSO, in quanto in quanto si tratta di stent a singola componente e non a struttura a doppio stent come richiesto		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
24a	Capacità di progressione	10				1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
24b	Capacità di ricanalizzazione	10				1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
24c	Facilità di posizionamento	10				1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
24d	Radiopacità	10				1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
24e	Capacità di intrappolare trombi	30				1	30	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti			
							70				
							70				



LOTTO 25 – SISTEMA A RADIOFREQUENZE PER TERMOABLAZIONE VERTEBRALE			Siad Healthcare S.P.A.			Medtronic Italia S.P.A.		
Sistema a radiofrequenza per le procedure di termoablazione delle lesioni ossee.								
Sistema con generatore di RF dotato di display, con sonda di ablazione dotata di termocoppie e kit monouso con aghi con punte di forme diverse. Osteotomo con punta curvabile. L' apparecchiatura di produzione di radiofrequenza deve essere fornita in comodato d'uso gratuito.								
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	STAR console			OSTEOCOOL		
			valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione
25a	Facilità di utilizzo	10	1	10	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	5	Il giudizio nel complesso è discreto: per aree maggiori di ablazione è necessario riposizionare l'ago all'interno della struttura ossea pertanto può determinare una procedura più lunga
25b	Ampiezza dell'area di ablazione (Valore massimo = max punteggio Altri valori= in maniera proporzionale)	20	30mm	20	area di ablazione da 10 a 30mm	20mm	13,33	area di ablazione da 7 a 20 mm
25c	Controllo della temperatura di ablazione (SI/NO)	20	1	20	SI	1	20	SI
25d	Sistema di calibro	20	0,75	15	Il giudizio nel complesso è buono: solo un diametro disponibile	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti
		70		65			58,33	



LOTTO 7 - MICROGUIDA IDROFILICA PER PROCEDURA SUPERSELETTIVA				Kardia Srl			Medtronic Italia S.P.A.			Stryker Italia Srl S.U.		
MICROGUIDA con punta sagomabile con porzione prossimale rivestita in PTFE e parte distale rivestita da polimero radiopaco idrofilo. Diametro 0.008" e 0.018", lunghezza fino a 300cm.				Chikai Chikai black			AVIGO MIRAGE			TRANSEND		
Ref.	Caratteristiche	Punteggio massimo	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	valutazione	punteggio	motivazione	
7a	Attraumabilità punta	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: la punta non è in PTFE ma in SLIP COAT	0,25	5	Il giudizio nel complesso è scarso: alta resistenza durante la progressione	
7b	Resistenza al kinking	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
7c	Capacità di progressione	20	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	20	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	0,5	10	Il giudizio nel complesso è discreto: ridotta capacità di progressione in presenza di kinking e coiling per la sua alta resistenza	
7d	Mantenimento della curva	15	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	1	15	Il giudizio nel complesso è ottimo, ampiamente superiore ai requisiti	
			70,00	70,00			55,00			45,00		



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI VICENZA

VERBALE DI APERTURA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE OFFERTE ECONOMICHE

GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557

Alle ore 9.00 del 16/4/2020, in Vicenza, presso l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica dell'Azienda ULSS 8 - Berica, si riunisce il seggio di gara, nella seguente composizione:

- Presidente: dott. Giorgio Miotto - Direttore del Provveditorato, Economato e Gestione della logistica e RUP di gara;
- Testimone: dott. Laura Baggio - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato, Economato e Gestione della logistica;
- Testimone: dott. Marina Favara - Collaboratore Amministrativo del Provveditorato, Economato e Gestione della logistica e segretario verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e accerta che, tramite l'area comunicazioni della piattaforma SINTEL è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna di apertura delle offerte economiche, alle ditte partecipanti alla procedura di gara in parola.

Il Presidente dà atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi e che, rispetto a quanto stabilito dall'art. 21 del Disciplinare di gara rubricato "Apertura delle buste 2 e 3 - valutazione delle offerte tecniche ed economiche", per impossibilità sopravvenuta della Commissione stessa a proseguire con i lavori, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, sarà il seggio di gara a procedere con il mero inserimento dei punteggi tecnici nella piattaforma SINTEL e con l'apertura delle offerte economiche.

A tal proposito, il Presidente precisa che la Commissione Giudicatrice si è occupata della valutazione discrezionale delle offerte tecniche e della loro graduazione nel merito e che il seggio di gara pertanto, nella presente seduta, potrà in essere attività per le quali non è necessaria alcuna specifica competenza tecnica.

Il presidente procede con la lettura dei verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, datati 26 settembre 2019, 3 e 8 ottobre 2019, 10, 18, 25 e 27 febbraio 2020, che vengono di seguito riepilogati:

lotto	cig	descrizione	ditta partecipante	punteggio tecnico
1	7909004C8F	Catetere portante con estremità floppy atraumatica	Ab Medica S.P.A.	42,50
			Johnson & Johnson Medical S.P.A.	62,00
			Kardia Srl	escluso per mancanza di requisiti minimi
			Promed	56,00
2	7909039972	Introduttore-catetere portante ad alto supporto per accesso distale	Kardia Srl	70,00
			Promed	70,00
			Stryker Italia Srl S.U.	55,00
3	7909053501	Catetere distale per tromboaspirazione intracranica con siringa	Medtronic Italia S.P.A.	62,08
			Pegasus Medical S.R.L.	69,58
			Promed	50,35
4	7909061B99	Microcatetere idrofilico per	Ab Medica S.P.A.	51,25

		procedure super selettive e delivery per stenting ad altri devices	Crossmed Spa	50,00
			Johnson & Johnson Medical S.P.A.	55,00
			Medtronic Italia S.P.A.	51,25
			Pegasus Medical S.R.L.	70,00
			Stryker Italia Srl S.U.	58,75
5	79090789A1	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling arterioso a singolo e a doppio lume	Ab Medica S.P.A.	68,13
			Medtronic Italia S.P.A.	42,50
			Pegasus Medical S.R.L.	47,50
			Stryker Italia Srl S.U.	57,50
6	7909098A22	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling venoso a singolo e a doppio lume	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Pegasus Medical S.R.L.	58,00
7	79091060BF	Microguida idrofilica per procedura superselettiva	Kardia Srl	70,00
			Medtronic Italia S.P.A.	55,00
			Stryker Italia Srl S.U.	45,00
8	79091125B1	Microspirale in platino a distacco controllato per embolizzazione intracranica	Ab Medica S.P.A.	49,66
			Crossmed Spa	43,25
			Johnson & Johnson Medical S.P.A.	66,47
			Medtronic Italia S.P.A.	60,00
			Pegasus Medical S.R.L.	51,39
			Stryker Italia Srl S.U.	65,82
9	7909127213	Sistema meccanico retrive con marker distale e prossimale	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Kardia Srl	42,50
			Medtronic Italia S.P.A.	60,00
			Pegasus Medical S.R.L.	50,00
			Promed	52,50
			Tecnostim	42,50
10	79091347D8	catetere portante	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70,00
			Pegasus Medical S.R.L.	45,00
11	790914401B	catetere portante ad alto supporto	Deserto	
12	790914943A	catetere diagnostico per angiografia cerebrale	Boston Scientific S.P.A.	escluso per mancanza di requisiti minimi
13	7909153786	Catetere distale per tomboaspirazione intracranica con pompa di aspirazione	Promed	70,00
14	7909409AC7	Microcatetere flusso dipendente idrofilico	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Medtronic Italia S.P.A.	escluso per mancanza di requisiti minimi
15	7909429B48	Microcatetere flusso dipendente idrofilico con palloncino staccabile	Ab Medica S.P.A.	70,00
16	79094382B8	Microcatetere a flusso idrofilico con punta distaccabile	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Medtronic Italia S.P.A.	escluso per mancanza di requisiti minimi
17	7909447A23	Microcatetere a palloncino per PTA intracranica	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Promed	47,94
			Stryker Italia Srl S.U.	35,88
				escluso, poiché inferiore alla soglia di

				42/70
18	7909453F15	Guida idrofila retta e angolata	Arthya S.R.L.	70,00
			Boston Scientific S.P.A.	55,00
			Colma Srl	45,00
			Innova Hts	45,00
19	790945940C	Microguida per microcateteri a flusso	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Medtronic Italia S.P.A.	55,00
20	7909468B77	Microspirale in platino con rivestimento in polimero espandibile in gel	Pegasus Medical S.R.L.	70,00
21	790947406E	Copolimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Ab Medica S.P.A.	70,00
			Medtronic Italia S.P.A.	50,00
			Tecnostim	escluso per mancanza di requisiti minimi
22	7909489CCB	Polimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Medtronic Italia S.P.A.	escluso per mancanza di requisiti minimi
			Pegasus Medical S.R.L.	70,00
23	79094940EF	alcool preparato per alcolizzazioni di malformazioni vascolari del massiccio facciale	Deserto	
24	790949950E	Sistema meccanico a doppio stent	Ab Medica S.P.A.	escluso per mancanza di requisiti minimi
			Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70,00
			Promed	escluso per mancanza di requisiti minimi
25	790950492D	sistema a radiofrequenza per termoablazione vertebrale	Siad Healthcare S.P.A.	65,00
			Medtronic Italia S.P.A.	58,33

Il seggio di gara inizia i lavori inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti come indicati nei suindicati verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice.

Il seggio di gara, successivamente, procede a riscontrare la presenza delle buste 3 "Offerta Economica" presentate dai concorrenti ammessi alla fase successiva di apertura delle buste economiche, nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

Successivamente vengono aperte le buste 3 di ciascun offerente e sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, vengono assegnati i seguenti punteggi:

lotto	cig	descrizione	ditta partecipante	offerta economica	punteggio economico
1	7909004C8F	Catetere portante con estremità floppy atraumatica	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	45.000,00	29,33
			Promed	44.100,00	29,93
			Ab Medica Spa	44.000,00	30
2	7909039972	Introduttore-catetere portante ad alto supporto per accesso distale	Kardia Srl	22.800,00	30
			Promed	27.400,00	24,96
			Stryker Italia Srl S.U.	28.000,00	24,43
3	7909053501	Catetere distale per tromboaspirazione intracranica con siringa	Pegasus Medical S.R.L.	172.500,00	24,63
			Medtronic Italia S.P.A.	162.000,00	26,22
			Promed	141.600,00	30

4	7909061B99	Microcatetere idrofilico per procedure super selettive e delivery per stenting ad altri devices	Pegasus Medical S.R.L.	189.000,00	22,86
			Johnson & Johnson Medical S.P.A.	144.000,00	30
			Stryker Italia Srl S.U.	187.500,00	23,04
			Crossmed Spa	163.500,00	26,42
			Medtronic Italia S.P.A.	180.000,00	24
			Ab Medica Spa	186.000,00	23,23
5	79090789A1	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling arterioso a singolo e a doppio lume	Ab Medica Spa	20.000,00	28,5
			Stryker Italia Srl S.U.	19.000,00	30
			Pegasus Medical S.R.L.	19.900,00	28,64
			Medtronic Italia S.P.A.	19.800,00	28,79
6	7909098A22	Microcatetere a palloncino per tecnica remodelling venoso a singolo e a doppio lume	Pegasus Medical S.R.L.	9.950,00	30
			Ab Medica Spa	17.000,00	Sopra la base d'asta
7	79091060BF	Microguida idrofilica per procedura superselettiva	Kardia Srl	88.800,00	24,32
			Medtronic Italia S.P.A.	72.000,00	30
			Stryker Italia Srl S.U.	84.000,00	25,71
8	79091125B1	Microspirale in platino a distacco controllato per embolizzazione intracranica	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	144.000,00	29,25
			Stryker Italia Srl S.U.	163.200,00	25,81
			Medtronic Italia S.P.A.	146.400,00	28,77
			Ab Medica Spa	144.000,00	29,25
			Pegasus Medical S.R.L.	156.000,00	27
			Crossmed Spa	140.400,00	30
9	7909127213	Sistema meccanico retri con marker distale e prossimale	Ab Medica Spa	85.500,00	27,16
			Medtronic Italia S.P.A.	96.000,00	24,19
			Promed	88.500,00	26,24
			Pegasus Medical S.R.L.	90.000,00	25,8
			Tecnostim	77.400,00	30
			Kardia Srl	94.440,00	24,59
10	79091347D8	catetere portante	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	23.600,00	30
			Pegasus Medical S.R.L.	36.000,00	Sopra la base d'asta
13	7909153786	Catetere distale per lomboaspirazione intracranica con pompa di aspirazione	Promed	59.960,00	30
14	7909409AC7	Microcatetere flusso dipendente idrofilico	Ab Medica Spa	29.780,00	30
15	7909429B48	Microcatetere flusso dipendente idrofilico con palloncino staccabile	Ab Medica Spa	9.745,00	30
16	79094382B8	Microcatetere a flusso idrofilico con punta distaccabile	Ab Medica Spa	52.000,00	30
17	7909447A23	Microcatetere a palloncino per PTA intracranica	Ab Medica Spa	14.000,00	30
			Promed	19.600,00	21,43
18	7909453F15	Guida idrofila retta e angolata	Arthya srl	35.579,00	Sopra la base d'asta
			Colma Srl	12.490,50	30
			Boston Scientific S.P.A.	30.280,00	12,38
			Innova Hts	18.546,50	20,2
19	790945940C	Microguida per microcateteri a	Ab Medica Spa	8.600,00	20,93

		flusso	Medtronic Italia S.P.A.	6.000,00	30
20	7909468B77	Microspirale in platino con rivestimento in polimero espandibile in gel	Pegasus Medical S.R.L.	88.000,00	30
21	790947406E	Copolimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Ab Medica Spa	28.500,00	29,05
			Medtronic Italia S.P.A.	27.600,00	30
22	7909489CC B	Polimero per embolizzazione di malformazioni vascolari intracraniche	Pegasus Medical S.R.L.	9.390,00	30
24	790949950 E	Sistema meccanico a doppio stent	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	68.000,00	30
25	790950492D	sistema a radiofrequenza per termocoagulazione vertebrale	Medtronic Italia S.P.A.	32.240,00	30
			Siad Healthcare Spa	50.980,00	18,97

Il seggio di gara rileva che:

- per il lotto n. 6 l'offerta della ditta Ab Medica Spa pari a € 17.000,00 è superiore alla base d'asta fissata in € 10.500,00;
- il lotto n. 10 l'offerta della ditta Pegasus Medical S.R.L. pari a € 36.000,00 è superiore alla base d'asta fissata in € 23.600,00;
- per il lotto n. 18 l'offerta della ditta Arthya srl pari a € 35.579,00 è superiore alla base d'asta fissata in € 34.100,00;

di conseguenza le suddette offerte sono state escluse.

Tramite la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel si procede, quindi, al calcolo della somma dei punteggi qualità e prezzo ottenuti da ogni concorrente.

Tenuto conto, inoltre che i lotti dall'1 al 9 saranno aggiudicati mediante accordo quadro tra i primi tre classificati per ciascun lotto, nella misura massima del 60% al primo classificato, del 30% al secondo classificato e del 10% al terzo classificato, è stata redatta la seguente graduatoria.

lotto	CIG	graduatoria	% AQ	ditta partecipante	punteggio tecnico	punteggio economico	totale punteggio	anomalia
1	7909004C8F	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	62	29,33	91,33	si
		2	30%	Promed	56	29,93	85,93	si
		3	10%	Ab Medica Spa	42,5	30	72,5	no
2	7909039972	1	60%	Kardia Srl	70	30	100	si
		2	30%	Promed	70	24,96	94,96	si
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	55	24,43	79,43	no
3	7909053501	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	69,58	24,63	94,21	si
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	62,08	26,22	88,3	si
		3	10%	Promed	50,35	30	80,35	no
4	7909061B99	1	60%	Pegasus Medical S.R.L.	70	22,86	92,86	no
		2	30%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	55	30	85	no
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	58,75	23,04	81,79	no
		4		Crossmed Spa	50	26,42	76,42	no
		5		Medtronic Italia S.P.A.	51,25	24	75,25	no
		6		Ab Medica Spa	51,25	23,23	74,48	no
5	79090789A1	1	60%	Ab Medica Spa	68,13	28,5	96,63	si
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	57,5	30	87,5	si

		3	10%	Pegasus Medical S.R.L.	47,5	28,64	76,14	no
		4		Medtronic Italia S.P.A.	42,5	28,79	71,29	no
6	7909098A22	1		Pegasus Medical S.R.L.	58	30	88	no
7	79091060BF	1	60%	Kardia Srl	70	24,32	94,32	si
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	55	30	85	no
		3	10%	Stryker Italia Srl S.U.	45	25,71	70,71	no
8	79091125B1	1	60%	Johnson & Johnson Medical S.P.A.	66,47	29,25	95,72	si
		2	30%	Stryker Italia Srl S.U.	65,82	25,81	91,63	si
		3	10%	Medtronic Italia S.P.A.	60	28,77	88,77	si
		4		Ab Medica Spa	49,66	29,25	78,91	no
		5		Pegasus Medical S.R.L.	51,39	27	78,39	no
		6		Crossmed Spa	43,25	30	73,25	no
9	7909127213	1	60%	Ab Medica Spa	70	27,16	97,16	si
		2	30%	Medtronic Italia S.P.A.	60	24,19	84,19	si
		3	10%	Promed	52,5	26,24	78,74	no
		4		Pegasus Medical S.R.L.	50	25,8	75,8	no
		5		Tecnostim	42,5	30	72,5	no
		6		Kardia Srl	42,5	24,59	67,09	no
10	79091347D8	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70	30	100	no
11	790914401B	deserto						
12	790914943A	Non Aggudicato						
13	7909153786	1		Promed	70	30	100	no
14	7909409AC7	1		Ab Medica Spa	70	30	100	no
15	7909429B48	1		Ab Medica Spa	70	30	100	no
16	79094382B8	1		Ab Medica Spa	70	30	100	no
17	7909447A23	1		Ab Medica Spa	70	30	100	no
		2		Promed	47,94	21,43	69,37	no
18	7909453F15	1		Colma Srl	45	30	75	no
		2		Boston Scientific S.P.A.	55	12,38	67,38	no
		3		Innova Hts	45	20,2	65,2	no
19	790945940C	1		Ab Medica Spa	70	20,93	90,93	no
		2		Medtronic Italia S.P.A.	55	30	85	no
20	7909468B77	1		Pegasus Medical S.R.L.	70	30	100	no
21	790947406E	1		Ab Medica Spa	70	29,05	99,05	no
		2		Medtronic Italia S.P.A.	50	30	80	no
22	7909489CCB	1		Pegasus Medical S.R.L.	70	30	100	no
23	79094940EF			Deserto				
24	790949950E	1		Johnson & Johnson Medical S.P.A.	70	30	100	no
25	790950492D	1		Medtronic Italia S.P.A.	58,33	30	88,33	no
		2		Siad Healthcare Spa	65	18,97	83,97	no


Il Presidente rileva che come indicato nella suddetta tabella alcune offerte in graduatoria si presentano come anomale, ai sensi dell'art 97 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto, rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza.

La seduta ha termine alle ore 12.45.


Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

I componenti del seggio di gara:


61



dott. Giorgio Miotto



dott.ssa Laura Baggio



dott.ssa Marina Favara

**VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE
NELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALI PER ATTIVITA' INTERVENTISTICA NEURORADIOLOGICA PER IL P.O. DI
VICENZA GARA n. 7436337 ID SINTEL 111091557**

II RUP

tenuto conto:

- dell'offerta presentata dalla società **Kardia s.r.l.** di Milano (Mi) per i lotti n. 2 e n. 7, pari a rispettivamente € 22.800,00 e € 88.800,00, IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 29.000,00 e € 88.800,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 20.4.2020 prot. 200420/EP/pz, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n.38803 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **AB Medica s.p.a.** di Cerro Maggiore (Mi) per i lotti n. 5 e 9, pari a rispettivamente € 20.000,00 e € 85.500,00 IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 21.000,00 e € 105.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 22.04.2020 prot. PI201901070-1, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 38799 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **Pegasus Medical srl** di Padova per il lotto n. 3, pari a € 172.500,00 IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 172.500,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 22.04.2020, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 38805 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **Promed srl** di Dosson di Casier (TV) per i lotti n. 1 e 2, rispettivamente pari a € 44.100,00 e € 27.400,00 IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 45.000,00 e € 29.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 20.04.2020, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 38807 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **Stryker Italia srl** di Roma per i lotti n. 5, e 8, pari a rispettivamente € 19.000,00 e € 163.200,00, IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 21.000,00, e € 168.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 27.4.2020 a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n.38801 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **Johnson & Johnson Medical s.p.a.** di Pomezia (RM) per i lotti n. 1 e 8, rispettivamente pari a € 45.000,00 e € 144.000,00 IVA esclusa a fronte della base d'asta fissata in € 45.000,00 e € 168.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 30/4/2020, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 38790 del 20 aprile 2020;
- dell'offerta presentata dalla società **Medtronic Italia s.p.a.** di Milano per i lotti n. 3, 8 e 9 rispettivamente pari a € 162.000,00, € 146.400,00 e € 96.000,00 IVA esclusa a fronte della base d'asta fissata in € 172.500,00, € 168.000,00 e € 105.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 23/4/2020, prot. ITV0013967/sc a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n. 38795 del 20 aprile 2020;

tanto considerato,

Il RUP

dichiara che le offerte presentate dalle ditte:

- KARDIA s.r.l. di Milano (Mi) per i lotti n. 2 e n. 7
- AB MEDICA s.p.a. di Cerro Maggiore (Mi) per i lotti n. 5 e 9
- PEGASUS MEDICAL srl di Padova per il lotto n. 3
- PROMED S.R.L. di Dosson di Casier per i lotti n. 1 e 2
- STRYKER ITALIA SRL di Roma per i lotti n. 5, e 8
- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. di Pomezia (RM) per i lotti n. 1 e 8,
- MEDTRONIC ITALIA spa. di Milano per i lotti n. 3, 8, e 9

appaiono congrue, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.

Vicenza, 4 maggio 2020

Il RUP
Dott. Giorgio Miotto

