

**FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA
CORONARICA E STRUTTURALE IN FABBISOGNO
ALL'EMODINAMICA DEL P.O. DI VICENZA
n. gara 7736797**

CHIARIMENTO N. 4

Domanda n. 19

Facendo riferimento al lotto 10 "Filo guida con estremità preformata atraumatica" si richiedono informazioni aggiuntive rispetto al diametro e l'indicazione d'uso.

Risposta n. 19

Il diametro richiesto è 0,035”.

Si conferma la destinazione d'uso descritta nel lotto e precisamente: *“Filo guida preformato che consenta di trattare in modo sicuro una vasta tipologia di pazienti affetti da patologie valvolari, agevolando e rendendo atraumatici l'introduzione ed il posizionamento dei dispositivi interventistici all'interno delle camere cardiache, inclusi quelli utilizzati nell'ambito di procedure di sostituzione valvolare aortica per via transcatertere (TAVI).”*

Vicenza, 3 giugno 2020.

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

Numero Prot. 0053653 del 04/06/2020

La presente copia è la riproduzione integrale e fedele del documento originale, firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente, a richiesta, disponibile ai fini dell'esibizione.