



Prot. 68960 del 17.07.2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI “N. 2 CAPPE DI SICUREZZA BIOHAZARD DI CLASSE II IN FABBISOGNO ALL’UOC DI MICROBIOLOGIA DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA” ID SINTEL 126772495 – CIG: Z602DAD56E
- **RICHIESTA CHIARIMENTI**

Domanda: Si richiede di indicare piano di ubicazione e dimensioni montacarichi presenti e porte di accesso/percorsi

Risposta: le cappe vanno installate al primo piano del fabbricato di microbiologia la porta dell'ascensore misura 90 cm l'interno dell'ascensore è 130 cm di profondità per una larghezza di 160 cm, in alternativa esiste la possibilità con un braccio di un trasporto diretto attraverso l'area di cantiere di arrivare al primo piano.