



Prot. 0071786 del 28.07.2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 2 CAPPE DI SICUREZZA BIOHAZARD DI CLASSE II IN FABBISOGNO ALL'UOC DI MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" ID SINTEL 126772495 – CIG: Z602DAD56E - RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda: Si richiede di indicare piano di ubicazione e dimensioni montacarichi presenti e porte di accesso/percorsi

Risposta: le cappe vanno installate al primo piano del fabbricato di microbiologia la porta dell'ascensore misura 90 cm l'interno dell'ascensore è 130 cm di profondità per una larghezza di 160 cm, in alternativa esiste la possibilità con un braccio di un trasporto diretto attraverso l'area di cantiere di arrivare al primo piano.

Domanda: Poiché le cappe che richiedete devono avere un lunghezza del piano di lavoro di 120 e 180 cm (interno), ambedue andranno trasportate al primo piano mediante braccio meccanico: si chiede chiarimenti su chi deve attrezzarsi di tale braccio. Cioè se lo mette a disposizione la Vostra azienda oppure il fornitore si deve attrezzare per questo compito tutt'altro che semplice.

Risposta: Come previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la consegna e l'installazione sono a carico della ditta aggiudicatrice.

Domanda: Si chiedono anche le dimensioni delle finestre da cui far transitare le cappe.

Risposta: Le cappe transiteranno da un'uscita di emergenza con misure standard di 90 cm.

Domanda: Si chiedono chiarimenti in merito alla certificazione 93/42/CEE (Medical Device) richiesta per le cappe. Le cappe non rientrano in questa categoria.

Risposta: Trattasi di refuso, non è necessaria la certificazione 93/42/CEE

Domanda: si chiede di indicare l'altezza del montacarichi.

Risposta: L'altezza del montacarichi è di due metri

Domanda: Si chiede di specificare se per il posizionamento delle due cappe siano presenti barriere architettoniche e se la struttura di destinazione sia dotata di montacarichi idoneo ed utilizzabile, qualora il piano di posizionamento sia diverso dal piano terra

Risposta: se le cappe per la dimensione non vengono trasportate con l'utilizzo di montacarichi abbiamo una scala 'accesso oppure un ingresso frontale da cui attraverso il nuovo marciapiede appena costruito è possibile portare con un braccio, meccanico le cappe al primo piano

Domanda: Si chiede di specificare il luogo di posizionamento sia unico o se ci siano più luoghi di posizionamento

Risposta: il luogo di posizionamento è unico

Domanda: Si chiede di specificare se sia richiesta la campionatura

Risposta: nessuna campionatura

Domanda: Si chiede di confermare quindi che non viene chiesta la certificazione secondo norma 93/42, ma la certificazione da Ente Terzo secondo EN 12469, nonché direttiva bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e ROHS

Risposta: normativa richiesta Normativa Europea *UNI-EN 12469*; Normativa Europea *EN 1822* (per filtri assoluti HEPA); Comitato Elettrotecnico Italiano (*CEI 66.5*); Normativa *UNI-CIG*