

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 677

del 20-5-2020

O G G E T T O

Fornitura di n. 19 incubatrici ibride per terapia intensiva e patologia neonatale per i PP.OO. dell'Azienda ULSS n. 8 Berica. Gara n. 7564383, CIG 806284455A: aggiudicazione.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 724

Il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

Con deliberazione n. 1652 del 30/10/2019 è stato disposto di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 in piattaforma "Sintel", per l'affidamento della fornitura di n. 19 incubatrici ibride per terapia intensiva e patologia neonatale per i presidi ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", per un importo posto a base d'asta pari ad € 494.000,00 (IVA esclusa) comprensivo di garanzia full-risk per 24 mesi, numero gara SIMOG 7564383, CIG 806284455A;

il bando di gara è stato pubblicato nella GUUE n. 2019/S 229-561502 del 27/11/2019 e nella GURI n. 143 del 6/12/2109, ex artt. 73 e 216, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., oltre che sul profilo del committente, sulla piattaforma telematica SINTEL, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per estratto, su due quotidiani con diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

entro il termine di ricezione delle offerte (ore 15:00 del 27/01/2020) sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

- Draeger Italia S.p.A.
- Unimed S.r.l.

con Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 05/02/2020 sono stati approvati i chiarimenti pervenuti, ai quali è stata fornita risposta nei termini e con le modalità previsti dal disciplinare di gara;

in data 30/01/2020 si è svolta la seduta di gara per la verifica della documentazione amministrativa;

con il sopra richiamato atto deliberativo n. 155 del 05/02/2020 è stato disposto di ammettere i sopra citati operatori economici al prosieguo della gara ed è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;

nella seduta riservata del 12/02/2020 la Commissione Giudicatrice ha verificato la sussistenza e la regolarità della documentazione tecnica contenuta nelle buste telematiche e richiesta dal disciplinare di gara, come da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 1), ammettendo le ditte alla fase successiva della gara;

successivamente la Commissione Giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, ha effettuato la valutazione delle proposte tecniche, come risulta dal verbale all'uopo redatto in data 21/04/2020, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2);

nella seduta riservata del 04/05/2020 la Commissione Giudicatrice ha disposto l'esclusione di Unimed S.r.l. e, successivamente, ha proceduto ad aprire la busta telematica contenente l'offerta economica della Ditta ammessa, attribuendo i punti prezzo, a termini del Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma, e formulando la graduatoria provvisoria di gara nei seguenti termini, come risulta da verbale allegato, da intendersi parte integrante del presente provvedimento (all. 3):

DITTA	OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TECNICO A	PUNTEGGIO ECONOMICO B	PUNTEGGIO TOTALE (A+B)
Draeger Italia S.p.A.	€ 480.049,00 Iva esclusa	66,80/70	30/30	96,80/100

in esito a tali operazioni, il RUP, dopo che la Commissione Giudicatrice aveva rilevato che l'offerta del concorrente Draeger Italia S.p.A. presentava i caratteri dell'anomalia di cui all'art 97 del D.lgs 50/2016, ha richiesto allo stesso idonee giustificazioni e con verbale dell'11/05/2020, che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante (all. 4), ha ritenuto congrua l'offerta;

i sopraccitati verbali vengono allegati alla presente delibera nella versione priva di firme da parte dei sottoscrittori, mentre le versioni con le firme in originale sono depositate agli atti presso gli Uffici dell'UOC proponente;

il disciplinare di gara prevedeva la facoltà di aggiudicare la gara anche in caso di una sola offerta valida pervenuta;

si propone, quindi, di aggiudicare la fornitura di n. 19 incubatrici ibride per terapia intensiva e patologia neonatale per i presidi ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 8 alla ditta Draeger Italia S.p.A.;

l'onere complessivo di spesa pari ad € 480.049,00 (Iva esclusa) € 585.659,78 (Iva al 22% inclusa) è finanziato con fondi derivanti da rettifiche di contributi FSR e sarà imputato al conto n. 02 04 000010 "Attrezzature sanitarie e scientifiche del Bilancio Sanitario anno 2020";

si propone, inoltre, di disporre che, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, il quadro economico dell'appalto preveda una quota pari al 2% dell'importo a base d'asta, pari ad € 9.880,00, per gli incentivi per funzioni tecniche, da assegnare al personale sulla base dell'adottando regolamento;

l'avviso di aggiudicazione deve essere pubblicato nella G.U.E.E, ex art. 72 del D.Lgs. 50/2016, nella G.U.R.I, ex artt. 73 e 216, co. 11 del D.Lgs. medesimo, oltre che sul profilo del committente e sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per estratto, su due quotidiani con diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

i costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, sono stimati in € 1.000,00, comprensivi di IVA al 22%, e saranno rimborsati dall'impresa aggiudicataria;

è necessario, infine, nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare i verbali di gara delle sedute della Commissione Giudicatrice (all.ti 1, 2, 3, 4), tutti allegati alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare la fornitura di n. 19 incubatrici ibride per terapia intensiva e patologia neonatale per i presidi ospedalieri dell'Azienda ULSS n. 8 a Draeger Italia S.p.A., per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 480.049,00 (Iva esclusa); Euro 585.659,78 (Iva al 22% inclusa);
3. di dare atto che l'onere complessivo di spesa pari ad € 585.659,78 (Iva al 22% inclusa) è finanziato con fondi derivanti da rettifiche di contributi FSR e sarà imputato al conto "02 04 000010 Attrezzature sanitarie" del Bilancio Sanitario anno 2020;
4. dare atto che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 il 2% dell'importo a base d'asta, pari ad Euro 9.880,00, deve essere accantonato per gli incentivi per funzioni tecniche relative all'appalto, svolte da personale non dirigente dell'ULSS;
5. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in modalità elettronica mediante scrittura privata e di autorizzare il Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della logistica, dott Giorgio Miotto, alla sottoscrizione dello stesso con la Ditta aggiudicataria;
6. di nominare quale Direttore di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il dr. Massimo Bellettato – Direttore dell'UOC Pediatria – il quale ha già fornito idonea dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, depositata agli atti presso gli Uffici dell'U.O. proponente;
7. di autorizzare la spesa presunta di € 1.000,00, compresa IVA, per le pubblicazioni in premessa citate, da imputare al Conto contabile n. 5802000035 del Bilancio sanitario 2020, con obbligo di rimborso alla Stazione Appaltante dell'aggiudicatario;
8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo on line di questa Azienda Ulss 8.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 21-5-2020 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 21-5-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

**VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 19 INCUBATRICI IBRIDE
PER TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA NEONATALE
IN FABBISOGNO AI PP.OO. DELL'AULSS N.8 "BERICA"**

N. GARA 7564383 CIG 806284455A ID SINTEL 118614661

Il giorno 12/02/2020 alle ore 09:45 circa, presso un ufficio dell'U.O.S. Gare del P.O. di Vicenza, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.155 del 05/02/2020, così composta:

Presidente: Dott. Massimo Belleffato – Direttore UOC Pediatria
Commissari: Dott.ssa Anna Modenese – Dirigente Medico c/o UOC Direzione Medica 1
Perito Tecnico Roberto Artuso – Responsabile c/o UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale

E' altresì presente la Sig.ra Sara Guzzo, assistente amministrativo dell'U.O.S. Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che con la su citata delibera sono state altresì ammesse le seguenti ditte:

- UNIMED Srl di Pordenone
- Draeger Italia S.p.A. di Corsico (MI)

La Commissione procede a riscontrare la presenza della busta telematica "documentazione tecnica" presentata dai concorrenti ammessi nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dai suddetti operatori economici, li ammette alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di gara, con particolare riferimento all'articolo "Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa", il quale dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:

- Qualità: punteggio massimo punti 70/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 30/100.

Alla luce di quanto sopra, la documentazione di gara prevede inoltre che i 70 punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti secondo i giudizi e i criteri di valutazione di cui all'art. 18.1 del Disciplinare di gara che viene letto collegialmente e di seguito riportato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A. Sistemi di controllo della temperatura in modalità incubatrice e in modalità open e dell'umidità: efficacia, servocontrollo e manuale, tipologie di sonde, allarmi <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 2, 7, 8, 9, 10, 22</i>	16



B. Caratteristiche meccaniche: campana, pareti abbattibili, oblò, accessi per passaggio ai tubi e drenaggi, lettino estraibile, cassetto RX integrato, inclinazione del lettino <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23</i>	16
C. Caratteristiche del display e della bilancia: tempi di pesata, range, risoluzione e memorizzazione <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 15</i>	8
D. Sistemi di gestione dei parametri: monitor, software, esportazione dati <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 16, 17</i>	8
E. Sistemi di miglioramento del benessere del neonato: copertura dell'incubatrice, rumorosità, carrello elevatore, illuminazione del piano di lavoro e del paziente o ulteriori caratteristiche migliorative non richieste da capitolato <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 18, 19, 24, 26, 27</i>	10
F. Ergonomia, trasportabilità e modalità di sanificazione e sterilizzazione <i>Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 21, 25</i>	12
Totale	70


Il Presidente ricorda inoltre che è prevista una soglia di sbarramento pari a 42 punti e nel caso in cui il concorrente consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, sarà escluso.

I plichi telematici originali contenenti la documentazione tecnica rimangono custoditi dalla piattaforma Sintel, mentre una copia, risultante dal download delle offerte tecniche, viene salvata nella rete aziendale e trasmessa ai componenti della Commissione.

La seduta ha termine alle ore 10:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE


Dott. Massimo Bellettato

I COMMISSARI:


Dott.ssa Anna Carla Modenese


Sig. Roberto Aruso

**VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 19 INCUBATRICI IBRIDE
PER TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA NEONATALE
IN FABBISOGNO AI PP.OO. DELL’AULSS N.8 “BERICA”**

N. GARA 7564383 CIG 806284455A ID SINTEL 118614661

Il giorno 21/04/2020 alle ore 10:00 circa, presso la DMO del P.O. di Vicenza, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.155 del 05/02/2020, così composta:

Presidente: Dott. Massimo Bellettato – Direttore UOC Pediatria

Commissari: Dott.ssa Anna Modenese – Dirigente Medico c/o UOC Direzione Medica 1

Perito Tecnico Roberto Artuso – Responsabile c/o UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende preliminarmente atto di quanto deciso nella seduta precedente così come risulta dal verbale datato 12/02/2020 e prosegue quindi nei lavori.

Il Presidente ricorda che i giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO SINTETICO	Analisi	COEFFICIENTE
Ottimo	rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi	1
Buono	rispondente in maniera più che adeguata agli standard funzionali e qualitativi attesi	0,8
Discreto	rispondente in maniera discreta agli standard funzionali e qualitativi attesi	0,6
Sufficiente	rispondente in maniera sufficiente agli standard funzionali e qualitativi attesi	0,4
Scarso	rispondente in maniera scarsa agli standard funzionali e qualitativi attesi	0,2
Non classificabile	inadeguato rispetto agli standard funzionali e qualitativi attesi	0,0

Pertanto, sulla base dell’analisi della documentazione tecnica presentate dalle due Ditte concorrenti, la Commissione procede all’assegnazione dei seguenti punteggi:

DITTA DRAEGER ITALIA S.p.A.

ELEMENTI VALUTATI	PUNTI MAX	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile
A. Sistemi di controllo della temperatura in modalità incubatrice e in modalità open e dell'umidità: efficacia, servocontrollo e manuale, tipologie di sonde, allarmi Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 2, 7, 8, 9, 10, 22	16	1	16	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
B. Caratteristiche meccaniche: campana, pareti abbattibili, oblò, accessi per passaggio ai tubi e drenaggi, lettino estraibile, cassetto RX integrato, inclinazione del lettino Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23	16	0,8	12,8	Rispondente in maniera buona agli standard funzionali e qualitativi attesi in quanto l'accesso al neonato tramite oblò non è ottimale per la necessità di tenere le braccia sollevate
C. Caratteristiche del display e della bilancia: tempi di pesata, range, risoluzione e memorizzazione Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 15	8	1	8	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
D. Sistemi di gestione dei parametri: monitor, software, esportazione dati Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 16, 17	8	1	8	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
E. Sistemi di miglioramento del benessere del neonato: copertura dell'incubatrice, rumorosità, carrello elevatore, illuminazione del piano di lavoro e del paziente o ulteriori caratteristiche migliorative non richieste da capitolato Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 18, 19, 24, 26, 27	10	1	10	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
F. Ergonomia, trasportabilità e modalità di sanificazione e sterilizzazione Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 21, 25	12	1	12	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
Totale	70		66,8	

DITTA UNIMED S.r.l.

CRITERI VALUTATI	PUNTI MAX		PUNTEGGIO ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE: la motivazione del giudizio è obbligatoria quando il punteggio è inferiore al massimo attribuibile
A. Sistemi di controllo della temperatura in modalità incubatrice e in modalità open e dell'umidità: efficacia, servocontrollo e manuale, tipologie di sonde, allarmi Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 2, 7, 8, 9, 10, 22	16	0,4	6,4	Rispondente in maniera sufficiente agli standard funzionali e qualitativi attesi: il range di variazione dell'umidità non permette di raggiungere valori massimali talora necessari per il grave prematuro; l'assenza di materasso riscaldante può non garantire in maniera ottimale l'eutermia nel neonato in particolare durante le procedure in cui è richiesto che la culla sia completamente o parzialmente aperta; le sonde di rilevazione della temperatura corporea non sono facilmente

				distinguibili rispetto ad altre tipologie di sonde.
<p>B. Caratteristiche meccaniche: campana, pareti abbattibili, oblò, accessi per passaggio ai tubi e drenaggi, lettino estraibile, cassetto RX integrato, inclinazione del lettino Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 23</p>	16	0,4	6,4	Rispondente in maniera sufficiente agli standard funzionali e qualitativi attesi: l'inclinazione del piano di lavoro risulta meno facilmente regolabile perché manuale e non elettrica, ciò può comportare minore precisione nel monitoraggio del peso del prematuro; il comando per la regolazione dell'inclinazione del piano di lavoro è accessibile solo da un lato; il cassetto rx non risulta accessibile da entrambi i lati, inoltre per accedervi c'è l'obbligo di apertura dello sportello laterale della culla con ripercussioni sulla stabilità termica del prematuro; i cassettei integrati sono difficilmente accessibili quando gli sportelli laterali sono aperti.
<p>C. Caratteristiche del display e della bilancia: tempi di pesata, range, risoluzione e memorizzazione Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 15</p>	8	0,8	6,4	Rispondente in maniera buona agli standard funzionali e qualitativi attesi: il range di peso risulta meno ampio e il tempo di pesata risulta maggiore rispetto alla ditta concorrente.
<p>D. Sistemi di gestione dei parametri: monitor, software, esportazione dati Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 16, 17</p>	8	1	8	Rispondente in maniera ottimale agli standard funzionali e qualitativi attesi
<p>E. Sistemi di miglioramento del benessere del neonato: copertura dell'incubatrice, rumorosità, carrello elevatore, illuminazione del piano di lavoro e del paziente o ulteriori caratteristiche migliorative non richieste da capitolato Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 18, 19, 24, 26, 27</p>	10	0,4	4	Rispondente in maniera sufficiente agli standard funzionali e qualitativi attesi: assenza di illuminazione interna della culla con conseguente non ottimale valutazione costante delle condizioni cliniche del neonato salvo illuminazione di tutta la stanza con conseguente discomfort di tutti gli altri pazienti; non permette di effettuare la fototerapia con capottina in sede; non sono state offerte migliorie finalizzate all'ottimizzazione della care del neonato.
<p>F. Ergonomia, trasportabilità e modalità di sanificazione e sterilizzazione Rif Art. 2 Capitolato Tecnico num. 21, 25</p>	12	0,6	7,2	Rispondente in maniera discreta agli standard funzionali e qualitativi attesi: il circuito che garantisce l'umidità non è chiuso, ciò potrebbe non garantire in maniera ottimale la sterilità. La pulizia e sanificazione della culla sono complesse perché richiedono la rimozione di più pezzi, ciò inoltre può aumentare il rischio di errore nell'assemblaggio dei vari pezzi. La guarnizione degli oblò non garantisce operazioni di pulizia e sanificazione ottimali.
Totale	70		38,4	

Il concorrente UNIMED S.r.l. di Pordenone non supera la soglia di sbarramento fissata, dall'art. 18.1 del Disciplinare di gara, a punti 42 su 70 complessivi. Sulla base di ciò la Commissione Giudicatrice ne dispone l'esclusione.

La seduta ha termine alle ore 14:00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Dott. Massimo Bellettato


Dott.ssa Anna Carla Modenese

I COMMISSARI:


Sig. Roberto Artuso

VERBALE DI APERTURA, ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELLE OFFERTE ECONOMICHE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 19 INCUBATRICI IBRIDE
PER TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA NEONATALE
IN FABBISOGNO AI PP.OO. DELL’AULSS N.8 “BERICA”**

N. GARA 7564383 CIG 806284455A ID SINTEL 118614661

Alle ore 11:54 circa del 04/05/2020, in Vicenza, presso gli uffici dell’UOS Gare, si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n.155 del 05/02/2020 così composta:

Presidente: Dr. Massimo Bellettato – Direttore UOC Pediatria;
 Commissari: Dr.ssa Anna Modenese – Dirigente Medico c/o UOC Direzione Medica 1;
 Perito Tecnico Roberto Artuso – Responsabile c/o UOS Ingegneria Clinica e Tecnologie di Diagnostica Strumentale.

E’ altresì presente la dott.ssa Laura Baggio dell’UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Viene accertato che tramite l’area comunicazioni piattaforma Sintel è stata data preventiva comunicazione dello svolgimento della seduta odierna a tutte le Ditte partecipanti alla gara.

Il Presidente da atto che la Commissione Giudicatrice ha terminato i lavori di valutazione delle offerte tecniche e assegnato i relativi punteggi.

A detto proposito, Il Presidente precisa che il protrarsi della fase di valutazione tecnica è dovuto al fatto che la suddetta Commissione, dopo la seduta tecnica svoltasi in data 12/02/2020, si è potuta riunire nuovamente soltanto in data 21/04/2020 a causa dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, che ha visto impegnati in prima persona tutti i Componenti.

Il Presidente procede, pertanto, con la lettura dei verbali redatti dalla stessa Commissione Giudicatrice, datati 12/02/2020 e 21/04/2020, che vengono di seguito riepilogati:

Ditta partecipante	Punteggio tecnico
Draeger Italia S.p.A.	66,80/70
Unimed S.r.l.	38,40/70

La Commissione inizia i lavori inserendo nella piattaforma SINTEL i punteggi assegnati alle offerte tecniche come indicati nei precedenti verbali.

A fronte di quanto sopra, il concorrente Unimed S.r.l., avendo totalizzato un punteggio di qualità inferiore alla soglia minima pari a 42/70 come da verbale del 21/04/2020, è stato dichiarato escluso dalla Commissione Giudicatrice e pertanto non si procederà al conseguente download della relativa busta economica.

La Commissione, successivamente, procede a riscontrare la presenza della busta 3 "Offerta Economica" presentata dal seguente concorrente:

- Draeger Italia S.p.A.

nonché ad effettuare il download della documentazione d'offerta ivi contenuta.

L'offerta economica ivi contenuta viene di seguito riepilogata:

Ditta	Prezzo offerto in Euro Iva esclusa
Draeger Italia S.p.A.	€ 480.049,00

Successivamente, sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara ed utilizzando la funzionalità disponibile nella piattaforma Sintel, viene assegnato il seguente punteggio:

Ditta	Punteggio economico
Draeger Italia S.p.A.	30/30

Vengono così riepilogati di seguito i punteggi attribuiti:

Ditta	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TOTALE
Draeger Italia S.p.A.	66,80	30/30	96,80/100

Il Presidente rileva che l'offerta risultata prima in graduatoria si presenta come anomala, ai sensi dell'art 97 del D.Lgs 50/2016 e, pertanto, non procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione ma la rimette gli atti al RUP per il seguito di competenza.

La seduta ha termine alle ore 12:41 circa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Massimo Bellettato

I COMMISSARI:

Dott.ssa Anna Carla Modenese

Sig. Roberto Artuso



**VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE
NELLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI
DI N. 19 INCUBATRICI IBRIDE PER TERAPIA INTENSIVA E PATOLOGIA NEONATALE
IN FABBISOGNO AI PP.OO. DELL'AULSS N.8 "BERICA"
CIG 806284455A - ID SINTEL 118614661**

Il RUP

tenuto conto:

- dell'offerta presentata da Draeger Italia S.p.A. pari ad € 480.049,00 IVA esclusa, a fronte della base d'asta fissata in € 494.000,00 IVA esclusa;
- delle giustificazioni inviate dalla medesima società in data 11.05.2020 prot. 80/2020 CN/dm, a seguito di richiesta prot. Aulss 8 n.43971 del 6 maggio 2020;

tanto considerato,

Il RUP

dichiara che l'offerta presentata da Draeger Italia S.p.A. appare congrua, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Vicenza, 11 maggio 2020

Il RUP
Dott. Giorgio Miotto