

## VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER CATETERISMO URINARIO"

Il giorno 29/01/2019 alle ore 11.00 si è riunita la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all'attribuzione del punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

**Presidente:** dott.ssa Milena Lauri, c/o U.O.C. Farmacia Distretto Est- A.Ulss 8 Berica

**Componenti:** dott.ssa Mariangela Leucci, c/o U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

dott. Giuseppe Abatangelo c/o U.O.C. Urologia Distretto Est, Az.Ulss 8 Berica.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che alla gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ❖ Co.di.san. spa.
- ❖ Coloplast spa
- ❖ Clini-Lab srl
- ❖ Dentsply Italia srl
- ❖ Farmac-Zabban spa
- ❖ Promed srl
- ❖ Securmed spa
- ❖ Teleflex Medical srl

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La gara verrà aggiudicata, per singolo Lotto, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed il Presidente - ad inizio seduta - richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

A) PREZZO: punteggio massimo punti 30

B) QUALITA': punteggio massimo punti 70

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri specificati per singolo lotto.

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione valuta la documentazione tecnica presentata dalle ditte e rileva quanto segue.

### LOTTO 1

- Ditta Clinilab

Sub A e B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 20/10/2018. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per integrazione documentazione con certificato aggiornato.

Sub C: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. La Commissione rileva che le misure più piccole, da CH6 a CH10, presentano una lunghezza di 28 cm anziché di 40 cm circa come richiesto nel capitolato; si decide di accettare comunque il prodotto. Manca l'indicazione del numero di registrazione al Repertorio (come indicato nella documentazione presentata in data 13/06/2018) in quanto in fase di

registrazione. Si segnala al Servizio Approvvigionamenti, che in caso di aggiudicazione, dovrà essere richiesto alla Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di RDM; in assenza di tale registrazione il dispositivo non potrà essere aggiudicato.

## LOTTO 2

- **Ditta Coloplast**

Sub A, B, C: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 24/09/2018. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per integrazione documentazione con certificato aggiornato.

- **Ditta Dentsply**

Sub A, B, C: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. La Commissione rileva che per il lotto 2A le misure disponibili per la lunghezza di 20cm sono da CH08 a CH 14; dato che il capitolato riporta "misure indicative da CH 10 a CH16" si decide di accettare il prodotto.

## LOTTO 3

- **Ditta Co.di.san**

Sub A e B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono parzialmente rispettati; da verificare con la campionatura la lunghezza dei dispositivi offerti in quanto nelle schede tecniche non è esplicitata tale caratteristica.

- **Ditta Farmac-Zabban**

Sub A, B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

- **Ditta Coloplast**

Sub A e B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 24/09/2018. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per integrazione documentazione con certificato aggiornato.

- **Ditta Securmed**

Sub A, B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

- **Ditta Teleflex**

Sub A, B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

- **Ditta Clini-Lab**

Sub A e B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 24/09/2018. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per integrazione documentazione con certificato aggiornato.

## LOTTO 4

- **Ditta Co.di.san**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara solo parzialmente rispettati; da verificare con la campionatura la lunghezza dei dispositivi offerti in quanto nelle schede tecniche non è esplicitata tale caratteristica; richiedere IFU con indicazione del tempo massimo di permanenza o, in mancanza di tale specifica nell'IFU, dichiarazione del fornitore che espliciti il tempo massimo di permanenza. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per richiesta di integrazione della documentazione.

- **Ditta Coloplast**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara non rispettati: nell'IFU è indicato, alla voce Durata di Utilizzo "questi cateteri foley in lattice morbido non devono essere lasciati in posizione per più di 7 giorni e non devono essere sostituiti immediatamente con lo stesso catetere o con uno identico". La descrizione del lotto prevede "tempo di permanenza non inferiore a 30 giorni". SI ESCLUDE IL PRODOTTO

- **Ditta Promed**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara solo parzialmente rispettati: manca l'indicazione del tempo massimo di permanenza. Richiedere IFU con indicazione del tempo massimo di permanenza o, in mancanza di tale specifica nell'IFU, dichiarazione del fornitore che espliciti il tempo massimo di permanenza. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per richiesta di integrazione della documentazione.

- **Ditta Teleflex**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara rispettati. Per congruità con quanto valutato e/o richiesto alle altre Ditte si decide di richiedere IFU con indicazione del tempo massimo di permanenza o, in mancanza di tale specifica nell'IFU, dichiarazione del fornitore che espliciti il tempo massimo di permanenza. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per richiesta di integrazione della documentazione.

- **Ditta Clini-Lab**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara non rispettati: nella dichiarazione di permanenza è riportato "il tempo di permanenza di ogni singolo catetere in lattice fabbricato da Wellead deve essere inferiore a 14 giorni mentre il tempo consecutivo di utilizzo, ottenuto dalla sostituzione con un catetere foley identico dopo la rimozione di uno vecchio, è superiore a 29 giorni e il massimo non è limitato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE". La descrizione del lotto prevede "tempo di permanenza non inferiore a 30 giorni".

SI ESCLUDE IL PRODOTTO

La riunione si conclude alle ore 13.00.

---

Il giorno 01/02/2019 alle ore 9.30 la Commissione si riunisce per completare la valutazione della documentazione e della campionatura pervenuta.

#### **LOTTO 5**

- **Ditta Coloplast**

Sub A, B e C: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 24/09/2018. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti per integrazione documentazione con certificato aggiornato.

- **Ditta Securmed**

Sub A, B e C: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### **LOTTO 6**

- **Ditta Teleflex**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

- **Ditta Securmed**

Requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

La Commissione passa alla valutazione della campionatura.

I dispositivi risultati non conformi alle specifiche tecniche richieste non verranno valutati nei parametri di qualità.

**LOTTO 1**

Ditta: CLINILAB

	PARAMETRO	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	30/30
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	20/20
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	20/20
	<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

**LOTTO 2**

Per il lotto 2-C, essendo una tipologia di dispositivo utilizzata esclusivamente per le instillazioni vescicali c/o il Poliambulatorio si decide di far effettuare una prova agli utilizzatori (ambulatorio di Urologia) al fine di integrare la valutazione dei parametri previsti dal capitolato di gara. La valutazione del lotto verrà effettuata globalmente tenendo conto anche della prova effettuata.

Viene pertanto consegnata la seguente campionatura: Ditta Dentsply 3 pezzi ref 821000, 3 pezzi ref 4071000; Ditta Coloplast 3 pezzi ref 28610, 3 pezzi ref 5290.

**LOTTO 3**

- **Ditta Co.di.san**

Verificato sulla campionatura che le misure richieste nel capitolato di gara sono rispettate, anche se non esplicitate in etichetta.

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	5/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

*Motivazioni:*

uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione

Il palloncino presenta una scarsa uniformità di gonfiaggio

- **Ditta Farmac-Zabban**

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	10/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	5/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio,	25/25

	scorrevolezza, flessibilità	
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>55/70</b>

*Motivazioni:*

Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura

L'apertura longitudinale non è agevole; l'invito presente sulla confezione esterna è piccolo e difficile da impugnare.

uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione

Il palloncino presenta una scarsa uniformità di gonfiaggio

- **Ditta Coloplast**

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	10/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	15/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>65/70</b>

*Motivazioni:*

Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura

Il confezionamento secondario non permette apertura in senso longitudinale.

- **Ditta Securmed**

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	5/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

*Motivazioni:*

uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione

Il palloncino presenta una scarsa uniformità di gonfiaggio

- Ditta Teleflex

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	15/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

- Ditta Clini-Lab

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	10/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	10/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

*Motivazioni:*

Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura

Il confezionamento secondario si apre con difficoltà

Uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione

Il palloncino presenta una modesta uniformità di gonfiaggio.

**LOTTO 5**

- Ditta Coloplast

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	Uniformità di gonfiaggio, volume di riempimento, mantenimento forma sferica (anche con i volumi più bassi), sgonfiamento completo alla rimozione, ancoraggio del pallone	20/20
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, curva della punta, scorrevolezza, flessibilità	20/20
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>Totale punti</b>	<b>70/70</b>

- Ditta Securmed

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	Uniformità di gonfiaggio, volume di riempimento, mantenimento forma sferica (anche con i volumi più bassi), sgonfiamento completo alla rimozione, ancoraggio del pallone	5/20
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, curva della punta, scorrevolezza, flessibilità	20/20
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	5/15
	<b>Totale punti</b>	<b>45/70</b>

*Motivazioni:*

Uniformità di gonfiaggio, volume di riempimento, mantenimento forma sferica (anche con i volumi più bassi), sgonfiamento completo alla rimozione, ancoraggio del pallone

Il profilo del pallone dopo sgonfiaggio risulta irregolare. Il volume di riempimento arriva solo a 30ml.

Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta

Sub A: la punta risulta tagliata e non smussata e pertanto non risulta atraumatica

Sub B e C: la punta risulta irregolare e non levigata

#### LOTTO 6

L'impiego del catetere vescicale prevede l'impiego di un cavo di connessione con i monitor in uso.

Al fine di verificare quindi la compatibilità con i monitor in uso si predispone di consegnare i campioni all'UOC di Anestesia e Rianimazione.

Avendo rilevato che la Ditta Securmed non ha inviato cavi di collegamento, si provvede a segnalare al Servizio Approvvigionamenti di richiedere l'integrazione degli accessori necessari per la valutazione campionatura. Si rimanda la valutazione del lotto alla successiva riunione.

La riunione si chiede alle ore 12.

Il giorno 27/08/2019 alle ore 15.00 la Commissione si riunisce per completare la valutazione della documentazione e valutare la campionatura pervenuta.

La D.ssa Lauri riferisce che con mail del 04/02/2019 è stata richiesta, al Servizio Approvvigionamenti, l'integrazione della documentazione presentata.

La Commissione verifica la documentazione pervenuta ad integrazione di quanto segnalato nelle precedenti riunioni.

Di seguito vengono riportate le valutazioni effettuate:

Lotto 1 Sub A e B: Ditta Clinilab: presentato certificato aggiornato con scadenza 20/10/2023: requisiti minimi richiesti sono rispettati.

Lotto 2: Ditta Clinilab: presentato certificato aggiornato con scadenza 24/09/2023: requisiti minimi richiesti sono rispettati.

Lotto 3:

- Ditta Clinilab: presentato certificato aggiornato con scadenza 24/09/2023: requisiti minimi richiesti sono rispettati.
- Ditta Coloplast: presentato certificato aggiornato con scadenza 21/09/2023: requisiti minimi richiesti sono rispettati.

#### Lotto 4

- Ditta Codisan: viene dichiarato che “il dispositivo appartiene alla classe di rischio IIa e quindi ha un tempo di permanenza a breve termine ossia una durata continua inferiore a 30 giorni. La frequenza delle sostituzioni del catetere foley in lattice o silicone deve essere basata sulla pervietà del catetere piuttosto che su intervalli fissi. Mancando l’indicazione richiesta da capitolato “tempo di permanenza non inferiore a 30 giorni” **SI ESCLUDE IL PRODOTTO**
- Ditta Promed: la dichiarazione inviata riporta “i cateteri in lattice rivestito in silicone sono testati per un tempo di permanenza massimo di 30 giorni, periodo nel quale le loro prestazioni dovrebbero risultare pari a quelle del primo giorno di utilizzo”. REQUISITI MINIMI RICHIESTI SONO RISPETTATI
- Ditta Teleflex: tempo di permanenza 30 giorni”. REQUISITI MINIMI RICHIESTI SONO RISPETTATI

Lotto 5: Ditta Coloplast: presentato certificato aggiornato con scadenza 21/09/2023: requisiti minimi richiesti sono rispettati.

La D.ssa Lauri riferisce che con mail del 03/04/2019 è stata inviata al Servizio Approvvigionamenti la richiesta, per il lotto 6, di “cavo di collegamento del catetere al monitor” (Drager Infinity) alla Ditta Securmed al fine di poter effettuare le prove della campionatura offerta.

Ad oggi, dopo varie mail e chiarimenti telefonici, la Ditta Securmed non ha inviato i cavi richiesti.

Lotto 6: Ditta Securmed: non potendo verificare la compatibilità del catetere offerto **SI ESCLUDE IL PRODOTTO**.

Si passa alla valutazione della campionature per i seguenti lotti:

#### LOTTO 2

- Ditta Dentsply Italia

<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PUNTI asseg/max</b>
Allestimento	Facilità apertura confezione, chiarezza delle indicazioni da seguire per l’allestimento, metodica di idratazione	20/20
Impiego	Facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Efficacia	Omogeneità dello strato lubrificato, dimensione e disposizione fori per drenaggio,	15/15
Sicurezza	Presenza di sistema no-touch, precisione nella connessione con i sistemi di raccolta	10/10
Confort del paziente	Scorrevolezza, atraumaticità della punta, flessibilità, assenza di residui sul corpo o sulle mani dello strato lubrificato	8/10
	<b>Totale punti</b>	<b>68/70</b>

#### *Motivazioni:*

Scorrevolezza, atraumaticità della punta, flessibilità, assenza di residui sul corpo o sulle mani dello strato lubrificato

La prova effettuata per la tipologia del lotto 2-C (dispositivi per instillazione) ha evidenziato una eccessiva rigidità della punta con conseguente disagio del paziente.

- Ditta Coloplast

<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PUNTI asseg/max</b>
Allestimento	Facilità apertura confezione, chiarezza delle indicazioni da seguire per l’allestimento, metodica di idratazione	12/20

Impiego	Facilità di inserimento, agevole impugnatura	10/15
Efficacia	Omogeneità dello strato lubrificato, dimensione e disposizione fori per drenaggio,	15/15
Sicurezza	Presenza di sistema no-touch, precisione nella connessione con i sistemi di raccolta	0/10
Confort del paziente	Scorrevolezza, atraumaticità della punta, flessibilità, assenza di residui sul corpo o sulle mani dello strato lubrificato	5/10
	<b>Totale punti</b>	<b>42/70</b>

*Motivazioni:*

Facilità apertura confezione, chiarezza delle indicazioni da seguire per l'allestimento, metodica di idratazione

Non ci sono indicazioni visive o sulla confezione esterna (né primaria né secondaria) sulle modalità di utilizzo; presenza del solo foglietto illustrativo

Facilità di inserimento, agevole impugnatura

Eccessiva rigidità nella versione più lunga. Impugnatura presente solo sul raccordo, poco funzionale in caso di mobilità ridotta del paziente.

Presenza di sistema no-touch, precisione nella connessione con i sistemi di raccolta

Non presente sistema no-touch

Scorrevolezza, atraumaticità della punta, flessibilità, assenza di residui sul corpo o sulle mani dello strato lubrificato

Poco flessibile

LOTTO 4

- Ditta: PROMED

Elementi	Descrizione	PUNTI asseg/max
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	5/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	15/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>Totale punti</b>	<b>50/70</b>

*Motivazioni*

uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione

difficoltà di inserimento della siringa nel raccordo per il sistema di gonfiaggio

Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità

Le dimensioni dei fori, sia in lunghezza che in larghezza, risultano modeste.

- Ditta: TELEFLEX

<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PUNTI asseg/max</b>
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	15/15
Pallone	uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione	15/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	25/25
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	15/15
	<b>Totale punti</b>	<b>70/70</b>

#### LOTTO 6

- Ditta Teleflex

<b>Elementi</b>	<b>Descrizione</b>	<b>PUNTI asseg/max</b>
Impiego	Apertura confezione, facilità di inserimento, agevole impugnatura	20/20
Pallone	Uniformità di gonfiaggio, mantenimento forma sferica (anche con bassi volumi), sgonfiamento completo alla rimozione,	15/15
Efficacia	Forma, dimensioni e posizionamento fori di drenaggio, scorrevolezza, flessibilità	15/15
Sicurezza	Precisione nella connessione con i sistemi di raccolta, atraumaticità della punta	10/10
Rilevamento temperatura	Facilità lettura valori, precisione delle misurazioni	10/10
	<b>Totale punti</b>	<b>70/70</b>

I componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 16.00.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

#### I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dott.ssa Milena Lauri  
Firmato

Dott.ssa Mariangela Leucci  
Firmato

Dott. Giuseppe Abatangelo  
Firmato