

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER CATETERISMO URINARIO"

Il giorno 05/08/2020 alle ore 15.00 si è riunita la Commissione giudicatrice al fine di valutare la comunicazione inviata della Ditta Clinilab in relazione al lotto 4.

La Commissione è così composta:

Presidente: dott.ssa Milena Lauri, c/o U.O.C. Farmacia Distretto Est- A.Ulss 8 Berica

Componenti: dott.ssa Mariangela Leucci, c/o U.O.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

dott. Giuseppe Abatangelo c/o U.O.C. Urologia Distretto Est, Az.Ulss 8 Berica.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura della comunicazione della nota della Ditta Clinilab.

Si legge la descrizione del capitolato di gara che, per il lotto 4, prevede: *"Catetere vescicale tipo foley, adulto, in lattice siliconato, per drenaggio a lungo termine (tempo di permanenza non inferiore a 30 giorni) a due vie, punta Nelaton con due fori laterali, palloncino 5-15 ml, lunghezza circa 40 cm, misure indicative da CH 12 a CH 26, monouso, sterile, in confezione singola"*.

Viene riesaminata la documentazione di gara presentata dalla Ditta Clinilab e si evidenzia, come già rilevato nella seduta del 29/01/2019, che il documento denominato "dichiarazione di permanenza + traduzione" a firma Weel lead Medical Co. Ltd rilasciato in data 09/03/2018 riporta la seguente dicitura ***"il tempo di permanenza di ogni singolo catetere in lattice fabbricato da Wellead deve essere inferiore a 14 giorni mentre il tempo consecutivo di utilizzo, ottenuto dalla sostituzione con un catetere foley identico dopo la rimozione di uno vecchio, è superiore a 29 giorni e il massimo non è limitato in conformità alla Direttiva 93/42/CEE"***.

Visto che:

- nel capitolato di gara, la descrizione delle caratteristiche minime del singolo dispositivo prevede "tempo di permanenza non inferiore a 30 giorni" senza alcuna sostituzione;
- la dichiarazione della Ditta Well indica "tempo di permanenza di ogni singolo catetere inferiore a 14 giorni"

si conclude che il dispositivo offerto non risponde alle caratteristiche tecniche previste dal capitolato.

Si conferma, pertanto, quanto riportato nel verbale del 29/01/2019.

I componenti la Commissione, nel concordare in merito alla decisione presa, terminano la seduta alle ore 16.00.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Dr.ssa Milena Lauri
Firmato

Dr.ssa Mariangela Leucci
Firmato

Dott. Giuseppe Abatangelo
Firmato