

**RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE, PER APPARECCHIATURA E MATERIALE DI CONSUMO, DI GENERATORE ELETTROCHIRURGICO PLASMACINETICO AD ENERGIA BIPOLARE A RADIOFREQUENZA PER INTERVENTI IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, OPEN ED ENDOSCOPICA PER L'U.O.C. DI UROLOGIA**

L'Azienda ULSS N.8 Berica, intende acquisire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)/b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i dispositivi in oggetto aventi le seguenti caratteristiche:

Il sistema deve:

- poter essere utilizzato in chirurgia laparoscopica, chirurgia open e chirurgia endoscopica con strumenti dedicati;
- deve essere dotato di doppia uscita per il collegamento simultaneo di due strumenti, con commutazione degli stessi tramite pedale;
- eseguire una costante misurazione dell'impedenza tissutale al fine di consentire una migliore determinazione del punto finale dell'effetto sul tessuto. La fine del trattamento deve essere segnalata attraverso segnali visivi o acustici;
- riconoscere l'accessorio collegato con settaggio automatico della potenza adeguata in base ai valori impostati;
- il generatore elettrochirurgico deve essere plasmacinetico ad energia bipolare a radiofrequenza.

Attualmente è in uso il sistema Gyrus Superpulse, con relativo materiale di consumo, fornito dalla ditta Olympus Italia S.r.l.

Le ditte che disponessero di prodotti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione tecnica ed economica di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), entro le ore 12.00 del 02.10.2020, recante la dicitura "RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE, PER APPARECCHIATURA E MATERIALE DI CONSUMO, DI GENERATORE ELETTROCHIRURGICO PLASMACINETICO AD ENERGIA BIPOLARE A RADIOFREQUENZA PER INTERVENTI IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, OPEN ED ENDOSCOPICA PER L'U.O.C. DI UROLOGIA MR".

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo del dispositivo;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.71.42, fax 0444.75.34.07, email: [mirko.rappo@aulss8.veneto.it](mailto:mirko.rappo@aulss8.veneto.it)

Responsabile del procedimento: Dott. Mirko Rappo

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Giorgio Miotto**

