

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura di gara per la fornitura in service di "ELETTRODI PER RESETTOSCOPI BIPOLARI CON RELATIVI GENERATORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO".
Chiarimenti.

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO COMPOSIZIONE RESETTOSCOPI BIPOLARI

Vi chiediamo cortesemente di voler specificare la configurazione richiesta come "Resettoscopio bipolare". Nello specifico Vi chiediamo di chiarire se con tale terminologia si intenda esclusivamente l'elemento operativo completo di cavo ad alta frequenza o se alternativamente la composizione deve prevedere: ottica, camicia, otturatore, elemento operativo, cavo ad alta frequenza e siringone per evacuazione;

Risposta:

L'elemento operativo completo di cavo ad alta frequenza, deve prevedere: ottica, camicia, otturatore, elemento operativo, cavo ad alta frequenza e siringone per evacuazione;

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Miotto dr Giorgio -)
Firmato