

REGIONE DEL VENETO



ULSS8
BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot.

**Servizio: UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

**PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA, SERVIZI
INTEROSPEDALIERI E ATTIVITÀ DI TRASPORTO SPECIALI AZIENDA ULSS 8 BERICA.**

GARA N. 7747622

ID SINTEL 125942389

CHIARIMENTO N. 3

In riferimento al paragrafo “TRASPORTO URGENTE DI UNITA’ DI SANGUE, PROVETTE, FARMACI E ALTRO MATERIALE SANITARIO” inerente la Documentazione Tecnica, di cui all’art. **6** “*PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA, SERVIZI INTEROSPEDALIERI E ATTIVITÀ DI TRASPORTO SPECIALI DELL’AZIENDA ULSS 8 BERICA*” del Capitolato Tecnico, ove è previsto “*Gli automezzi utilizzati dalla Ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio, dovranno essere di tipo “autocarro” e dovranno corrispondere per numero, tipologia ed anno di immatricolazione a quelli indicati in sede di gara*”, si chiede di chiarire cosa si intende per autocarro;

Risposta al chiarimento n. 3

La definizione di autocarro trova riferimento nel c.d. "Codice della Strada" all' art. 54. Autoveicoli. decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni che di seguito si riporta:

1. *Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:*

omissis.....

d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse.)

CHIARIMENTO N. 4

In riferimento all'art. 5 "MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI relativi al Lotto 1 e 2" del Capitolato Tecnico, e più precisamente, in merito al "*Trasporto urgente di unità di sangue, provette, farmaci e altro materiale sanitario*", si chiede di conoscere:

A) se tra il materiale da trasportare vi sono anche ricompresi i farmaci antiblastici;

B) Per i campioni biologici, quale è la documentazione da produrre per dimostrare la conformità alle norme di imballaggio P5650 dell'ADR così come previsto dalle normative per il trasporto su strada;

C) Per il trasporto di emocomponenti, se i contenitori devono essere classificati nella classe II a secondo la regola 2 del paragrafo 1.2 "Dispositivi non Invasivi" dell'allegato IX del Decreto Legislativo 46/97, recepimento della Direttiva Europea 93/42/CEE, e successive modifiche integrative, quali quelle previste dal Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n37, che recepisce la Direttiva Europea 2007/47/CE. La classificazione emerge dall'applicazione della seguente frase del suddetto §1.4: "... Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canalizzazione o alla conservazione di sangue, liquidi o tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una trasfusione, somministrazione o introduzione nel corpo, rientrano nella classe II a, quando (...) sono destinati ad essere utilizzati per la conservazione o la canalizzazione di sangue o di altri liquidi o la conservazione di organi, di parti di organi o di tessuti corporei;

D) Per il trasporto di organi, se vengono applicate le linee guida previste dallo schema accordo Governo regioni Province autonome BZ e TN del 27 gennaio 2015, in materia di attività trapiantologiche.

Risposta al quesito n. 4

A) NO: non sono compresi i farmaci antiblastici;

B) Le istruzioni di imballaggio P650 ADR per UN 3373 prevedono che il "collo completo deve poter subire con successo la prova di caduta in 6.3.5.3, come specificato a 6.3.5.2, con un'altezza di caduta di 1,2 m. Dopo la serie di cadute previste, non devono essere osservate perdite dal o dai

recipienti primari, che devono rimanere protetti dal materiale assorbente, quando prescritto, nell'imballaggio secondario.

Pertanto si chiede la documentazione che attesti che:

L'imballaggio esterno dovrà essere in grado di resistere alla prova di caduta da 1,2 metri di altezza come richiesto dalla P650 ADR.

C) I contenitori proposti dovranno rispettare le normative e le leggi vigenti a livello nazionale e comunitario (Direttiva UNI EN 829/98, ADR – Istruzioni d'uso P650 – Circolare Ministero della salute del 3 maggio 2003)

D) SI, vanno applicate le indicazioni previste nell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Revisione e aggiornamento dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2006 sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività trapiantologiche" del 25 marzo 2015.

CHIARIMENTO N. 5

In riferimento alla "TABELLA DEGLI ELEMENTI" inerente la Documentazione Tecnica, di cui all'art. 16 sez. A *"PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO IN AMBULANZA, SERVIZI INTEROSPEDALIERI E ATTIVITÀ DI TRASPORTO SPECIALI DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA"* del Disciplinare di Gara, ove è fatta richiesta al concorrente di produrre *"la gestione dei percorsi..omissis"*, si chiede di chiarire se per percorsi si fa riferimento a dei tragitti da stimare oppure se occorre indicare sulla base di quali percorsi viene svolto il servizio e come vengono scelti i percorsi.

Risposta al chiarimento n. 5

Per *"gestione dei percorsi"* si intende le modalità seguite di scelta e pianificazione dei percorsi da parte del Coordinamento Operativo, in base ai trasporti richiesti, tenendo comunque presente che all'art. 5 pag. 7 del capitolato tecnico, *il trasporto deve essere effettuato nel minor tempo possibile e seguendo il percorso più breve in rapporto alle condizioni fisiche e di sicurezza del trasportato, alle oggettive situazioni di viabilità ed al rispetto del codice della strada.*

Chiarimento n. 6

Facendo riferimento al capitolato tecnico art. 6, si chiede se per le sole autoambulanze di Tipo B sia possibile escludere la presenza a bordo del Ventilatore polmonare adulto/pediatrico, volumetrico pressometrico, CPAP, ventilazione assistita e del ECG a 12 derivazioni con teletrasmissione (secondo indicazioni Direttore CO 118 dell'Azienda ULSS 8 Berica).

Risposta al chiarimento n. 6

L'articolo 6 indica le dotazioni sanitarie per le diverse tipologie di ambulanza:

nello specifico le Ambulanze di tipo B (DM 533/87 o del tipo A della norma EN 1789/2007) non prevedono la presenza a bordo di:

- ventilatore polmonare adulto/pediatrico, volumetrico pressometrico, CPAP, ventilazione assistita
- ECG a 12 derivazioni con teletrasmissioni (secondo le indicazioni Direttore CO 118 dell'Azienda ULSS 8 Berica)

Mentre tali dotazioni sanitarie fanno parte di quelle previste per le ambulanze di Tipo A (DM 533/87 o del tipo B della norma EN 1789/2007 e del Tipo C della norma EN 1789/2007.

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto