



Prot. 0097086 del 14/10/2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Giorgio Miotto

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DELLA
FORNITURA DI SET ANESTESIA EPIDURALE MONOUSO**

ID SINTEL 129595913 – CHIARIMENTI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare relativo alla procedura di gara in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

Quesito 1: Lotto 1 sub A:

Si richiede alla stazione appaltante per il principio della massima partecipazione di poter valutare un range di diametro 16-18G per l'ago da peridurale con punta di Tuohy.

Si richiede inoltre, al fine di garantire una più ampia partecipazione, di considerare la capacità delle siringa LOR in mL entro un margine di tolleranza 8-10mL, in quanto, per nostra conoscenza, pochi mL di differenza non incidono sulla determinazione dello spazio peridurale.

Infine per garantire una più ampia partecipazione si richiede alla stazione appaltante di prendere in considerazione cateteri aventi le medesime caratteristiche di quelli richiesti (punta morbida e flessibile), accettando un leggero margine di tolleranza sul diametro (+/- 10 %) e materiali con equivalente rapporto rigidità / scorrevolezza.

Risposta:

Si accetta di valutare un range di diametro 16-18G per l'ago da peridurale con punta di Tuohy.

Si accetta di valutare la capacità delle siringa LOR in mL entro un margine di tolleranza 8-10mL.

Si accetta di prendere in considerazione cateteri aventi le medesime caratteristiche di quelli richiesti (punta morbida e flessibile), accettando un leggero margine di tolleranza sul diametro (+/- 10 %) e materiali con equivalente rapporto rigidità / scorrevolezza.

Quesito 2: - Lotto 1 Sub B:

Si richiede alla stazione appaltante per il principio della massima partecipazione di poter valutare un range di diametro 16-18G per l'ago da peridurale con punta di Tuohy e un range di misure 8-10cm.

Responsabile del Procedimento: Miotto dott. Giorgio

Referente procedura:

Borin dott. Elisa

Tel. 0444-75.5674 Fax 0444-75. 3407

e mail: elisa.borin@aulss8.veneto.it

Si richiede inoltre, al fine di garantire una più ampia partecipazione, di considerare la capacità delle siringa LOR in mL entro un margine di tolleranza 8-10mL, in quanto, per nostra conoscenza, pochi mL di differenza non incidono sulla determinazione dello spazio peridurale.

Infine per garantire una più ampia partecipazione si richiede alla stazione appaltante di prendere in considerazione cateteri aventi le medesime caratteristiche di quelli richiesti (punta morbida e flessibile), accettando un leggero margine di tolleranza sul diametro (+/- 10 %) e materiali con equivalente rapporto rigidità / scorrevolezza.

Risposta:

Si accetta di valutare un range di diametro 16-18G per l'ago da peridurale con punta di Tuohy e un range di misure 8-10 cm.

Si accetta di valutare la capacità delle siringa LOR in mL entro un margine di tolleranza 8-10mL.

Si accetta di prendere in considerazione cateteri aventi le medesime caratteristiche di quelli richiesti (punta morbida e flessibile), accettando un leggero margine di tolleranza sul diametro (+/- 10 %) e materiali con equivalente rapporto rigidità / scorrevolezza.

Distinti saluti.

Firmato
IL DIRETTORE U.O.C.
PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE
DELLA LOGISTICA
Dr Giorgio Miotto