

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE
TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA TELEMATICA
SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA
FORNITURA IN SERVICE DI UN “SISTEMA OPERATORIO AD ULTRASUONI A TECNOLOGIA
PIEZOELETTRICA DA UTILIZZARE PRESSO L’U.O.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO”**

In data 11.08.2020, alle ore 10:30 si è riunita, presso la sala riunioni dell’U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di un “SISTEMA OPERATORIO AD ULTRASUONI A TECNOLOGIA PIEZOELETTRICA DA UTILIZZARE PRESSO L’U.O.C. DI CHIRURGIA MAXILLO- FACCIALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO”.

La Commissione, nominata con nota prot. n. 72721 del 30.07.2020, risulta così composta:

Presidente: Dott.ssa Modenese Anna – Dirigente Medico U.O.C. Direzione Medica – Vicenza

Componenti: Dott. Brunello Massimo – Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale – Vicenza

Dott. Olivo Marco – Dirigente Medico U.O.C. Chirurgia Maxillo-Facciale – Vicenza

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constatato che sono state ammesse a partecipare alla presente gara le seguenti ditte:

- Johnson&Johnson Medical S.p.a.;
- Mectron S.p.a.;
- Megatec S.r.l.;

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, Dott. Giorgio Miotto – Direttore U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica –, le buste contenenti la documentazione tecnica prodotta dalle suddette ditte, la Commissione procede all’analisi di tale documentazione per verificarne la corrispondenza con quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

La Commissione appura che la documentazione richiesta è stata presentata, rilevando però quanto di seguito esplicito:

- relativamente alla ditta Johnson&Johnson Medical S.p.a.:
 1. con riferimento al materiale di consumo, l’assenza di inserti da taglio con spessore tagliente minimo pari a 0,35, come espressamente richiesto dall’art. 1 del Disciplinare di gara;
 2. con riguardo al certificato CE, che lo stesso risulta scaduto il 27.07.2020;richiedendo, pertanto, l’integrazione dei due elementi sopra evidenziati;
- relativamente alla ditta Megatec s.r.l.:
 1. circa la presenza di porte di uscita USB per la lettura dei dati di utilizzo e di aggiornamento software, espressamente richieste dall’art. 1 del Disciplinare di gara, la prospettazione di un sistema alternativo, rispetto al quale si ravvisa l’opportunità di avere contezza in termini puntuali.

La riunione si conclude alle ore 12:00, in attesa di ricevere le delucidazioni richieste in vista di un successivo incontro.

In data 17.09.2020 ore 09:00, si è nuovamente riunita, presso la sala riunioni dell'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'AULSS n. 8 Berica, la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione tecnico – qualitativa delle offerte ammesse alla gara per la fornitura in service di un "SISTEMA OPERATORIO AD ULTRASUONI A TECNOLOGIA PIEZOELETTRICA DA UTILIZZARE PRESSO L'U.O.C. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO".

La Commissione, recepita la documentazione tecnica integrativa richiesta, rileva quanto di seguito illustrato:

- relativamente alla ditta Johnson&Johnson Medical S.p.a.:
 1. con riferimento al materiale di consumo, attesta l'assenza di disponibilità da parte della ditta di inserti da taglio con spessore tagliente minimo pari a 0,35, come espressamente richiesto dall'art. 1 del Disciplinare di gara, ma unicamente superiori a detto spessore;
 2. con riguardo al certificato CE, che lo stesso risulta aggiornato ad una nuova data di scadenza individuata nel 26.05.2024;
- relativamente alla ditta Megatec s.r.l.:
 1. circa la presenza di porte di uscita USB per la lettura dei dati di utilizzo e di aggiornamento software, espressamente richieste dall'art. 1 del Disciplinare di gara, la presentazione da parte della stessa di documentazione illustrativa del sistema alternativo prospettato.

In considerazione di quanto esposto:

- la ditta Johnson&Johnson Medical S.p.a. non può essere ammessa alla fase successiva della procedura di gara, in quanto all'art. 1 del Disciplinare di gara sono espressamente richiesti "inserti da taglio con spessore tagliente minimo pari a 0,35 mm", con la precisazione che "i taglienti con spessore da 0,35 mm sono necessari per interventi di osteotomie settoriali dei mascellari con distanze interradicolari ridotte e nei casi di mascellare superiore con pareti estremamente sottili" e che "tale caratteristica è da intendersi a pena di esclusione";
- la ditta Megatec s.r.l. viene invitata a presentarsi in data 09.09.2020, alle ore 7:30/8:00, presso l'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'AULSS 8 Berica di Vicenza per l'esecuzione della demo in sala operatoria;
- la ditta Mectron S.p.a. viene dispensata dall'esecuzione della demo, in quanto ditta attuale fornitrice e, quindi, la cui apparecchiatura risulta già essere nota.

La seduta della Commissione termina alle ore 10.30

In data 09.09.2020, presso l'U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'AULSS 8 Berica di Vicenza, la ditta Megatec svolge la demo richiesta in sala operatoria.

In data 06.10.2020, alle ore 10.00 - la Commissione giudicatrice si riunisce per espletare la valutazione tecnico-qualitativa, in considerazione di quanto disposto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, il quale prevede che l'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo lotto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D. Lgs. 50/2016, come di seguito specificato:

- a) Qualità: punteggio massimo - 70/100;
- b) Prezzo: punteggio massimo - 30/100.

In particolare, il Presidente della scrivente Commissione precisa, richiamando i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato di gara, che il punteggio relativo alla qualità verrà attribuito in base ai criteri ed ai punti massimi di seguito riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema	0-30
Sistema che riconosca le anomalie e che si blocchi in caso di errore	0-25
Vasta gamma di inserti disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio sarà assegnato in proporzione alla maggiore gamma di inserti disponibili rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2	0-15
Totale	0-70

Le offerte con punteggio totale di qualità inferiore a **punti 39 su 70** complessivi disponibili, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla gara.

La Commissione procede, dunque, allo svolgimento della valutazione qualitativa e attribuisce i seguenti punteggi:

➤ **Mectron S.p.a.:**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema	30
Sistema che riconosca le anomalie e che si blocchi in caso di errore	25
Vasta gamma di inserti disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio sarà assegnato in proporzione alla maggiore gamma di inserti disponibili rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2	15
Totale	70

➤ **Megatec s.r.l.:**

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema	7
Sistema che riconosca le anomalie e che si blocchi in caso di errore	25
Vasta gamma di inserti disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio sarà assegnato in proporzione alla maggiore gamma di inserti disponibili rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2	7
Totale	39

Motivazioni:

1) Facilità di lettura e di selezione/esecuzione dei programmi di funzionamento del sistema:

in merito alle caratteristiche tecniche del sistema offerto, buono nel suo complesso, si rileva che la centralina di comando non è dotata di due vie di uscita per utilizzo esclusivo di strumenti piezoelettrici. L'impossibilità di avere contemporaneamente disponibili e pronti due strumenti piezoelettrici può comportare tempi operatori più lunghi e disagio operativo dovuti alla sostituzione degli inserti.

2) Vasta gamma di inserti disponibili per forme, dimensioni e applicazioni chirurgiche: il punteggio sarà assegnato in proporzione alla maggiore gamma di inserti disponibili rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 2:


a fronte di una gamma soddisfacente di inserti, l'utilizzo di alcuni di essi non ha soddisfatto a pieno le necessità chirurgiche nel senso di una insufficiente e imprecisa capacità di taglio, in particolare con la microsega con profilo ad arco.

La Commissione conclude i lavori alle ore 12:00

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Modenese Anna



I COMPONENTI

Dott. Brunello Massimo



Dott. Olivo Marco

