



Prot. 101542 del 26.10.2020

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI DAE IN FABBISOGNO ALLE UOC VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" ID SINTEL: 129842243 – CIG: 846674422E – CHIARIMENTI 2

Domanda: Per i defibrillatori destinati ai reparti con utilizzo pediatrico (8 unità operative) la piastra deve essere pre-collegata? È condizione vincolante?

Per le unità operative pediatriche, devono essere inserite anche le piastre ad uso adulto come dotazione standard? È valida anche per la situazione ad utilizzo adulti, quindi piastre adulti pre-collegate e piastre pediatriche in dotazione standard?

Le 15 piastre adulti e 5 piastre pediatriche a scorta devo essere intese su tutta fornitura o per ogni dispositivo?

Risposta: Tutti i defibrillatori dovranno avere una piastra precollegata. La piastra dovrà essere per adulto. Fanno eccezione i defibrillatori destinati a unità operative pediatriche (n. 8), in cui la piastra dovrà essere pediatrica, in modalità anche non pre-collegata. Inoltre, solo questi defibrillatori (n. 8) dovranno avere una piastra per adulto di scorta. Per gli altri defibrillatori non è prevista una piastra di scorta per singolo dispositivo. Sono invece previste 15 piastre adulti e 5 piastre pediatriche a scorta su tutta la fornitura