

**RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI
"CELLULOSA OSSIDATA RIGENERATA IN FORMA FIBRILLARE"**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende acquisire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il dispositivo **"CELLULOSA OSSIDATA RIGENERATA IN FORMA FIBRILLARE"**, con indicazione di utilizzo negli interventi chirurgici, quale adiuvante per favorire l'emostasi, in particolar modo in chirurgia cardiovascolare, polmonare, maxillo-facciale, faringea e rinologica, epatica, ginecologica, neurochirurgica.

Attualmente risulta in uso il prodotto Tabotamp fibrillare (ref. 431961, 62, 63), fabbricato dalla ditta ETHICON LLC e distribuito dalla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a..

Il prodotto che si intende acquisire dovrebbe rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. essere sterile, privo di lattice, in confezione unitaria.
2. essere multistrato, ogni strato deve essere utilizzabile in modo separato, da permettere all'operatore sanitario di eseguire una costante verifica dell'emostasi che vuole raggiungere.
3. L'effetto emostatico deve essere raggiunto il più rapidamente possibile (dichiarato nella documentazione).
4. L'assorbimento deve essere completo entro 14 gg (dichiarato nella documentazione).
5. Il prodotto non deve attaccarsi ai guanti.
6. Il prodotto non deve attaccarsi allo strumentario chirurgico di qualsiasi tipo.
7. Il prodotto deve poter essere usato per via endoscopica.
8. Il confezionamento primario e secondario deve essere LATEX FREE.
9. Il prodotto deve essere disponibile nelle seguenti misure: 2,5x5cm circa, 10x10cm circa 5x10cm circa.

Le ditte che intendessero proporre prodotti ritenuti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura **"RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "CELLULOSA OSSIDATA RIGENERATA IN FORMA FIBRILLARE"**, entro le ore **12.00 del 04.12.2020**.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Scheda tecnica del prodotto.
- Etichetta.
- Descrizione della tipologia di confezionamento e metodo di sterilizzazione.
- Certificazioni che comprovino il marchio C E e ISO 13485:2003.
- Studi scientifici a supporto.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444 - 755674, e-mail elisa.borin@aulss8.veneto.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

Firmato
IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE
DELLA LOGISTICA
Dr Giorgio Miotto