

FORNITURA DI SISTEMI DI CHIUSURA DEL FORAME OVALE PERVIO E DEL
DIFETTO DEL SETTO INTERATRIALE, IN FABBISOGNO ALL'EMODINAMICA
DEL P.O. DI VICENZA
n. gara 7852750

CHIARIMENTO N. 1

Domanda n. 1

In riferimento alla descrizione tecnica del lotto n. 1, relativamente al punto: *“i dispositivi...devono essere rivestiti almeno parzialmente da una membrana che può essere costituita da vari materiali per favorire l'endotelizzazione e aumentare l'efficacia dell'occlusione”* chiediamo conferma che si intenda anche la possibilità di offrire dispositivi con la membrana inserita all'interno dei dischi.

Risposta n. 1

Si ammette la possibilità di offrire dispositivi con la membrana inserita all'interno dei dischi in grado di favorire l'endotelizzazione e l'aumento dell'efficacia dell'occlusione.

Vicenza, 25/11/2020

Il Responsabile del Procedimento di Gara
dott. Giorgio Miotto

Numero Prot. 0115116 del 26/11/2020