

Prot. 121768 del 14.12.2020

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: FORNITURA DI N. 20 DEFIBRILLATORI MANUALI SEMIAUTOMATICI DA DESTINARE AD UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA – ID SINTEL: 132100614 – CIG: 8546949D6D - CHIARIMENTI

Domanda: Con riferimento alle caratteristiche tecniche descritte all'art. 1 del Disciplinare, **al punto 11** viene indicato “*Possibilità di defibrillazione interna*”: Si chiede se tale funzionalità e quindi la dotazione di piastre interne è da considerarsi caratteristica opzionale o deve essere ricompresa nell'offerta. Nel caso si trattasse di caratteristica da comprendere nell'offerta, si chiede di specificare la tipologia di piastre interne richieste da includere nell'offerta:

Risposta: Tale funzionalità è da considerarsi caratteristica obbligatoria: il sistema deve essere in grado di eseguire defibrillazione interna senza aggiornamenti successivi o integrazioni economiche, se non per l'acquisto delle piastre dedicate, solo per le unità di defibrillazione che l'Azienda deciderà di implementare. La tipologia di piastre interne verrà individuata sulla base delle esigenze aziendali, si chiede quindi di inserire la quotazione delle piastre interne, sia adulte che pediatriche, nell'elenco degli accessori opzionali disponibili.

Domanda: Con riferimento alle caratteristiche tecniche descritte all'art. 1 del Disciplinare, **al punto 23** viene indicato “*Possibilità di integrare successivamente i moduli per la misura di: CO2, SpO2, NIBP, IPB (quest'ultima caratteristica non a pena di esclusione)*”: Si chiede di precisare se si intenda che la sola IBP sia caratteristica preferenziale (non a pena esclusione) o che tutto il punto 23 sia preferenziale (non a pena esclusione).

Risposta: Si conferma che il solo modulo IBP è l'unica caratteristica preferenziale non a pena di esclusione;

Domanda: Si chiede di specificare per quanto tempo il fideiussore dovrà impegnarsi in caso di aggiudicazione.

Risposta: La durata della garanzia definitiva dovrà essere pari alla durata della garanzia offerta.