

**RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI
"GUANTI IN NITRILE O IN ALTRO MATERIALE SINTETICO"**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende acquisire, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, guanti non chirurgici in nitrile o in altro materiale sintetico, non sterili, senza polvere con certificazione DPI/DM, per le attività sanitarie ed assistenziali, al fine di far fronte all'aumentato fabbisogno, in relazione all'attuale emergenza epidemiologica

I guanti oggetto di fornitura dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- rispondenza a norme di legge (vedi paragrafo "riferimenti normativi e tecnici")
- possesso della marcatura CE
- possesso delle certificazioni DPI e DM
- forma anatomica o non anatomica con dita separate (5 dita, non manopola)
- preferibilmente lunghezza minima 240mm per tutte le taglie
- ambidestri e monouso

Riferimenti normativi e tecnici:

UNI EN 374-1-2-3-4-5: • UNI EN 374-1/04: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali. • UNI EN 374-2/04: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione. • UNI EN 374-3/04: Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici. • UNI EN 374-4/20 Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - Parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici. • UNI EN 374-5/17 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi.

UNI EN 388/19 : Guanti di protezione contro i rischi meccanici.

UNI EN 420/04: Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

UNI EN 455-1-2-3-4: • EN 455-1/02: Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove. • EN 455-2/11: Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche. • EN 455-3/07: Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica. • EN 455-4/09: Guanti medicali monouso – Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione

D.LGS. 46/1997 e s.m.i. e REGOLAMENTO (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.

Le ditte interessate a proporre i propri prodotti, in conformità con le caratteristiche sopra riportate sono invitate a far pervenire la documentazione tecnica di seguito specificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, con la dicitura **"Guanti in nitrile o in altro materiale sintetico"** entro le ore 12.00 del 12.01.2021

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:

- Schede tecniche del singolo prodotto in lingua italiana da cui risulti la composizione, il produttore, eventuali CND e Repertorio;
- Copia del Certificato CE;
- Scheda debitamente compilata, allegata al presente avviso;

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444 - 755674, e-mail elisa.borin@aulss8.veneto.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E GESTIONE
DELLA LOGISTICA
F.to Dr Giorgio Miotto

Scheda di offerta (per ciascuna tipologia di prodotto):

Codice di riferimento
Codice prodotto ditta
Fornitore
Prodotto (nome commerciale)
Quantità disponibile (divisa per taglie es. misura S n. xxx, misura M n. xxx,....)
Disponibilità immediata o data di disponibilità
Tempistica di consegna (espressa in giorni) dalla ricezione dell'ordine:
Prezzo unitario (per singolo guanto, €)