



Prot. 0013993 del 08/02/2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dott. Giorgio Miotto**

**AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER VIDEOLARINGOSCOPIA COMPLETO DI LARINGOSCOPI RIGIDI E ENDOSCOPIO FLESSIBILE. ID SINTEL 134640655 – CIG: Z0F306C711 – RICHIESTE CHIARIMENTI**

**QUESTITO 1.**

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento: - si chiede se il mancato possesso del num. 1 Videolaringoscopio con lama Macintosh interfacciabile con unità tascabile - misura 0 sia motivo di esclusione dalla suddetta procedura. Restiamo in attesa di cortese riscontro. Distinti Saluti

**RISPOSTA 1.**

Si, è motivo di esclusione poichè la strumentazione richiesta è dedicata all'assistenza anche di neonati prematuri e a termine.

**QUESITO 2.**

Buongiorno, nel rif. 4 indicate "Set tascabile con monitor da 3 "" e poi n. 1 videolaringoscopio per ogni tipologia di lama. Volete quindi 5 videolaringoscopi, oppure un'unica apparecchiatura con le varie lame? Grazie, saluti.

**RISPOSTA 2.**

Chiediamo un sistema video (monitor LC) con 5 lame interscambiabili e interfacciabili anche con il monitor di visualizzazione in modo da massimizzare la possibilità di avere più stazioni di intubazioni contemporanee.

**QUESITO 3.**

Gentilissimi Signori, con riferimento al punto 3 della 'Documentazione richiesta', si chiede cortese conferma che il possesso della marcatura CE possa essere considerato assolto con la presentazione delle Certificazioni rilasciate direttamente da Casa Madre. Ringraziamo anticipatamente e porgiamo cordiali saluti.

**RISPOSTA 3.**

Si conferma che la documentazione della casa madre è sufficiente.

UOC Provveditorato, Economato  
Gestione della Logistica  
Il Direttore del Servizio Dott. Giorgio  
Miotto