



Prot. 17181 del 15.02.2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA DI "N. 23 CARRELLI ELETTRIFICATI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI IN FABBISOGNO ALL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA" ID SINTEL: 134857612 - CIG: 8623221B13
RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda: Si chiede di verificare le dimensioni del cassetto richiesto (appaiono alquanto sproporzionate per altezza rispetto alle dimensioni del carrello).

Risposta: Nella trascrizione delle caratteristiche del carrello è stato erroneamente riportato uno zero in più, l'altezza deve essere di almeno 60 mm e **non** di 600 mm

Domanda: Si chiede di chiarire se ciascun cassetto debba essere dotato di porta-monitor e di porta-tastiera oppure non siano necessari.

Risposta: abbiamo bisogno di un unico cassetto, (sopra descritto) in cui alloggeremmo le piastre e accessori dei generatori elettromedicali, **non** servono porta monitor

Domanda: Si chiede di confermare che sia accettato anche interruttore posizionato lateralmente ad 1 mt da terra nel rispetto delle normative vigenti (soluzione perfettamente equivalente).

Risposta: 1mt, può essere un'altezza accettabile