



Prot. 0017645 del 16/02/2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 1 PASTORIZZATORE PER LATTE UMANO IN FABBISOGNO ALL'UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. SAN BORTOLO DI VICENZA. ID SINTEL 134851989 – CIG: Z9730872EE

QUESTITO 1.

L'apparecchiatura non è dispositivo medico in quanto non previsto per l'attrezzatura per il trattamento termico di prodotti alimentari. In merito alle normative richieste si segnala che sono obsolete e così sostituite: 89/397CEE è oggi la 2006/42/CE questa conformità non è presente in quanto il prodotto non rientra nella direttiva macchine non avendo nessun componente mobile. ?72/23 è oggi la 2014/35/CE 89/336 è oggi la 2014/30/CE.

RISPOSTA 1.

Si accetta il chiarimento in merito alle Norme.