

BOZZA CAPITOLATO

OGGETTO DELLA FORNITURA: procedura per la fornitura di un sistema di aspirazione ad ultrasuoni in comodato d'uso gratuito e relativo materiale di consumo per la U.O.C. di Neurochirurgia.

Il sistema di aspirazione, da destinare alla rimozione selettiva di neoplasie cerebrali, spinali e di chirurgia generale, deve poter essere utilizzato su tessuti molli e calcifici.

Caratteristiche Tecniche:

L'aspiratore ad ultrasuoni deve avere le seguenti caratteristiche e dovrà essere fornito in comodato d'uso gratuito:

- Limitate dimensioni e peso (specificare);
- Deve essere dotato di interfaccia utente semplice: specificarne nel dettaglio le caratteristiche;
- Deve essere dotato di pedale multifunzione: specificarne nel dettaglio le modalità di funzionamento e di connessione all' aspiratore ad ultrasuoni;
- Deve essere dotato di carrello;
- Ampiezza di vibrazione indicativamente 200 μm ($\pm 20\%$);
- Irrigazione: specificare il range, gli step di incremento e eventuali funzioni particolari;
- Aspirazione: pressione negativa compresa indicativamente tra 0 e 600mmHg;
- Specificare flusso di aspirazione e eventuale possibilità di utilizzo del vuoto di sala;
- Qualora si ritenesse opportuno l'uso del vuoto collegato direttamente ad attacco a muro, dovrà essere fornita tutto il necessario per permetterne il collegamento, senza alcun onere;

Manipoli pluriuso da fornire in comodato d'uso gratuito:

- 4 manipoli (specificare frequenze).

Materiale di consumo:

Set monouso: specificare da quali elementi è composto e le caratteristiche, sia per tessuti molli sia per tessuti calcificati.

| DESCRIZIONE PRODOTTO | QUANTITA' ANNUA |
|----------------------------|-----------------|
| Kit di consumabili monouso | 330 |

Deve essere fornito tutto quanto necessario per la termodisinfezione.

Deve essere fornito tutto quanto necessario per il funzionamento, il cui costo si intende compreso nel prezzo del kit monouso.