



Prot. 29646 del 18.03.2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 20 ELETTROCARDIOGRAFI A 12 CANALI IN FABBISOGNO ALLE UU.OO. VARIE DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 135788973 – CIG: 866290140E – RICHIESTE CHIARIMENTI - 2

Domanda: siamo a chiedere di confermare che nell'ART. N. 1. OGGETTO DELL'APPALTO - Caratteristiche tecniche indicative al punto 2 "con stampante termica integrata che consenta la stampa di tutte le derivazioni ECG contemporaneamente" il formato richiesto sia A4

Risposta: Si conferma che il formato deve essere A4

Domanda: si chiede che ci sia la possibilità di scorporare dalla base d'asta il costo che ogni azienda dovrà affrontare per l'interfacciamento con Medarchiver dei sei elettrocardiografi destinati alle U.O. del distretto Ovest

Risposta: L'interfacciamento dei 6 elettrocardiografi con Medarchiver è elemento essenziale dell'offerta per cui non è possibile scorporarne il costo dalla base d'asta.

Domanda: Si chiede inoltre la possibilità che venga posticipata la scadenza per l'invio delle offerte per dare il tempo alle aziende di interfacciarsi con la parte di Medarchiver per impostare il progetto di interfacciamento

Risposta: Si accorda proroga fino al 29.03.2021 ore 15:00