

FORNITURA DI N. 4 TAVOLI TELECOMANDATI RADIOLOGICI DI NUOVA GENERAZIONE PER ACQUISIZIONE DI IMMAGINI DIGITALI IN SCOPIA, COMPLETI DI STATIVO PENSILE E TELERADIOGRAFO, PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI VICENZA, ARZIGNANO, VALDAGNO E NOVENTA VICENTINA

n. gara 8036971

### CHIARIMENTO N. 1

#### Domanda n. 1

- Si richiede di confermare che in gara non è richiesta la progettazione nè definitiva nè esecutiva delle opere necessarie all'installazione
- Si richiede di confermare che la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere necessarie all'installazione delle attrezzature proposte è in carico alla ditta aggiudicataria
- Si richiede di specificare a chi è in carico la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione

#### Risposta n. 1

Si conferma che non è richiesta la progettazione nè definitiva nè esecutiva dei lavori di predisposizione dei locali ai fini della partecipazione della gara.

La progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di predisposizione dei locali è in carico alla stazione appaltante, così come la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

#### Domanda n. 2

Siamo a chiedere cortesemente di mettere a disposizione i file in formato DWG delle aree di intervento.

#### Risposta n. 2

Si pubblicano le planimetrie delle aree di intervento in formato DWG, di Arzignano, Valdagno, Noventa Vic.na e Vicenza, nella sezione "documenti di gara" nella piattaforma Sintel e nel sito dell'azienda Ulss.

I locali ove dovranno essere collocati i nuovi tavoli telecomandati al posto di quelli presenti sono indicati nella tabella sottostante.

Ubicazione	Ditta	Modello	n. inventario	stanza
Radiologia Ospedale di Arzignano	GE HEALTHCARE System srl	Prestige RX T90 matr. B5353904	56047	<b>Sala 4</b>
Radiologia Ospedale di Valdagno	SIEMENS AG	ICONOS R100	49808	<b>Sala 2</b>
Radiologia Ospedale di Noventa Vic.na	SIEMENS AG	AXIOM ICONOS R200 matr. 1005544990	10812	<b>9B.1.35a</b>
Radiologia Ospedale di Vicenza	GE HEALTHCARE System srl	Prestige SI Z7A9A matr. A5196319	2087614	<b>3.1.106</b>

**Errata corrige:**

Si precisa che per mero errore materiale, nella tabella di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico "*Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E.*" è stato riportato in modo errato il modello del tavolo telecomandato presente nella Radiologia di Valdagno: il modello corretto è il ICONOS R100 - Siemens AG, inventario Ulss 49808, anziché il modello AXIOM ICONOS R200 - Siemens AG matr. XDGM602093, inv. 49801.

Vicenza, 1 aprile 2021

Il Responsabile del Procedimento di Gara  
dott. Giorgio Miotto