



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfini 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dr. Giorgio Miotto

**OGGETTO: SISTEMA AUTOMATIZZATO PER SCREENING TOSSICOLOGICI,
MONITORAGGIO FARMACI E TEST ESOTERICI (ID SINTEL 137004075)**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare relativo alla procedura in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

Quesito:

Viene richiesta : la fornitura di Strumentazione, reattivi, calibratori e controlli.

Nella tabella dei test richiesti vengono indicati

Descrizione	Numero determinazioni/anno (Comprehensive di campioni, calibrazioni, controlli)
Tossicologia – Screening capello	
oppio	1000
cocaina	1000
MDMA	1000

Si fa presente che solo una azienda nel mercato può fornire i calibratori e controlli per lo screening su capello, pertanto si chiede la possibilità di fornire solo i reagenti per matrice urinaria validati sulla strumentazione proposta.

Per i test in Tabella pg .2 elencati alla voce ALTRI sono richiesti:

Altri	
Ossalati	300
Citrati	300
ACE	700
Albumina glicata	200

si chiede di poter offrire tali reattivi senza l'obbligatorietà della validazione " **sulla strumentazione da un ente ufficiale**"

tra l'elenco dei test vengono richiesti i test Albumina Glicata e Teicoplanina commercializzati da un unico operatore economico

Se tali test verranno comunque lasciati all'interno di quelli richiesti,, premessa l'applicabilità sulla strumentazione offerta, si richiede che la quotazione di tali test non venga inserita nella totalità dell'offerta ma quotata a parte.

Risposta:

1. In riferimento all'ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO e FABBISOGNI - Quantità e qualità della fornitura, per mero errore materiale non è stato specificato che "Calibratori e controlli, nonché materiale di consumo" non sono richiesti per gli esami di Tossicologia – Screening capello, poiché trattasi di materiale esclusivo (la linea VMA-T Comedical - miscela di estrazione, calibratori e controlli). La linea VMA-T rende inoltre possibile l'analisi quantitativa delle sostanze estratte con la tecnica immunometrica di screening in uso per le analisi su urine, ed è già acquisita dalla nostra azienda con procedura a parte.
Per gli esami di Tossicologia – Screening capello (Oppio, cocaina, MDMA) è quindi richiesta la sola fornitura del reattivo per l'esecuzione del test di screening immunometrico.
2. In riferimento a esami forniti in rivendita da parte dell'azienda proponente, ai fini di non determinare condizioni di esclusività o difficoltà di partecipazione, si accoglie la richiesta di deroga dall'obbligatorietà della validazione "sulla strumentazione da un ente ufficiale", che potrà comunque costituire elemento di valutazione qualitativa tecnica. L'azienda offerente dovrà obbligatoriamente implementare e ottimizzare il metodo sulla strumentazione/soluzione proposta.
3. Teicoplanina e Albumina glicata sono test prodotti da un'unica ditta, ma fornibili in rivendita (vedi punto precedente). I test rientrano tra quelli richiesti. La richiesta di quotazione a parte non è motivata e in ogni caso non è percorribile per la necessità di costruzione di una base d'asta univoca.

Distinti saluti.

Firmato
IL DIRETTORE U.O.C.
*PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA*
Dr Giorgio Miotto