REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA BATTERIOLOGIA PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

VERBALE DI APERTURA BUSTA TECNICA

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1)

GARA N. 8047009 - CIG 8628963D85
ID SINTEL 135480633

Alle ore 11:00 del 04 maggio 2021, in Vicenza, presso gli uffici dell'UOS Gare dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 795 del 30 aprile 2021 così composta:

Presidente: Dott.ssa Rita Grillone, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Giuseppa Fornaro, Dirigente Medico presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Loredana Fallico, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

E' altresì presente la Dott.ssa Roberta Casarotto, dell'UOS Gare per la gestione dei dati nella piattaforma Sintel.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prende preliminarmente atto che, come da verbale della seduta riservata di apertura della busta amministrativa del 15 aprile 2021, è stato ammesso alla presente gara l'operatore economico BECKMAN COULTER Srl - Cassina de' Pecchi (MI).

La Commissione procede a riscontrare la presenza della busta telematica "documentazione tecnica" presentata dal concorrente ammesso nonché ad effettuare il download della documentazione tecnica ivi contenuta.

La Commissione, verificata la regolare presenza della documentazione tecnica presentata dalla ditta, la ammette alla successiva fase di gara.

Il Presidente richiama il Disciplinare di gara, con particolare riferimento all'articolo 18, il quale dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a favore del concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per la qualità e per il prezzo offerto, avrà ottenuto complessivamente il punteggio più elevato, in base ai seguenti elementi:
- Qualità: punteggio massimo punti 70/100
- Prezzo: punteggio massimo punti 30/100.

Alla luce di quanto sopra, la documentazione di gara prevede, inoltre, che i 70 punti disponibili per la qualità saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione e i giudizi di cui agli articoli 18.1 e 18.2 del Disciplinare di gara.

La Commissione, non potendo proseguire i lavori con la valutazione, a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, rinvia il prosieguo dei lavori.

La Commissione concorda sul fatto che, al fine di velocizzare ed ottimizzare le operazioni di valutazione, risulta opportuno fornire a ciascun commissario il contenuto relativo all'offerta tecnica del concorrente, per consentirne la disamina anche in proprio, con l'indicazione di adottare misure idonee a garantire la segretezza delle offerte medesime.

Pertanto, la documentazione pervenuta viene messa a disposizione dei membri della Commissione tramite supporto informatico.

La seduta ha termine alle ore 12:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Grillone

I COMPONENTI

Dott.ssa Giuseppa Fornaro

Dott.ssa Loredana Fallico

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA BATTERIOLOGIA PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2)

GARA N. 8047009 - CIG 8628963D85
ID SINTEL 135480633

Alle ore 15:00 del 18 maggio 2021, in Vicenza, presso lo studio della Dr.ssa Rita Grillone all'interno del Laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 795 del 30 aprile 2021 così composta:

Presidente: Dott.ssa Rita Grillone, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Giuseppa Fornaro, Dirigente Medico presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Loredana Fallico, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione, dopo aver analizzato collegialmente il contenuto del Capitolato Tecnico, procede alla verifica della presenza della caratteristiche e specifiche tecniche essenziali, previste dall'art. 2 del Capitolato Tecnico, nell'offerta tecnica presentata.

La Commissione, a seguito della valutazione effettuata, attesta l'idoneità della proposta tecnica del concorrente.

La Commissione non potendo proseguire i lavori con la valutazione, a fronte della complessità dei documenti da valutare e di indifferibili impegni lavorativi, rinvia il prosieguo dei lavori.

La seduta ha termine alle ore 18:00.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Grillone

I COMPONENTI

Dott.ssa Giuseppa Fornaro

Dott.ssa Loredana Fallico

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA BATTERIOLOGIA PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

VERBALE DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

(VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3)

GARA N. 8047009 - CIG 8628963D85
ID SINTEL 135480633

Alle ore 15:00 del 19 maggio 2021, in Vicenza, presso lo studio della Dr.ssa Rita Grillone all'interno del Laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 795 del 30 aprile 2021 così composta:

Presidente: Dott.ssa Rita Grillone, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Giuseppa Fornaro, Dirigente Medico presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica"

Componente: Dott.ssa Loredana Fallico, Dirigente Biologo presso l'UOC Microbiologia dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda che le attività di gara rivestono natura riservata e che ne è vietata la divulgazione.

La Commissione prosegue con la lettura e verifica della proposta tecnica del concorrente.

La Commissione a conclusione dell'analisi, dopo ampia e approfondita discussione collegiale, sulla base della proposta tecnica pervenuta e dei criteri di valutazione stabiliti dal Disciplinare di gara, attribuisce per ciascun criterio i giudizi ed i relativi punteggi come riportato nell'allegato 1 al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il punteggio di qualità complessivo assegnato al concorrente è pari a punti 66/70

A conclusione dei lavori, il Presidente, in accordo con la Commissione, stabilisce di inoltrare i verbali al RUP.

La seduta ha termine alle ore 17:30.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Grillone

R. Grillone

I COMPONENTI

Dott.ssa Giuseppa Fornaro

Dott.ssa Loredana Fallico

Allegato n. 1 al Verbale n. 3

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA BATTERIOLOGIA PER L'UOC MICROBIOLOGIA DELL'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"

GARA N. 8047009 - CIG 8628963D85
ID SINTEL 135480633

Rif.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	COEFFICIENTE	PUNTI ASSEGNATI
A	Presenza di Kit CE IVD per l'identificazione rapida dei microorganismi con tecnologia Maldi-tof da flaconi di emocoltura positivi	6	1 OTTIMO	6
B	Kit CE IVD per rilevazione di determinanti di resistenza con tecnologia Maldi-tof. Sarà valutata la tipologia dei determinanti di resistenza rilevabili	6	0.8 BUONO Pattern incompleto di determinanti di resistenza	4.8
C	Kit CE IVD per l'identificazione rapida di micobatteri con tecnologia Maldi-tof. Saranno valutati il numero e la tipologia delle specie identificabili	5	0.8 BUONO Identificazione incerta in ceppi filogeneticamente correlati	4
D	Elevata frequenza del laser ad azoto utilizzato dallo strumento per acquisire i dati	3	1 OTTIMO	3
E	Presenza di un sistema di pulizia automatica della sorgente ionica atto a minimizzare i periodi di fermomacchina	3	1 OTTIMO	3
F	Presenza di librerie standard contenenti un numero di specie di interesse clinico il più ampio possibile	5	1 OTTIMO	5
G	Attività e tempo richiesti a carico dell'operatore per effettuare caricamento e seduta di identificazione	2	1 OTTIMO	2
H	Attività a carico dell'operatore e facilità nell'effettuazione delle manutenzioni giornaliere e periodiche	2	1 OTTIMO	2
I	Adattabilità del sistema diagnostico MaldiTof agli spazi messi a disposizione dalla U.O. compatibilmente con la sicurezza degli operatori	3	1 OTTIMO	3
J	Livello di accuratezza e tracciabilità del caricamento con identificazione univoca del campione, dei ceppi batterici sulla matrice di caricamento per l'identificazione MALDI TOF mediante strumentazione idonea e/o software	2	1 OTTIMO	2
K	Possibilità di effettuare la lettura degli antibiogrammi da più postazioni in remoto	2	1 OTTIMO	2

L	Possibilità da parte dell'operatore di modificare la lettura degli antibiogrammi effettuata in maniera automatica dallo strumento	2	1 OTTIMO	2
M	Corrispondenza tra le MIC refertate e l'effettiva concentrazione presente nel pannello/card con possibilità di controllo visivo della MIC	8	1 OTTIMO	8
N	Possibilità di trasmettere al LIS il risultato con tutte le modalità previste da EUCAST	2	1 OTTIMO	2
O	Possibilità di eseguire identificazione e antibiogramma con un unico test	2	0.6 SUFFICIENTE Pannelli combinati con perfomance ridotte	1.2
P	Disponibilità di pannelli per germi difficili come Pneumococco ed Emofilo	2	1 OTTIMO	2
Q	Presenza di sistema di back up per la lettura di pannelli in caso di fermo macchina interfacciato al gestionale del laboratorio	2	1 OTTIMO	2
R	Pannelli/card per antibiogramma con MIC estese e che comprendano i nuovi antibiotici introdotti e presenti sul mercato, per esempio: CEFTOZOLANO/TAZOBACTAM CEFTAZIDIME/AVIBACTAM	5	0.8 BUONO Pannelli da integrare con gli antibiotici più recenti usciti in commercio	4
S	Presenza di Pannello/Card per antibiogramma non sigillata per consentire il recupero della sospensione batterica per eventuali approfondimenti	6	1 OTTIMO	6
T	Presenza di telecamera con sistema esperto per lettura antibiogrammi in Kirby bauer	2	1 OTTIMO	2
	TOTALE COMPLESSIVO	**70**		**66**

Vicenza, 21/05/2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rita Grillone

I COMPONENTI

Dott.ssa Giuseppa Fornaro

Dott.ssa Loredana Fallico