



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Affidamento diretto, previa richiesta di preventivi per l'eventuale fornitura di "n. 1 sistema laser di posizionamento per tac simulatore in fabbisogno all'UOC di Radioterapia del P.O. di Vicenza. ID SINTEL: 140263224 – CIG: 8760182ADE – **Richiesta chiarimenti**

Domanda: si chiede se la richiesta di visione delle apparecchiature proposte sia applicabile al caso specifico visto che l'installazione del sistema di laser mobili è laboriosa e prevede anche delle predisposizioni nella sala TAC sia a pavimento che a soffitto, oltre allo smontaggio e al ritiro del vecchio sistema esistente.

Risposta: La richiesta della campionatura è solamente eventuale. Sarà il gruppo di esperti a valutare la necessità di visionare l'apparecchiatura/sistema offerto.

Domanda: In riferimento al documento Disciplinare di gara, Art. 2 "Modalità di partecipazione", Documentazione richiesta: la voce n. 4 richiede una "Dichiarazione del produttore attestante il possesso della marcatura CE e indicazione della classe di appartenenza e dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione CE (in lingua italiana)". Si chiede conferma che, in caso il certificato CE sia disponibile solo in lingua inglese, tale documento sia ritenuto idoneo

Risposta: Si conferma

Domanda: Si chiede conferma che l'oggetto dell'appalto sia la fornitura di un sistema a 3 laser mobili per simulazione virtuale con interfaccia per la TAC simulatore Philips Big Bore in Vostra dotazione

Risposta: Si conferma

Domanda: In riferimento al documento Disciplinare di gara, Art. 5 "Campionatura": trattandosi di sistemi laser che devono essere installati da personale qualificato, si chiede conferma che, in alternativa alla consegna in prova, venga accettato un elenco di siti in cui è presente apparecchiatura equivalente per una visione del sistema

Risposta: Si conferma