

Dipartimento: Servizi Tecnico-Amministrativi

Unità Operativa / Servizio: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: Procedura di gara per la fornitura di "custom pack per interventi di cataratta" per le U.O.C. di Oculistica. **Chiarimenti.**

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

a) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Per entrambi i lotti si richiedono:

1. dimensioni del telo oftalmico e la forma e le dimensioni della finestra adesiva;
2. se la finestratura debba essere dotata sia di biadesivo sia di film d'incisione;
3. la misura del telo copritavolo impermeabile, si intende misura minima?

Risposta:

1. Telo oftalmico: misura minima 140x125cm; Finestra adesiva: misura minima 11,5x9cm;
2. La finestra del telo oftalmico deve avere un film adesivo per l'incisione;
3. Il telo che funge da copritavolo deve essere impermeabile con misura minima di 140x180cm;

b) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Per il telino adesivo TNT 75x75cm, si conferma che sia adesivo in TNT? Quindi un telino copricarrello?

Risposta:

Per quanto riguarda il telino in TNT 75x75cm, deve essere preferibilmente con adesivo;

c) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

Le caratteristiche dei bisturi richiesti, risultano particolarmente restrittive, in quanto il meccanismo di attivazione con una sola mano, con un solo dito, udibile e con tacca di riferimento, sembrano già identificare molto chiaramente quale prodotto debba essere premiato sul punteggio tecnico. Questo esclude qualsiasi altra offerta "equivalente", poiché la penalizzazione che ne riceverebbe sarebbe comunque impossibile da colmare. Si chiede pertanto, di rendere più aperto il Capitolato per garantire una maggiore concorrenza e competitività delle Aziende partecipanti.

Risposta:

Le caratteristiche tecniche indicate sono le minime.

L'eventuale equivalenza può essere accettata solo per la caratteristica "udibile", nel senso che ci deve essere comunque la possibilità per il chirurgo di percepire la fine corsa del meccanismo di protezione.

d) Richiesta:

RICHIESTA DI CHIARIMENTO

All'art. 14 Campionatura, ci indicate di scrivere sul plico quanto segue:
COLORANTE TISSUTALE ED ASPIRAZIONE PASSIVA PER LE UOC DI OCULISTICA,
trattasi di un refuso?

Risposta:

Si tratta chiaramente di un refuso.

Sul plico indicare: "PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI CUSTOM PACK PER INTERVENTI DI CATARATTA PER LE U.O.C. DI OCULISTICA".

e) Richiesta:

RICHIESTA CHIARIMENTI

Si chiede la possibilità di inviare campionatura NON STERILE, visti i tempi necessari per la produzione, invio sterilizzazione, degasaggio, e invio della campionatura a mezzo corriere nei tempi previsti dalla documentazione di gara, e visto in ultimo la attuale situazione di emergenza COVID che purtroppo vede ridotto il personale aziendale.

Risposta:

La campionatura deve essere necessariamente sterile per poter eseguire le prove sul campo.

Distinti saluti.

Il Direttore
(- Miotto dr Giorgio -)
FIRMATO