

**VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE SCHEDE TECNICHE E DEI CAMPIONI RELATIVI ALLA FORNITURA DI "COLORANTE TISSUTALE ED ASPIRAZIONE PASSIVA PER OCULISTICA"**

Il giorno 24/08/2020 alle ore 9.00 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 62679/2020 del 01/07/2020, incaricata della valutazione delle schede tecniche e dei campioni pervenuti nonché all'attribuzione dei punteggi di qualità.

La Commissione è così composta:

**Presidente:** Dr.ssa Milena Lauri c/o U.O.C. di Farmacia Distretto Est- A.Ulss 8 Berica

**Componenti:** Dr. Sandro Soldati c/o U.O.C. di Oculistica, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Sig.ra Antonietta Soldà c/o U.O.C. di Oculistica, Distretto Est Az.Ulss 8 Berica;

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta.

Constato che alla gara, hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- ❖ Alcon Italia spa
- ❖ Alfa Intes
- ❖ Anthares srl
- ❖ Bausch & Lomb lom spa
- ❖ Beaver Visitec International Sales ltd
- ❖ BP srl
- ❖ D.O.R.C. Italy srl
- ❖ T.M.T. srl Triveneta Medical Technology

ricevute dal Responsabile per le procedure di affidamento, dott. Giorgio Miotto, i documenti tecnici prodotti dalle ditte, la Commissione procede alla verifica della documentazione ivi contenuta.

La gara verrà aggiudicata, a lotto unico, a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ed il Presidente - ad inizio seduta - richiama i criteri di aggiudicazione previsti dal Capitolato Speciale di gara:

**A) PREZZO:** punteggio massimo punti 30

**B) QUALITA':** punteggio massimo punti 70

Il punteggio relativo alla qualità verrà suddiviso in base ai criteri e pesi di seguito individuati:

<b>Lotto</b>	<b>Criteri di Valutazione della qualità</b>	<b>PUNTI MAX</b>
<u>Lotto 1</u>	Efficacia della colorazione	30
	Selettività della colorazione	20
	Facilità di rimozione	20
<u>Lotto 2</u>	Efficacia della colorazione	30
	Selettività della colorazione	20
	Facilità di rimozione	20
<u>Lotto 3</u>	Capacità di colorazione del corpo vitreo	50
	Facilità di rimozione del prodotto	20
<u>Lotto 4</u>	Ergonomicità dell'impugnatura	30
	Facilità di inserimento nel trocar valvolato	40

Le ditte che dovessero conseguire un punteggio complessivo di qualità inferiore a 42/70, non saranno ammesse alla successiva fase di gara.

La Commissione rileva che la documentazione richiesta è stata presentata.

La Commissione inizia la valutazione della documentazione tecnica e della campionatura pervenuta e rileva quanto segue:

#### LOTTO 1

- ❖ Ditta Bausch & Lomb: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 21/03/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. La Commissione rileva che non sono pervenuti i campioni relativi al lotto. All'interno del pacco sono presenti solo i campioni del lotto 4B anche se nel documento di trasporto allegato sono indicati. Viene deciso di segnalare al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della campionatura mancante.
- ❖ Ditta Beaver Visitec International Sales Ltd: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.
- ❖ Ditta D.O.R.C. Italy srl: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato.
- ❖ Ditta T.M.T. srl Triveneta Medical Technology: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### LOTTO 2

- ❖ Ditta Alfa Intes: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. La campionatura presentata ha scadenza 05/2020 che non ne permette la valutazione. La Commissione decide di segnalare al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della campionatura.
- ❖ Ditta BP srl: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 21/03/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato.
- ❖ Ditta D.O.R.C. Italy srl: manca IFU, il certificato marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere certificato CE aggiornato. La Commissione decide di chiedere al Servizio Approvvigionamenti integrazione della documentazione mancante.
- ❖ Ditta T.M.T. srl Triveneta Medical Technology: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### LOTTO 3

**NESSUNA OFFERTA**

#### LOTTO 4

- ❖ Ditta Alcon Italia spa: sub-lotto A: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 31/12/2019. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato.  
Sub-lotto B si rileva che il prodotto offerto non risulta conforme a quanto richiesto poiché la descrizione del capitolato prevede punta "brush" mentre viene offerta la tipologia con punta "soft-tip". Si decide di segnalare al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della documentazione e della campionatura.
- ❖ Ditta Bausch&Lomb  
Sub-lotto A: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.  
Sub-lotto B: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. All'apertura della campionatura si rileva che i campioni presenti nel pacco sono solo quelli del sublotto B, mancano quelli riferiti al sublotto 4A anche se nel documento di trasporto allegato sono indicati entrambi. Si decide di segnalare al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della campionatura mancante.

- ❖ Ditta Anthares srl: il certificato marchio CE risulta scaduto il 06/02/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Per il sublotto 4A si rileva che il prodotto offerto non risulta conforme a quanto richiesto poiché la descrizione del capitolato prevede punta "smussa" mentre viene offerta la tipologia con punta "sof-tip". Mancano: dichiarazione indicante ditta produttrice, dichiarazione attestante la rivendita in esclusiva, dichiarazione latex free, copia dell'IFU. La Commissione decide di segnalare l'evento al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della documentazione mancante e della campionatura;
- ❖ Beaver Visitec International Sales ltd: la documentazione e la campionatura presentati sono riferiti al solo ago da utilizzare con manipolo poliuso: non corrisponde alla descrizione del capitolato:  
SI ESCLUDE IL PRODOTTO
- ❖ Ditta BP srl: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati. Il certificato marchio CE risulta scaduto il 21/03/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Si segnala al Servizio Approvvigionamenti che manca la campionatura di gara, come da documentazione agli atti; se ne chiede la consegna al fine di poter procedere con la valutazione
- ❖ Ditta D.O.R.C. Italy srl: il certificato marchio CE risulta scaduto il 01/07/2020. Segnalazione al Servizio Approvvigionamenti che, in caso di aggiudicazione, richiedere documentazione con certificato aggiornato. Per il lotto 4-B la documentazione e la campionatura presentata per la misura 23G si riferiscono alla tipologia con punta "soft-tip" anziché "brush" come richiesto nel capitolato di gara. La Commissione decide di segnalare l'evento al Servizio Approvvigionamenti affinché venga chiesta integrazione della documentazione e della campionatura.
- ❖ Ditta T.M.T. srl Triveneta Medical Technology: requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

Viene consegnata la campionatura disponibile dei lotti 1 e 2 ai componenti della Commissione operanti nell'UOC di Oculistica affinché possano iniziare le valutazioni pratiche. La campionatura mancante verrà consegnata al successivo incontro.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

Il giorno 25/11/2020 alle ore 9.00 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione. Il Presidente da lettura della mail inoltrata in data 07/09/2020 al Servizio Approvvigionamento con le varie richieste di integrazione di documentazione e/o campionatura. Si leggono le risposte inviate dalle Ditte.

#### **LOTTO 1**

- ❖ Ditta Ditta Bausch & Lomb lom spa: la campionatura richiesta è pervenuta.

#### **LOTTO 2**

- ❖ Ditta Alfa Intes: la campionatura richiesta è pervenuta.
- ❖ Ditta D.O.R.C. Italy srl: inviata la documentazione richiesta; requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

#### **LOTTO 4**

- ❖ Ditta Alcon Italia spa: per il sub-lotto B la Ditta "conferma quanto inviato in sede di gara, in quanto entrambe le definizioni "brush" e "soft-tip" si riferiscono ad una tipologia di punta backflush protetta in silicone". La Commissione dopo aver letto la motivazione rileva che pur presentando entrambi la protezione della punta il design è differente in quanto uno ha la forma a spazzola mentre l'altro una forma tubolare/cilindrica.  
La Commissione decide che i prodotti offerti non sono conformi a quanto richiesto: SI ESCLUDE
- ❖ Ditta Buasch&Lomb: la campionatura richiesta è pervenuta.
- ❖ Ditta Anthares srl: è pervenuta la documentazione richiesta. Per il sub-lotto A la ditta "conferma che gli articoli proposti al riferimento lotto 4-A (cod SM4501-SET, SM4502-SET e SM4503-SET) che la punta tipologia soft-tip indicata nella documentazione tecnica, si intende tipologia *punta smussa*

come richiesto dal capitolato”. La Commissione dopo aver letto la motivazione rileva che la punta smussa richiesta non corrisponde a tipologia soft-tip in quanto la tipologia “smussa “metallica non prevede la presenza della protezione in silicone.

La Commissione decide che i prodotti offerti non sono conformi a quanto richiesto: SI ESCLUDE

- ❖ Ditta BP srl: la campionatura richiesta è pervenuta
- ❖ Ditta D.O.R.C. Italy srl: la documentazione e la campionatura richieste sono pervenute; requisiti minimi richiesti dal capitolato di gara sono rispettati.

Viene consegnata la campionatura integrativa pervenuta per il lotto 2 e la campionatura del lotto 4 per le ditte, i cui dispositivi offerti, sono risultati conformi.

La riunione si conclude alle ore 12.00.

---

Il giorno 18/03/2021 alle ore 9.00 la Commissione si riunisce per proseguire i lavori di valutazione. Si passa alla compilazione delle schede di valutazione basandosi sulle prove pratiche effettuate e sulla valutazione della campionatura.

### LOTTO 1

#### 1) Ditta BAUSCH & LOMB

Criteri di Valutazione	PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO
Efficacia della colorazione	30/30
Selettività della colorazione	20/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

#### 2) Ditta BEAVER

Criteri di Valutazione	PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO
Efficacia della colorazione	25/30
Selettività della colorazione	15/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

#### Motivazioni:

Efficacia della colorazione: la colorazione della capsula risulta poco intensa.

Selettività della colorazione: modesta selettività della colorazione in quanto vengono colorati anche il tunnel e l'iride.

#### 3) Ditta D.O.R.C.

Criteri di Valutazione	PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO
Efficacia della colorazione	30/30
Selettività della colorazione	15/20

Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>65/70</b>

*Motivazioni:*

Selettività della colorazione: modesta selettività della colorazione in quanto vengono colorati anche il tunnel e l'iride.

**4) Ditta T.M.T.**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Efficacia della colorazione	25/30
Selettività della colorazione	15/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

*Motivazioni:*

Efficacia della colorazione: la colorazione della capsula risulta poco intensa

Selettività della colorazione: modesta selettività della colorazione in quanto vengono colorati anche il tunnel e l'iride

**LOTTO 2**

**1) Ditta ALFAINTES**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Efficacia della colorazione	30/30
Selettività della colorazione	20/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

**2) Ditta BP**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Efficacia della colorazione	10/30
Selettività della colorazione	10/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>40/70</b>

*Motivazioni:*

Efficacia della colorazione: la colorazione risulta molto scarsa anche dopo doppia colorazione.

Selettività della colorazione: La membrana epiretinica risulta scarsamente colorata.

3) **Ditta D.O.R.C.**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Efficacia della colorazione	30/30
Selettività della colorazione	20/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

4) **Ditta T.M.T.**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Efficacia della colorazione	30/30
Selettività della colorazione	10/20
Facilità di rimozione	20/20
<b>TOTALE</b>	<b>60/70</b>

*Motivazioni:*

Selettività della colorazione: La membrana epiretinica risulta scarsamente colorata.

**LOTTO 4**

1) **Ditta BAUSCH & LOMB**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Ergonomicità dell'impugnatura	30/30
Facilità di inserimento nel trocar valvolato	10/40
<b>TOTALE</b>	<b>40/70</b>

*Motivazioni:*

Facilità di inserimento nel trocar valvolato: nella versione brusch, la punta in silicone è inseribile solo forzando e con l'ausilio di una pinza.

2) **Ditta BP**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Ergonomicità dell'impugnatura	15/30
Facilità di inserimento nel trocar valvolato	20/40
<b>TOTALE</b>	<b>35/70</b>

*Motivazioni:*

Ergonomicità dell'impugnatura: la presenza del reservoir sull'impugnatura determina difficoltà di impugnatura.

Facilità di inserimento nel trocar valvolato: nella versione brusch, la punta in silicone è inseribile con difficoltà.

**3) D.O.R.C.**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Ergonomicità dell'impugnatura	30/30
Facilità di inserimento nel trocar valvolato	40/40
<b>TOTALE</b>	<b>70/70</b>

**4) Ditta T.M.T.**

<b>Criteri di Valutazione</b>	<b>PUNTI ASSEGNATI/MASSIMO</b>
Ergonomicità dell'impugnatura	30/30
Facilità di inserimento nel trocar valvolato	10/40
<b>TOTALE</b>	<b>40/70</b>

*Motivazioni:*

Facilità di inserimento nel trocar valvolato: nella versione brush, la punta in silicone è inseribile solo forzando e con l'ausilio di una pinza.

I componenti la Commissione, nel concordare in merito alle decisioni prese, terminano la seduta alle ore 10.30.

Il presente viene trasmesso al Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica i per il seguito di competenza.

**I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

dott.ssa Milena Lauri  
Firmato

dott. Sandro Soldati  
Firmato

Sig.ra Antonietta Soldà  
Firmato