REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN "SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE DEI PREPARATI CITOLOGICI" PER L'U.O.C. DI EMATOLOGIA DELL'AZIENDA U.L.SS. N. 8 BERICA

L'Azienda U.L.SS. n.8 Berica, intende acquisire, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., un "Sistema automatico (strumento e reagenti) per la colorazione dei preparati citologici" per l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica da destinare al Laboratorio dell'U.O.C. di Ematologia, avente le seguenti caratteristiche:

A. Colorazione automatica dei vetrini con possibilità scelta da parte dell'operatore di diversi programmi di colorazione personalizzabili.
B. Reagenti pronti all'uso con controllo automatico dei livelli
C. Sistema chiuso con sistema di pulizia automatico a fine lavoro e scarico chiuso dei reagenti esausti
D. Colorazione per nebulizzazione per evitare il carry over durante le fasi di colorazione e per un risparmio di reagenti
E. Velocità di colorazione: circa 80-90 vetrini/ora con un ciclo medio di colorazione
F. Sistema che può essere implementato con un modulo per la citocentrifuga dei campioni

Il sistema attualmente in uso è:

SISTEMA AEROSPRAY HEMATOLOGY PRO SLIDE STAINER, MOD. 7152, WESCOR completo di rotore CYTOPRO CYTOCENTRIFUGE ROTOR MOD. AC160 prodotto dalla ditta ELITECH GROUP e fornito da Delcon S.r.l.

Le ditte le quali disponessero di analoghi sistemi ed interessate alla fornitura possono far pervenire la documentazione di seguito specificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, **entro le ore 12.00 del 20.07.2021**, recante la dicitura **"RICERCA DI MERCATO SUL SISTEMA COLORAZIONE DEI PREPARATI CITOLOGICI/CV".**

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:
- Schede tecniche da cui risulti la composizione e le modalità di utilizzo del dispositivo;
- Elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica – tel. 0444.75.31.21, email: cinzia.veronese@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Cinzia Veronese

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
F.to Dott. Miotto Giorgio