



Prot.

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI "N. 5 CENTRIFUGHE DA BANCO IN FABBISOGNO ALL'UOC MEDICINA DI LABORATORIO DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA. ID SINTEL: 142050945– CIG: Z42326195C

Domanda: Nelle richieste tecniche vengono descritte come "indicative" alcune caratteristiche tecniche delle centrifughe. Chiediamo se non soddisfare alcune di queste richieste prevede l'esclusione dell'offerta.

Risposta: Sono accettabili minime variazioni, non sostanziali. Gli scostamenti potranno essere oggetto di valutazione qualitativa.

Domanda: Es nel caso in cui l'eventuale proposta di centrifuga non prevedesse "Rotore oscillante "chiuso in bolo" – con coperchio unico e con sgancio/aggancio rapido con una sola mano", l'offerta sarebbe esclusa?

Risposta: Si richiede obbligatoriamente coperchio unico, con aggancio sgancio/rapido con una sola mano

Domanda: La non perfetta rispondenza al numero di provette richiesto per gli adattatori, prevede l'esclusione dell'offerta? Oppure avete una tolleranza % sul numero richiesto?

Risposta: Moderate variazioni sono accettabili, - 15% +50%

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto