REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA"
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA
COD. REGIONE 050 – COD. U.L.SS. 508 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
www.aulss8.veneto.it

RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "DISPOSITIVI PER LA GESTIONE DELL'IPOTERMIA DA INDURRE E MANTENERE IN PAZIENTI CRITICI".

L'Azienda ULSS n. 8 Berica intende proporre un'indagine di mercato al fine di avviare una procedura di gara per la fornitura di "Dispositivi per la gestione dell'ipotermia da indurre e mantenere in pazienti critici" per la riduzione del danno anossico cerebrale.

Ad oggi, presso questa Azienda Sanitaria, risulta in utilizzo il sistema "Arctict sun" distribuito dalla ditta Bard srl.

Le ditte che intendessero proporre sistemi ritenuti equivalenti ed interessate alla fornitura possono far pervenire, entro le ore 12.00 del 01.09.2021, la documentazione di seguito specificata all0indirizzo PEC **protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it**, con la dicitura ***RICERCA DI MERCATO PER LA FORNITURA DI "SISTEMI PER LA GESTIONE DELL'IPOTERMIA TERAPEUTICA INDOTTA".***

L'apparecchiatura dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
- autocheck automatico di verifica del sistema prima dell'uso;
- regolazione della temperatura corporea da 32 a 37 gradi C;
- regolazione manuale e servocontrollata della temperatura;
- possibilità di impostare range della temperatura corporea in base alla Procedura Operativa;
- possibilità di raggiungere la temperatura target sia rapidamente sia mediante raffreddamento o riscaldamento graduale e controllato in modo automatico.

I dispositivi per la gestione dell'ipotermia dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
- riempimento d'acqua automatico all'inizio o alla ripresa della terapia;
- devono garantire la minima superficie coprente a parità di risultato richiesto, lasciando libere zone del corpo utili per la gestione medica ed infermieristica del paziente;
- devono consentire di eseguire rapidamente manovre rianimatorie (RCP, DAE, interventistica) e anestesiologiche (posizionamento di cateteri, diagnostica e interventistica);
- compatibilità con con Imaging X-Ray/TAC/AGF e prive di metalli, pertanto compatibili con Imaging a Risonanza Magnetica;
- disponibili nelle misure neonatali, pediatriche e da adulto.

La documentazione trasmessa dovrà comprendere:
- schede tecniche relative all'apparecchiatura e al materiale di consumo;
- elenco delle strutture sanitarie a cui è stato fornito il sistema con il dettaglio dei prezzi praticati.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi alla dott.ssa Spagnolo Manuela dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, avvalendosi dei recapiti di seguito indicati:

- telefono: 0444 - 753267;
- e-mail: manuela.spagnolo@aulss8.veneto.it.

Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Miotto.

La documentazione eventualmente inviata sarà valutata da esperti nell'oggetto della presente ricerca di mercato al fine di decidere se avviare o meno una specifica gara. L'Azienda ULSS si riserva comunque di non procedere all'avvio di alcuna procedura di gara, senza che le ditte possano accampare diritto alcuno, fatta salva la motivazione, se richiesta.

PER IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO
E GESTIONE DELLA LOGISTICA
IL DIRIGENTE DELEGATO
Dott. Sandro Possamai