



Prot. 0089049 del 31/08/2021

Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

**U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA**

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

**Direttore: Dr. Giorgio Miotto**

**OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI,  
DELLA FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO ISTANTANEO - ID SINTEL 142914945**

**CHIARIMENTI**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10 del disciplinare relativo alla procedura in oggetto, in merito alle richieste di chiarimento pervenute, si comunica quanto segue:

**Chiarimento n. 1**

**Quesito:** Per poter valutare l'offerta economica da fare chiediamo se per la consegna è necessario un mezzo munito di sponda idraulica e/o se ci sono "vincoli" es. mezzo piccolo per spazi ridotti di consegna.

**Risposta:** Non ci sono vincoli per i mezzi di consegna: il Magazzino è dotato di baie per lo scarico senza sponda e di un'area dedicata per ricevere i mezzi piccoli.

**Chiarimento n. 2**

**Quesito:** si chiede se è possibile proporre un prodotto con le caratteristiche richieste, ma contenuto in busta di materiale diverso. La busta comunque rispetta le caratteristiche richieste in capitolato.

**Risposta:** Si confermano tutte le caratteristiche indicate nel disciplinare, quindi la busta deve essere del materiale indicato nel disciplinare.

**Chiarimento n. 3**

**Quesito:** in caso di aggiudicazione, quali sono le quantità da consegnare indicativamente per ciascun ordine?

**Risposta:** come specificato dall'art. 1 del disciplinare "l'entità della fornitura sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze d'uso dell'Azienda ULSS".

A mero titolo indicativo si comunica che si tratta di un dispositivo gestito a magazzino, per il quale vengono emessi in genere ordini ogni 3-4 mesi per i relativi fabbisogni complessivi dell'Azienda Ulss 8. Si precisa che questa considerazione viene fornita esclusivamente a titolo indicativo e non vincola in alcun modo questa Azienda Sanitaria sotto il profilo temporale e/o quantitativo rispetto all'emissione di ordini.

---

**Responsabile del Procedimento:** *Miotto dott. Giorgio*

Referente procedura: *Borin dott. Elisa*

Tel. 0444-75.5674 Fax 0444-75. 3407

e mail: [elisa.borin@aulss8.veneto.it](mailto:elisa.borin@aulss8.veneto.it)

**Chiarimento n. 4**

**Quesito:** chiediamo venga rivisto il valore della base d'asta in quanto ritenuto troppo basso.

**Risposta:** Si conferma la base d'asta.

**Chiarimento n. 5**

**Quesito:** in relazione alla procedura in oggetto al punto 10 STEP 1 del disciplinare di gara vengono chieste delle certificazioni di produzione non inerenti all'oggetto di gare. Inseriamo una dichiarazione che tale punto non è applicabile?

**Risposta:** No, si tratta di un refuso: tale punto non è applicabile, quindi non va inserita alcuna dichiarazione.

Distinti saluti.

Firmato  
IL DIRETTORE U.O.C.  
*PROVVEDITORATO, ECONOMATO  
E GESTIONE DELLA LOGISTICA*  
Dr Giorgio Miotto