



Dipartimento: Area Tecnica ed Approvvigionamenti

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede: Viale F. Rodolfini 37 - 36100 VICENZA

Direttore: Dott. Giorgio Miotto

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'EVENTUALE FORNITURA DI N. 1 SISTEMA COMPUTERIZZATO PER PROVE DA SFORZO IN FABBISOGNO AL POLIAMBULATORIO OSPEDALIERO DEL P.O. MILANI DI NOVENTA VICENTINA. ID SINTEL: 143303944 – CIG: Z2632BEBF8

Domanda: Con la presente siamo a chiedere di confermare se la procedura abbia ad oggetto un noleggio o un acquisto. L'oggetto di gara riporta l'indicazione "noleggio annuale" ma tale richiesta non pare collimare con la previsione di garanzia full-risk 24 mesi e relative condizioni

Risposta: Trattasi di una procedura per l'acquisto di sistema di sforzo. L'indicazione "noleggio annuale" è un refuso. Nella sezione documentazione della procedura di gara è stato pubblicato il disciplinare di gara corretto.

Domanda: Si chiede di specificare se il sistema frenante del Treadmill richiesto consista in pulsante per stop di emergenza

Risposta: Si conferma che il sistema frenante deve essere inteso per sistema di emergenza.

Domanda: Si chiede di specificare quali siano i protocolli utilizzati per le liste di lavoro e quale sia il PACS/Cartella clinica del sistema ospedaliero in oggetto

Risposta: Al momento tali apparecchiature, già esistenti in Azienda anche più recenti, non sono collegate a nessun tipo di cartella clinica. Nell'ottica di implementazione del nuovo progetto della gara regionale per il SIO, il requisito è da ritenersi obbligatorio per le prossime implementazioni future.

Domanda: In considerazione delle attuali tecnologie che permettono la registrazione e la memorizzazione completa dell'esame, nonché la possibilità di visualizzarlo sull'ampio display 24" e decidere immediatamente se stampare l'intero tracciato o il singolo evento, si chiede se è ammesso l'utilizzo della sola stampante laser A4 anche per la stampa del tracciato ECG, in alternativa alla tradizionale stampante termica, con una notevole riduzione dell'utilizzo di carta e dei costi di gestione dell'esame in generale.

Risposta: Si accetta la soluzione unica come da richiesta

IL RUP
Dott. Giorgio Miotto